Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2879

Equipo:	REGULADOR DE OXÍGENO		
Marca:	ACARE	**Clasificación:**	IIA
Modelo:	VSC SERIES	**Placa de inventario:**	NO-VISIBLE
Serie:	1602669	**U.S.S:**	ENGATIVA CALLE 80- APH
Periodicidad mantenimiento:	ANUAL	**Servicio:**	TAB. JQV 246- 7029 APH
Accesorios:	Manguera O2.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?	✓	

Actividad	C: CONFORME, N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo	✓		
Verificacion y ajuste de manometro	✓		
Revision del estado de orings	✓		
Revision de componentes mecanicos del equipo	✓		
Verificacion y ajuste de sistema neumatico	✓		
Verificacion de fugas	✓		
Verificacion de acoples	✓		

Observaciones:

Equipo operativo

Accesorios y/o repuestos utilizados:	Accesorios y/o repuestos a cotizar:

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	S	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	21-abr-26	**Hora inicio:**	9:00:00 a. m.
Fecha finalización:	21-abr-26	**Hora finalización:**	9:10:00 a. m.

Calificación del servicio	
☺ ✓ 😐 ☹	
Kelly Alberdan. CC52747194. Auxiliar de Enfermeria	Monica Cuevas- Ing. biomédica Mcs.
Nombre y Sello	**Nombre y Sello**
Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Responsable Mantenimiento