Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2738

Equipo:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	IDOTTMED	**Clasificación:**	IIB
Modelo:	IL7	**Placa de inventario:**	89022 SN-0005817
Serie:	200325072	**U.S.S:**	SIMON BOLIVAR- APH
Periodicidad mantenimiento:	SEMESTRAL	**Servicio:**	TAM. JQV 100- 6841 APH
Accesorios:	Brazalete adulto, pediatrico y neonatal, cable IIBP, sensor de SpO2, cable ECG, cable AC.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	**Item a evaluar**	**SI**	**NO**
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?	✓	

Actividad	C: CONFORME , N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA **C**	**N.C**	**N.A**
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo	✓		
.	—	—	—
Revision del sistema mecanico	✓		
Revisar que todos los cables externos, módulos insertados y accesorios se encuentren en buenas condiciones.	✓		
Revision del funciones del motor	✓		
Con simuladores patrón se realiza la verificación y ajuste de parámetros de cada uno de los módulos.			✓

Observaciones:

Equipo operativo, se cambia brazalete adulto por deterioro, se entrega velcro para organizar los accesorios del monitor, se solicita sensor de SpO2 adulto por los diferentes tipos de paciente que se manejan

Accesorios y/o repuestos utilizados:	**Accesorios y/o repuestos a cotizar:** / bateria de reloj y equipo.
Brazalete adulto (1) una vía.	Sensor de SpO2 Adulto (1).
Velcro 50 cm.	Batería de reloj (1).
	Batería de equipo (1).

Condiciones en las que se entrega el equipo:	**Item a evaluar**	**SI**	**NO**
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	9-abr-26	**Hora inicio:**	4:40:00 p. m.
Fecha finalización:	9-abr-26	**Hora finalización:**	5:20:00 p. m.

Calificación del servicio	
☺ ✓ | 😐 | ☹	
	Monica Cuevas- Ing. biomédica
Nombre y Sello	**Nombre y Sello**
Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Responsable Mantenimiento