Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2742

Equipo:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	ZONCARE	**Clasificación:**	IIB
Modelo:	PM7000D	**Placa de inventario:**	84203 SN-C005521
Serie:	H021260115002N0097	**U.S.S:**	SIMON BOLIVAR- APH
Periodicidad mantenimiento:	SEMESTRAL	**Servicio:**	TAM. JQV 226- 6979 APH
Accesorios:	Sensor de SpO2, cable ECG, cable AC, cable NIBP con brazalete adulto, pediatrico 3.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?		✓

C: CONFORME , N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA

Actividad	C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo		✓	
Limpieza e inspeccion interna del equipo		✓	
.	✓		
Revision del sistema mecanico			
Revisar que todos los cables externos, módulos insertados y accesorios se encuentren en buenas condiciones.		✓	
Revision del funciones del motor	✓		
Con simuladores patrón se realiza la verificación y ajuste de parámetros de cada uno de los módulos.			✓

Observaciones:

Se realiza arreglo de pantalla y cubierta, equipo operativo, se entrega velcro para sujetar los equipos y accesorios, se repara sensor de SpO2, se solicita interfaz y sensores nuevos.

Accesorios y/o repuestos utilizados:	**Accesorios y/o repuestos a cotizar:**
Velcro (1 metro).	Sensor de SpO2 Adulto (1). Interfaz SpO2 (1). Sensor de SpO2 pediatrico (1).

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	10-abr-26	**Hora inicio:**	10:00:00 a. m.
Fecha finalización:	10-abr-26	**Hora finalización:**	10:40:00 a. m.

Calificación del servicio		
☺ ✓	😐	☹

Felix A Vanegas R.	Monica Cuevas- Ing. biomédica
Nombre y Sello	Nombre y Sello
Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Responsable Mantenimiento