Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2744

Equipo:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	MINDRAY	**Clasificación:**	IIB
Modelo:	IMEC 8	**Placa de inventario:**	18613/ SN-0005504
Serie:	EW-51015975	**U.S.S:**	ENGATIVA CALLE 80- APH
Periodicidad mantenimiento:	SEMESTRAL	**Servicio:**	TAB. JQV 102- 6885 APH
Accesorios:	Cable AC, cable ECG, cable NIBP, brazalete adulto y pediatrico (2), sensor de SpO2, sensor de temperatura.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?	✓	

Actividad	C. CONFORME	N.C. NO CONFORME	N.A. NO APLICA
	C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo	✓		
.	—	—	—
Revision del sistema mecanico	✓		
Revisar que todos los cables externos, módulos insertados y accesorios se encuentren en buenas condiciones.	✓		
Revision del funciones del motor	✓		
Con simuladores patrón se realiza la verificación y ajuste de parámetros de cada uno de los módulos.			✓

Observaciones:

Equipo operativo, se solicita interfaz de SpO2, sensor de SpO2 adulto y pediatrico, bateria de reloj y del equipo.

Accesorios y/o repuestos utilizados:	Accesorios y/o repuestos cotizar:
—	Bateria de reloj (1). y bateria del equipo (1). Interfaz de SpO2 (1). Sensor Adulto (1) y pediatrico (1).

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	10-abr-26	**Hora inicio:**	11:40:00 a. m.
Fecha finalización:	10-abr-26	**Hora finalización:**	12:20:00 p. m.

Calificación del servicio

☺ ✓ | 😐 | ☹

Nombre y Sello Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Monica Cuevas- Ing. biomédica Nombre y Sello Responsable Mantenimiento