Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2753

Equipo:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	IDOTTMED	**Clasificación:**	IIB
Modelo:	IL7	**Placa de inventario:**	88494 SN-0005532
Serie:	200325025	**U.S.S:**	SIMON BOLIVAR- APH
Periodicidad mantenimiento:	SEMESTRAL	**Servicio:**	TAM. JQV 225 - 6972 APH
Accesorios:	Cable AG, sensor de SpO2 y cable NIBP con brazalete adulto, pediatrico (2) y neonatal (4), cable ECG cable puesta a tierra.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?	✓	

Actividad	C: CONFORME , N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo	✓		
.			
Revision del sistema mecanico	✓		
Revisar que todos los cables externos, módulos insertados y accesorios se encuentren en buenas condiciones.	✓		
Revision del funciones del motor	✓		
Con simuladores patrón se realiza la verificación y ajuste de parámetros de cada uno de los módulos.			✓

Observaciones:

Equipo operativo, se solicita sensor de SpO2 adulto, batería de reloj y de equipo.

Accesorios y/o repuestos utilizados:	**Accesorios y/o repuestos a cotizar:**
	Sensor de SpO2 adulto (1) Batería de reloj (1). Batería de equipo (1).

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	13-abr-26	**Hora inicio:**	9:10:00 a. m.
Fecha finalización:	13-abr-26	**Hora finalización:**	9:50:00 a. m.

Calificación del servicio

☺ ✓ | 😐 | ☹

Alexandra Lugo

Dr. Alexandra J. Lugo
Medica Cirujana
GC 1065817502

Nombre y Sello

Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción

Monica Cuevas- Ing. biomédica

MCS.

Nombre y Sello

Responsable Mantenimiento