Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2768

Equipo:	MONITOR MULTIPARAMETROS		
Marca:	MINDRAY	**Clasificación:**	IIB
Modelo:	EPM12	**Placa de inventario:**	82327 -SN 0008466
Serie:	AC6-9C002223	**U.S.S:**	SIMON BOLIVAR- APH
Periodicidad mantenimiento:	SEMESTRAL	**Servicio:**	TAM. JQV 103- 6840 APH
Accesorios:	Brazalete adulto, pediatrico y neonatal, cable NIBP, sensor de SpO2, cable ECG, cable AC.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?	✓	

Actividad	C: CONFORME, N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo	✓		
.			
Revision del sistema mecanico	✓		
Revisar que todos los cables externos, módulos insertados y accesorios se encuentren en buenas condiciones.	✓		
Revision del funciones del motor	✓		
Con simuladores patrón se realiza la verificación y ajuste de parámetros de cada uno de los módulos.			✓

Observaciones:

Equipo operativo, se solicita bateria de reloj y equipo, interfaz de SpO2 con sensor adulto y pediatrico.

Accesorios y/o repuestos utilizados:	Accesorios y/o repuestos a cotizar:
✓	Interfaz de SpO2, sensor adulto y pediatrico. Batería de reloj (1). Batería de equipo (1).

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	✓	✓

Fecha inicio:	14-abr-26	**Hora inicio:**	11:40:00 a. m.
Fecha finalización:	14-abr-26	**Hora finalización:**	12:20:00 p. m.

Calificación del servicio ☺ ✓ 😐 ☹	Monica Cuevas- Ing. biomédica
Raul Barrios Verbel MEDICO C.C. 1.045.138.018 UNIMETRO	
Nombre y Sello	**Nombre y Sello**
Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Responsable Mantenimiento