	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud	
	LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACION DE CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	
Version 0	Vigencia Octubre de 2021	Pagina 1 de 2

Fecha: 7/2/2025
Institucion: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE APIA
Contacto: LUIS FELIPE CARDONA

consecutivo
A2025-01

Nuemro de contrato : 3528

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Cuenta con hojas de vida actualizadas	X	
Los equipos estan incluidos en el plan de mantenimiento	X	
Los equipos estan incluidos en el plan de capacitacion	X	
Se han realizado los mantenimiento preventivos	X	
Se han presentado eventos adeversos	NO APLICA	
Cuenta con la hoja de vida de quienes hicieron los mantenimien	X	
Cuenta con guia rapida	X	
Los equipos estan instalados y funcionando	X	
Cuentan con certificados de calibracion	x	
Cuentan con poliza donde se incluyan los equipos		
Cuentan con insumos para su buen funcionamiento	X	

Equipo	Marca	Modelo	Serie	OBSERVACIONES
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0304	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1676	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1691	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK 1I	4007270	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK 1I	4007216	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK 1I	4007237	

FECHA DE REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS						

FECHA DE REALIZACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS						

Powered by CamScanner

FECHA DE REPORTES DE EVENTOS/ INCIDENTES ADVERSOS						

FECHA DE REALIZACION DE CAPACITACION						

MOTIVO DE LAS FALLAS/EVENTOS ADVERSOS	
No aplica	

Personal responsable de la realizacion de las capacitaciones	
practicante de ing biomedica	

Personal responsable de la realizacion de los mantenimientos	
coodesuris	

OBSERVACIONES
El hospital incorporo los equipos en el inventario y al momento de la visita cuentan con
insumos para su funcionamiento, se evidencian en buenas condiciones fisicas
se verifican las hojas de vida de los equipos par lo cual el hospital cuenta con software
se solicita copia de los reportes de mantenimiento y calibracion
realizaron capacitacion de uso internamente
actualmente 1monitorse encuentra sin bateria, esta ya fue gestionada con clinilab
se deben enviar las evidencias al correo equiposrisaralda2021@gmail.com

Luis Felipe Cadena C.

Encargado por parte de la IPS
Cargo: Auxiliar Administrativo
Telefono: 3218736792
email: escapia a @ gmail.com

Secretaria de Salud
Cargo: Contratista
Telefono: 3233692641
email: equiposruralda2021@gmail.com

Powered by CamScanner