	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud	
	LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACION DE CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	
Version 0	Vigencia Octubre de 2021	Pagina 1 de 2

Fecha: 2/07/2025
Institucion: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTUARIO
Contacto:

consecutivo
S2025-01

Nuemro de contrato : 3542

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
Cuenta con hojas de vida actualizadas		X
Los equipos estan incluidos en el plan de mantenimiento		X
Los equipos estan incluidos en el plan de capacitacion	X	
Se han realizado los mantenimiento preventivos		X
Se han presentado eventos adeversos	NO APLICA	
Cuenta con la hoja de vida de quienes hicieron los mantenimientos	NO APLICA	
Cuenta con guia rapida		X
Los equipos estan instalados y funcionando	X	
Cuentan con certificados de calibracion		X
Cuentan con poliza donde se incluyan los equipos	NO VERIFICADO	
Cuentan con insumos para su buen funcionamiento	X	

Equipo	Marca	Modelo	Serie	OBSERVACIONES
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2178	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1681	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2177	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2179	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1721	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1033	
MONITOR	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1750	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK 1I	4006728	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK 1I	4007211	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK 1I	4006974	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK 1I	4006754	

FECHA DE REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS						

FECHA DE REALIZACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS						

FECHA DE REPORTES DE EVENTOS/ INCIDENTES ADVERSOS							

FECHA DE REALIZACION DE CAPACITACION						
ABRIL DE 2025						

MOTIVO DE LAS FALLAS/EVENTOS ADVERSOS

Personal responsable de la realizacion de las capacitaciones
PERSONAL INTERNO DEL HOSPITAL

Personal responsable de la realizacion de los mantenimientos
NO APLICA YA QUE A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LOS MANTENIMIENTOS

OBSERVACIONES
LA PERSONA ENCARGADA PARA RECIBIR LA VISITA REFIERE NO CONTAR CON INFORMACION
SE ENTREGA ACTA DE INICIO PARA FIRMA POR PARTE DE LA REPRESENTANTE LEGAL
REFIEREN NO TENER CONOCIMEINTO SOBRE LA POLIZA YA QUE LA GERENTE SE
ENCUENTRA EN VACACIONES
SE DEBEN INCLUIR EN EL INVENTARIO, PLAN DE MANTENIMIENTO Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ANTES DEL 30 DE JULIO.
se deben enviar las evidencias al correo equiposrisaralda2021@gmail.com

Encargado por parte de la IPS
Cargo: Lider de Calidad.
Telefono:
email:

Secretaria de Salud
Cargo:
Telefono:
email: