Regional Valle	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA- ASTIN INVITACION PUBLICA NO. MC-VLL-ASTIN-020-2026 EVALUACIÓN ECONÓMICA	9230-GA-F-532 Versión 01

OBJETO: CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN.
Lote 8. Calibración y mantenimiento magnitud masa

PRESUPUESTO DISPONIBLE: $ 4.891.787

OFERENTES: PINZUAR S.A.S

Fecha y hora de cierre: 09 de junio del 2026 a las 10:00 am

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PINZUAR S.A.S NIT. 800006900-3			
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	Contratar la Calibración de la masa para las Pesas patrón de la balanza analítica. Con las siguientes características: Código interno: CPP00BA01 (20 unidades) Marca: KERN Modelo: YCS01-523-2 Rango: 1 mg a 200 g Serie: G004764 Clase F1 Juego de 20 unidades La empresa servicio servicio deberá comprometerse a suministrar un certificado de calibración con logo ONAC por cada masa calibrada. Dicho certificado deberá contener como mínimo: la identificación del	Servicio	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000		

Valor Nominal (g)
0,001
0,01
0,02
0,02
0,05
0,1
0,2
0,2
0,5
1
2
2
5
10
20
20
50
100
200
200

2	Mantenimiento preventivo y calibración de la Balanza analítica. Código interno: CPE00BA02 Marca: OHAUS Modelo: DV215CD Resolución: 0,01 mg y 0,1 mg Serie: 1124019845 Intervalos de calibración: De 0 g a 81 g, con los siguientes puntos de calibración: 0,005 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,1 g | 1 g | 5 g | 10 g | 20 g | 80 g | 81 g De 0 g a 210 g, con los siguientes puntos de calibración: 0,005 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,1 g | 1 g | 10 g | 20 g | 80 g | 120 g | 200 g El mantenimiento deberá ser realizado a más tardar en el mes de octubre de 2026 y será pactado con el supervisor del contrato porque se realizará antes de la calibración de esta. Debe llevarse a cabo: -Revisión general -Verificación inicial de peso -Revisión de componentes mecánicos y electrónicos -Alineación de celdas de carga -Limpieza a puntos de apoyo, verificación y ajuste de peso según Norma NTC 2031. La empresa prestadora del servicio de calibración deberá comprometerse a suministrar un certificado de calibración con logo	Servicio	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000		
	SUBTOTAL				**$ 3.350.000**		
	IVA				**$ 636.500**		
	GRAN TOTAL				**$ 3.986.500**		

Stwenn A. Rendón B.

Stwenn Rendón
EVALUADOR TECNICO
FECHA: 11-06-2026

Regional Valle	**CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA- ASTIN** **EVALUACIÓN TÉCNICA** **PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA** **MC-VLL-ASTIN-020 DE 2026**	**9230- GA-F-532** **Versión 01**

OBJETO: CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN.
Lote 8. Calibración y mantenimiento magnitud masa

Fecha y hora de cierre: 09 de junio del 2026 a las 10:00 am

OFERENTE:	PINZUAR S.A.S
NIT	800006900-3
FACTOR A EVALUAR	RESULTADO
Especificaciones tecnicas	CUMPLE
Experiencia Mínima	CUMPLE

Stiwenn A. Rendón B.

STIWENN RENDÓN
EVALUADOR TECNICO
FECHA: 11-06-2026

Regional Valle	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA MC-VLL-ASTIN-020 DE 2026	9230-GA-F-532 Versión 01

OBJETO: CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN.
Lote 8. Calibración y mantenimiento magnitud masa

Fecha y hora de cierre: 09 de junio del 2026 a las 10:00 am

PROPONENTE:	**PINZUAR S.A.S NIT. 800006900-3**
VERIFICACION DOCUMENTOS HABILITANTES	**CUMPLE**
VERIFICACION ESTADO DE APORTES	**CUMPLE**
VERIFICACION CUMPLIMIENTO CUOTA REGULADA DE APRENDICES	**CUMPLE**
VERIFICACION EXPERIENCIA	**CUMPLE**
VERIFICACION TÉCNICA	**CUMPLE**
VALOR DE LA PROPUESTA	**$ 3.986.500**

NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA INVITACIÓN A COTIZAR, EL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA ASTIN, ADJUDICARÁ CANTIDADES DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Stiwenn A. Rendón B.

STIWENN RENDÓN
EVALUADOR TECNICO
FECHA: 11-06-2026

LILIANA TRUJILLO JORDAN
VERIFCACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES