

INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO 2025 01 00978

Entidad contratante: E.S.E. HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ

Contratista: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE SAS

Ingeniero Biomédico: Emmanuel Palacio Marcelo

1. Objeto del contrato: "DOTACIÓN BIOMÉDICA A LA SEDE PRINCIPAL, CENTRO Y PUESTO DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL LUISA SANTIAGA MÁRQUEZ IGUARÁN, ARACATACA".

2.

IT	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	DOTACIÓN BIOMÉDICA A LA SEDE PRINCIPAL, CENTRO Y PUESTO DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL LUISA SANTIAGA MÁRQUEZ IGUARÁN, ARACATACA	UNIDAD	1	781.482.520,00

3. Actividades realizadas:

Se efectuó el armado y la prueba de funcionamiento y pruebas técnicas de los equipos entregados en la E.S.E. HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ

1. Se armaron 15 básculas con tallímetro de la marca Seca, las cuales llegaron con sus respectivos manuales y certificados de calibración.
2. Se armaron 15 pesa bebés de la marca Seca, las cuales llegaron con sus manuales; sin embargo, 4 unidades no contaban con certificado de calibración.
3. Se ensambló una incubadora de transporte, la cual quedó funcional; esta llegó con dos cilindros de oxígeno de 450 L y un regulador.
4. Se realizó el armado de una servocuna neonatal, la cual quedó funcional.
5. Se probaron 6 monitores de signos vitales de la marca EDAN, los cuales llegaron con todos sus accesorios completos (cable de poder, brazalete de una vía para adulto, manguera NIBP, sensor de oximetría, cable de ECG, sensor de temperatura y sus baterías), y se dejaron instaladas las baterías en los equipos.
6. Se armaron 3 aspiradores, los cuales quedaron funcionales con sus accesorios: vaso, mangueras y filtros.



7. Se realizó la prueba de funcionamiento de 2 Doppler de la marca Biocare, los cuales quedaron funcionales.
8. Se rearmaron 2 lámparas auxiliares para exámenes; una de ellas se encontró en la caja con la perilla del potenciómetro para la regulación de la intensidad de luz partida.
9. Se probó el funcionamiento de un ultrasonido terapéutico.
10. Se realizó la prueba del electro estimulador.
11. Se realizó la prueba de 3 laringoscopios de la marca Welch Allyn.


4. Actividades pendientes:

Quedaron pendientes las siguientes actividades debido a las condiciones en el área de trabajo:

1. Revisión de camas para pacientes, por falta de espacio.
2. Revisión de centrífuga por falta de espacio.
3. Revisión de autoclave por falta de espacio para prueba y agua destilada.
4. Prueba de funcionamiento de bombas de infusión, equipos de órgano de pared, tensiómetros y monitor fetal, ya que se nos informó que aún no se puede realizar la entrega de ningún equipo a los servicios de la institución.
5. Tampoco se contaba con tomas de corriente en el lugar de trabajo para realizar las pruebas y cargar los equipos, los cuales son principalmente electrónicos.



5. Registro fotográfico



distriequiposcomercial@gmail.com

Calle 37 # 46 - 90 Lc 309
Edf. Alfredp Steckerl
Barranquilla, Colombia

(5) 311 4648 • 3013773042



distriequiposcomercial@gmail.com



Calle 37 # 46 - 90 Lc 309
Edf. Alfredp Steckerl
Barranquilla, Colombia



(5) 311 4648 • 3013773042



4. Firma y certificación

Ingeniero Biomédico Distriequipos del Caribe SAS

Nombre: Emmanuel Palacio Marcelo

Representante legal de Distriequipos del Caribe SAS

Nombre: EDDER MAURICIO SILVA SANCHEZ

