Valparaíso, 26 de mayo de 2026

Objeto: **DOTACIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS BIOMÉDICOS REQUERIDOS ENTRE OTROS PARA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO Y PUESTO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	ÁREA DE SALUD	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
1	Sala de partos	Monitor Fetal	1.- Pantalla LCD. 2.- Impresora termica: 2.1- Velocidad de Impresión de 1/2/3 cm por minuto en tiempo real 3.- Accesorios: 3.1- Dos Transductores de Ultrasonido (FHR) - a prueba de agua. 3.2- Un Transductor de Contracciones (TOCO) 3.3- Un Marcador de Evento 3.4- Dos correas de fijación para transductor 4. Alertas de verificación de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto y frecuencia cruzada de canales ajustables por el usuario	1

			5. Detección automática del movimiento fetal 6. Visualizacion de Formas de Ondas de FHR (Frecuencia Cardiaca Fetal) y PU (Presión Uterina). 7. Almacenamiento de Tendencia Gráfica hasta de 24 Horas 8. Interface USB para la transmision de Datos 9. Suministro Electrico: 110V/120V ± 10% ; 50/60HZ.	
2	Sala de partos	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1. Equipo para detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. 2. Con Sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados 3. Equipo para medir y mostrar en pantalla las cifras de NIBP, SpO2 y Temperatura. 4. Pantalla a color LCD de 8” mínimo, 5. Fuente de alimentación 100-240V 50/60Hz, 6. Con 5 derivadas 7. Para medición en adultos, niños y neonatos.	1

			8. Batería, alarma, puerto USB.	
3	Sala de partos,	DOPPLER FETAL	1.- Transductor de 2 MHz para uso específico en obstetricia. Transductor a prueba de agua. 2.- Despliegue digital en pantalla LCD y señal visual de latido cardiaco fetal. 3.- Opera con baterías recargable y cargador de baterías. 4.- Con indicación en pantalla de batería baja. 5.- Con apagado automático cuando no está en uso para mayor duración de la batería. 6.- Amplificador de sonido. 7.- Control de volumen variable. 8.- Conector para audífonos 9.- Requerimientos eléctricos para el cargador de batería: 110 - 120 VCA, 50 - 60 HZ"	1
4	Servicio de Urgencias y sala de partos	BOMBA DE INFUSIÓN	1. Bomba de infusión de 1 canal 2. Pantalla táctil 3. Compatible con set macro genérico, 4. Arquitectura modular hasta 15 bombas apilables, 5. Batería recargable interna durante 5 horas de trabajo, 6. Precisión de más o menos 5%,	2

			7. 10 alarmas mínimas, 8. Registro de historia 100 eventos o más, 9. Puerto USB, 10. Sensor de goteo	
5	Sala de Partos	CAMILLA PARA PARTOS	1. - Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22 2. - Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se acciona mecánicamente. 3.- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. 4.- Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento. 5.- Cuatro niveladores antideslizantes de 3/8". 6.- Dimensiones: Largo 1.180m. ancho 0.50 m, altura 0.80 m. 7.- Erminado en pintura electrostática.	1
6	Servicio Urgencias	CAMILLA DE TRANSPORTE PARA AMBULANCIA	1.- Construida en tubería de 7/8" cal. 18 en aluminio reforzado. 2.- Piezas de armadura en aluminio resistentes al impacto. 3.- Tendido en platina de aluminio. 4.- Ruedas de deslizamiento de 5" en caucho resistente antibacterial (no deja marcas). 5.- Ruedas de 4" de choque para ingreso a la ambulancia. 6.- Cuatro ruedas de patín de alta resistencia	1

			para fácil deslizamiento dentro del vehículo. 7.- Espaldar reclinable. 8.- Barandillas abatibles. 9.- Pies deslizantes. 10.- Sistema mecánico de bloqueo. 11.- Pines de seguridad exclusivos en el mercado. 12.- Atril para sueros	
7	Sala de partos	TRAJE ANTICHOQUE	1.- Hecho en neopreno, con 6 segmentos que se cierran alrededor de los tobillos, las pantorrillas, los muslos, la pelvis, y el abdomen y tiene tiras de velcro que ayudan a mantener ajustado el traje. 2.- El segmento abdominal incorpora una pequeña esfera de espuma que aplica presión sobre el útero para disminuir el sangrado. 3.- Es lavable y reutilizable (más de 70 veces) y puede empacarse fácilmente en una bolsa para su almacenamiento.	2
8	Servicio de Urgencias	LARINGOSCOPIO	1. Laringoscopio tubular rígido compuesto de: mango de bronce cromado con luz led y hojas en acero. 2. Compuesto de: 3 hojas rectas de fibra óptica No. 0,1 y 2; y 4 hojas curvas de fibra óptica Nos 2 y 3; para pacientes adultos, niños y neonatos.	1

Alcaldía Municipal
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
Código Postal: 185050
Celular: 3175010812

9	Sala de partos urgencias	BÁSCULA PESA BEBÉ	1. bascula para infantes con platón, 2. cinta métrica incorporada, 3. Reloj con capacidad de 25 kgr. 4. Material altamente resistente.	2
10	Área Urgencias Hospitalización	ATRIL PORTA SUERO	1.- ATRIL PORTA SUEROS BASE CINCO. Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 y tubo redondo de 5/8, todo en acero inoxidable ref. 304. 2.- Doble gacho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda de 1/4 de acero inoxidable ref. 304. 3.- Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad. 4.- Base en tubería cuadrado de 1" C.18 en acero inoxidable ref. 304, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento. 5.- Terminado en acero inoxidable ref. 304.	2
11	Área de Urgencias Hospitalización	ESCALERILLA DE 2 PASOS	1.- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled. 2.- Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.	3
12	Área de Urgencias	SILLA DE RUEDAS	1.- Llanta maciza. 2.- Silla de ruedas en acero inoxidable.	1

			3.- Ruedas anteriores macizas con radios. 4.- Ruedas delanteras macizas. 5.- Frenos manejables por paciente. 6.- Capacidad de peso 120 kg	

CATALOGOS Y CERTIFICACIONES
FICHAS TECNICAS:
El oferente deberá presentar fichas técnicas de cada uno de los elementos solicitados por la entidad en los cuales se puedan verificar las especificaciones técnicas ofrecida.
Para que la propuesta sea hábil y pueda ser calificada, es requisito indispensable el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí establecidas en un cien por ciento. Las especificaciones técnicas y certificaciones son un Requisito Mínimo y su no cumplimiento constituye causal de rechazo.

Responsable:



LEIDY MILENA RADA PARRA
Coordinadora de Salud Municipal