ANEXO No 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para cumplir el objeto del contrato, el contratista deberá satisfacer las especificaciones y cantidades que a continuación se relacionan para "*Adquirir los elementos de emergencia, equipos médicos y elementos de protección personal, para los funcionarios y colaboradores de la Superintendencia Nacional de Salud*".

ELEMENTOS DE EMERGENCIA				
N°	**PRODUCTO**	**DESCRIPCIÓN GENERICA DEL PRODUCTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Silbatos emergencias	Silbato metálico en aluminio de alta resistencia con emisión de sonido agudo entre 80 y 130 decibeles y con una leve corriente de aire para facilitar su uso. Modelo tipo cigarro en diferentes colores. Debe llevar cadena y argolla o agarre circular tipo llavero.	Unidad	100
2	Solución salina	Solución salina (empaque con volumen 250 ml). Término de caducidad de mínimo 2 años. Características: Cloruro de sodio 0,9%. Composición iónica: Ión sodio: 154 mmol/l (154 meq/l), ión cloruro: 154 mmol/l Fecha vencimiento, mínimo dos años luego de la compra	Unidad	50
3	Alcohol antiséptico	Alcohol Antiséptico Frasco entre 275 cc o ml Composición: Alcohol etílico al 70% Fecha vencimiento, mínimo dos años luego de la compra	Frasco por 275 ml	17
4	Gasa estéril	Gasa: Tela no tejida.4 pliegues, bajo despeluzamiento. Con extremos plegados Alta capacidad de absorción. Producto desechable, estéril de un solo uso. Empaques de 5 unidades de 7.5cm x 7.5cm, fecha mínima de vencimiento, tres (3) años contados a partir de la fecha de entrega del producto, garantizando su vida útil al momento de la recepción. a partir de 2026	Empaque de 5 unidades	70
5	Yodopovidona jabón quirúrgico	Concentración entre 7.5 y 10%, frasco X 120 ml – Fecha vencimiento, mínimo dos años luego de la compra	Frasco por 120 ml	34
6	Esparadrapo tela 4" * 5 yardas	Cinta quirúrgica hipoalergénica de alta adherencia. Compuesta por tela de algodón o rayón.	Unidad	34

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
icontec Carbono Neutro Certificado
Estamos certificados

<table>
<tr><td>7</td><td>Cinta adhesiva Micropore de 1”</td><td>Cinta quirúrgica hipoalergénica de papel microporoso, hipoalergénica libre de látex.</td><td>Unidad</td><td>34</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Bajalenguas</td><td>En madera natural, plana con bordes redondeados media aproximada 150 mm * 18 mm</td><td>Paquete de 20 unidades</td><td>34</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Guante de látex</td><td>Látex 100 natural, ambidiestro. Talla L</td><td>Caja por 100 unidades</td><td>10</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Vendas elásticas</td><td>2” * 5 yardas compuestos por algodón, poliéster y caucho o elastano</td><td>Unidad</td><td>17</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Vendas elásticas</td><td>5” * 5 yardas compuestos por algodón, poliéster y caucho o elastano</td><td>Unidad</td><td>17</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Tijeras</td><td>Punta roma, hojas afiladas y de acero inoxidable, diseño ergonómico.</td><td>Unidad</td><td>17</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Botiquín reglamentario para vehículo.</td><td>Contenido mínimo: Alcohol, yodopovidona, gasas estériles, vendas (elástica y de gasa), esparadrapo, guantes de látex, tapabocas, tijeras de punta roma, bajalenguas, algodón, solución salina y curitas.

Relación vehículos
<table>
<tr><th>Tipo de vehículo</th><th>Placa</th><th>Marca</th><th>Modelo</th></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>OJX187</td><td>Ford</td><td>2015</td></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>OJX190</td><td>Ford</td><td>2015</td></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>OJX188</td><td>Ford</td><td>2015</td></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>OJX189</td><td>Ford</td><td>2015</td></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>OJX191</td><td>Ford</td><td>2015</td></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>OJX192</td><td>Ford</td><td>2015</td></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>OJX193</td><td>Ford</td><td>2015</td></tr>
<tr><td>Automóvil</td><td>OBG934</td><td>Chevrolet</td><td>2008</td></tr>
<tr><td>Campero</td><td>OJX289</td><td>Toyota</td><td>2015</td></tr>
</table></td><td>Unidad</td><td>9</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Extintor CO2</td><td>Capacidad 10 libras, agente limpio para fuegos de clase B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos)</td><td>Unidad</td><td>10</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Desfibrilador Automático Externo – DEA con Gabinete metálico Para Anclar a la pared o muro</td><td>DEA (Desfibrilador Externo Automático): dispositivo electrónico que examina el ritmo cardiaco e identifica arritmias mortales de una persona para determinar si es necesario dar una descarga eléctrica cuando hay un paro cardiaco.

Características:

a) Equipo portátil;
b) Sistema de análisis automático para la determinación de un ritmo desfibrilable;</td><td>UNIDAD</td><td>1</td></tr>
</table>

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Estamos certificados

		c) Capacidad de suministro de desfibrilación utilizando onda bifásica; d) Sistema de instrucciones de voz en idioma español; e) Operación automática o semiautomática si se dispone de talento humano en salud; f) Para uso pediátrico y adulto; g) Disponibilidad permanente de electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente; h) Batería con duración mínima de 24 meses en estado de espera o recargable; i) Autodiagnóstico para control del estado del equipo y la batería; j) Memoria de almacenamiento de eventos; k) Transferencia y visualización de la información almacenada a algún medio electrónico; l) Manual de operación en idioma español y protocolo actualizado m) El gabinete debe anclarse a la pared o muro. n) Material del gabinete en lámina cold roller, pintura electrostática. o) Las medidas de los gabinetes deben corresponder a las medidas del DEA (en cuanto a lo largo; el ancho y la profundidad) p) La puerta de los gabinetes debe contar con alarma de apertura. q) Registro de comercialización de equipos biomédicos emitido por el INVIMA DEBE traer dos parches de repuesto adicionales con fecha de caducidad de 3 años luego de la fecha de fabricación.		

EQUIPO MEDICOS				
N°	**PRODUCTO**	**DESCRIPCIÓN GENERICA DEL PRODUCTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Recipiente Tipo Guardian para cortopunzantes	Elaborado en Polipropileno de Alta Resistencia y colorantes de origen orgánico, capacidad de 0.5Lt Debe ser resistente a golpes, en color Rojo; debe tener tapa y contra tapa de seguridad diseñadas para extremar y garantizar el cierre de manera hermética y definitivo para evitar aperturas. Obligatorio que tenga Rotulado para riesgo biológico. En su composición no debe contener metales pesados ni PVC.	Unidad	11
2	Tensiómetro Digital de brazo	Que permita medir la tensión de manera automática. Medición Inteligente y automática. Pantalla grande y nítida. Almacenamiento de memorias: mínimo 50, con hora y fecha. Indicador de presión arterial. Apagado automático. Indicador de arritmia. Brazalete talla M o L. Mínimo garantía de 2 años. Adaptador de energía y baterías(pilas).	UNIDAD	14

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Estamos certificados

3	Tensiómetro con fonendo Análogo - Manual	Válvula de liberación de aire Brazalete fabricado en nailon impermeable de fácil limpieza y velcro con más ciclos de uso Recámara en látex o PVC de dos vías Pera fabricada en látex con válvula de metal, válvula de liberación de aire. Manómetro de fácil lectura	UNIDAD	2
4	Glucómetro	Encendido automático, tiempo de la medición mínimo 5 segundos apagado automático mínimo de 2 minutos de inactividad. Capacidad de memoria mínimo 500 registros con fecha y hora. Garantía 3 años.	UNIDAD	1
5	Caja de Tiras Reactivas	Una caja de tiras reactiva de glucosa en sangra, la cual debe ser compatible con el glucómetro a ofertar, garantía de 1 año. empaque por 50 unidades mínimo.	UNIDAD	***1***
6	Oxímetro de pulso	Dispositivo para medir la saturación del oxígeno en la sangre y las pulsaciones del corazón a través del dedo. Con curva plestimográfica para una medición completa y de fácil visualización e interpretación.	UNIDAD	1
7	Báscula digital	Balanza Digital con capacidad mínima de 150 KG Características técnicas: Sensor de encendido inteligente, delgada, cómoda y segura equipada con sensor de precisión, Garantía mínima de 3 años	UNIDAD	1

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL				
N°	**PRODUCTO**	**DESCRIPCIÓN GENERICA DEL PRODUCTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Chalecos de Seguridad (Brigadistas)	Elaborados en algodón-poliéster, Cinta reflejante en PVC de alta visibilidad 2” (50 mm), Cintas laterales con hebilla para mejor ajuste, Con cierre frontal, 5 bolsillos (1 porta carné, 1 porta lápiz, 1 porta documentos y 2 tipo cangurera). Bordados con Palabra Brigadista y Logo Supersalud. Color verde oliva, según muestra entregada por la SNS. Diferentes tallas desde la S hasta XXL.	UNIDAD	40
2	Camisa tipo jean	PERSONAL MANTENIMIENTO Camisa Jean 100% algodón, índigo, 7 onzas, pre-lavada, doble bolsillo con tapa. Talla M (4) Talla XL (4)	UNIDAD	8
3	Pantalón Jean	Pantalón en Jean: Pantalón 100% algodón, índigo, costura triple, 14 onzas, 5 bolsillos. Talla 32 (4) Talla 36 (4)		

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Estamos certificados

			UNIDAD	8
4	Chaleco personal mantenimiento	Chaleco en dril con 6 bolsillos frontales y uno posterior sobre la cintura, cierre frontal completo en cremallera reforzada en plástico. Debe llevar Cinta reflectiva o fotoluminiscente en la parte posterior. Logo bordado en la parte alta frontal Talla M (4) Talla XL (4)	UNIDAD	8
5	Botas de seguridad	Bota de seguridad di eléctricas. Puntera Composite resistencia al impacto y comprensión. Espesor 1.8 a 2.0 mm. Resistente al desgarre de 120n. Resistente a fluidos y a la humedad. Color : negro. Talla 40	PAR	8
6	Guantes reforzados en nitrilo	Guantes elaborados en Algodón o poliéster tejido y reforzados en Nitrilo para trabajos de manipulación de cargas, sustancias químicas, manejo de herramientas cortopunzantes	PAR	20
7	Pad mouse	Sin gel o silicona (Plano) De fácil limpieza, con base antideslizante para ubicar sobre escritorio Suave al contacto con la piel. Material: PVC. Dimensiones: Entre 22 y 25 cm x 18 y 22 cm x 0,3 cm. Colores Negros marcado con Logo de la entidad NOTA: Se contemplan únicamente funcionarios.	UNIDAD	1300
8	Casco	Diseñado para la protección de la cabeza frente a riesgos de impacto, caída de objetos y golpes durante actividades de mantenimiento y gestión documental. Fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), con sistema de suspensión interna ajustable que permite una adecuada absorción de impactos y comodidad en su uso. Debe contar con diseño ergonómico, liviano, con ventilación y ajuste seguro. Incluye tafilete y banda antisudor. Cumplimiento de normas técnicas aplicables.	UNIDAD	10

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Estamos certificados

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (SERVICIO POSVENTA- GARANTÍA PRODUCTOS)			
EQUIPO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**CALIBRACIÓN**	**PERIODICIDAD**
Tensiómetro digital de brazo	X	X	Anual por el tiempo de garantía del equipo (2 años)
Tensiómetro con fonendo Análogo - Manual	X	X	Anual por el tiempo de garantía del equipo (2 años)
Glucómetro	X	X	Anual por el tiempo de garantía del equipo (2 años)
Desfibrilador automático externo DEA	X		Semestral por el tiempo de garantía del equipo (2 años)

NOTA: El proveedor deberá garantizar servicio postventa durante el tiempo de garantía del equipo, que incluya mantenimiento preventivo, calibración (cuando aplique), soporte técnico especializado, suministro de repuestos originales y atención a fallas. Deberá asegurar tiempos de respuesta oportunos y personal técnico calificado, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los equipos.

INSTALACIÓN GABINETE DESFIBRILADOR
Realizar instalación de gabinete para desfibrilador anclado a pared o muro en la Regional Occidental en el municipio de San Juan de Pasto – Nariño en la Calle 18 No. 41 54.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN LOGO	IMAGEN DE REFERENCIA	MEDIDA
Chaleco de seguridad brigadista	Logo bordado		9 cm*10 cm
Camisa tipo jean	Logo bordado		9 cm*10 cm
Chaleco personal mantenimiento	Logo bordado		9 cm*10 cm

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Estamos certificados

Pad mouse	Logo impreso técnica sublimación		13.5 cm*10 cm

Nota 1: Los elementos de emergencia, equipos médicos y elementos de protección personal deben estar en perfecto estado y empacados en su caja o empaque original, cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ser Originales. El Proveedor debe reponer todos los Productos que no se encuentren en su caja o empaque original o que se encuentren averiados físicamente, que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad Comprado o no sean originales, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al requerimiento del supervisor.

Nota 2: Con relación al logo de la ENTIDAD que deberán llevar los elementos: Chalecos de brigadistas, pad mouse, camisa tipo jean chaleco personal de mantenimiento. Se informa que el futuro contratista y la SNS, posterior a la firma del acta de Inicio, concertarán una mesa de trabajo previa a la entrega de los elementos, para validar las especificaciones técnicas de los elementos que llevarán el logo.

Nota 3: Las cantidades por tallas serán definidas y entregadas al contratista en la reunión entre supervisor y el contratista, acorde con la obligación especifica No. 2 establecida en los estudios y documentos previos.

Nota 4: Para los insumos de los botiquines: El contratista debe entregar la ficha técnica de acuerdo con las condiciones establecidas por el INVIMA.

Nota 5: Para los equipos o elementos médicos o similares: El contratista debe entregar la ficha técnica del equipo en idioma español, no se requiere licencia o autorización.

Nota 6: Se debe efectuar mantenimiento anual del desfibrilador externo automático y calibración de equipos biomédicos tales como: Tensiómetro, glucómetro, pulsioxímetro por un período de los siguientes 2 años al suministro de los equipos.

Bogotá 21 de abril de 2026.

PAULA TATIANA ARENAS GONZÁLEZ.
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Elaboró: Clara Liliana Beltrán Reyes – Profesional Especializado – Dirección de Talento Humano
Reviso: Sandra Milena Vargas Jurado- Asesora – Dirección de Talento Humano
Aprobó: Paula Tatiana Arenas González- Directora de Talento Humano

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Estamos certificados

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

Estamos certificados