

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 14-05-2026	Acta No: -----	Hora Inicio: 1:00pm	Hora Fin: 3:00pm
Tema: Seguimiento plan de mejoramiento 2025			
Responsable: Claudia Patricia Varón Ramírez		Elaborado por: Claudia Patricia Varón Ramírez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Promoción del Desarrollo Social/Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social /Vigilancia, Control y Aseguramiento/Eje Estratégico Prestación de Servicios			
Lugar: Centro de Salud Santa Teresita			
AGENDA	1.	Seguimiento a los hallazgos de las visitas de asistencia técnica del 2025	
	2.	Recorrido institucional	
	3.	Generación de acta	
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se hace seguimiento a los hallazgos encontrados en las visitas del año 2025, consolidados a continuación:			
No	HALLAZGO	OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025	CUMPLIMIENTO SI/NO
1	Implementar barrera física o móvil en los consultorios entre las áreas de entrevista y examen.	Implementar barrera física o móvil en los consultorios entre las áreas de entrevista y examen.	NO
2	Cerrar el servicio de citologías (Adquirir soporte para fijar las muestras tomadas en citologías de acuerdo con dotación de la 3100/19, Contar con el área o ambiente en citologías de	Cerrar el servicio de citologías (Adquirir soporte para fijar las muestras tomadas en citologías de acuerdo con dotación de la	NO

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 14-05-2026		Acta No: -----	Hora Inicio: 1:00pm	Hora Fin: 3:00pm
Tema: Seguimiento plan de mejoramiento 2025				
		preparación, embalaje y remisión de las muestras con mesón de trabajo. Definición de mesón de trabajo: Superficie fija con acabado liso, lavable e impermeable y resistente al uso, Contar en el consultorio de citologías con: Los cielorastos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, sólidos, resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua).	3100/19, Contar con el área o ambiente en citologías de preparación, embalaje y remisión de las muestras con mesón de trabajo. Definición de mesón de trabajo: Superficie fija con acabado liso, lavable e impermeable y resistente al uso, Contar en el consultorio de citologías con: Los cielorastos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, sólidos, resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua).	
3	Contar con los elementos necesarios para la adecuada higienización de manos.	Contar con los elementos necesarios para la adecuada higienización de manos.	NO	
5	Continuar con la señalización en cada uno de los ambientes.	Continuar con la señalización en cada uno de los ambientes.	NO	
6	Completar la dotación de los consultorios médicos (tallímetro).	Completar la dotación de los consultorios médicos (tallímetro).	SI	
7	Arreglar mesas auxiliares de los consultorios, se encuentran con corrosión.	Arreglar mesas auxiliares de los consultorios, se encuentran con corrosión.	NO	

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 14-05-2026		Acta No: -----	Hora Inicio: 1:00pm	Hora Fin: 3:00pm
Tema: Seguimiento plan de mejoramiento 2025				
8	Fortalecer en el personal médico los pasos para la higienización de manos.	Fortalecer en el personal médico los pasos para la higienización de manos.	SI	
9	Arreglar escalerillas, se encuentran oxidadas y con madera expuesta.	Arreglar escalerillas, se encuentran oxidadas y con madera expuesta.	SI	
10	Retirar dotación en malas condiciones, se encuentra martillo muy deteriorado	Retirar dotación en malas condiciones, se encuentra martillo muy deteriorado	SI	
11	Involucrar al personal de aseo en las capacitaciones de lavado de manos.	Involucrar al personal de aseo en las capacitaciones de lavado de manos.	SI	
12	Consulta Odontológica: Definir el Instrumental básico de acuerdo con la oferta del servicio (adultos o pediatría), la capacidad instalada, los procedimientos documentados en el estándar de procesos prioritarios y la técnica de esterilización y número de ciclos de esterilización al día. - Definir muy bien los equipos biomédicos y la dotación de acuerdo con el método utilizado en el proceso de esterilización. - Revisar que el protocolo de esterilización cuenta con la siguiente información documentada según Resolución 3100/19: 13.1. Buenas prácticas	Consulta Odontológica: Definir el Instrumental básico de acuerdo con la oferta del servicio (adultos o pediatría), la capacidad instalada, los procedimientos documentados en el estándar de procesos prioritarios y la técnica de esterilización y número de ciclos de esterilización al día. - Definir muy bien los equipos biomédicos y la dotación de acuerdo con el método utilizado en el proceso de esterilización. - Revisar que el protocolo de	En proceso	

Versión: 01


Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 14-05-2026		Acta No: -----	Hora Inicio: 1:00pm	Hora Fin: 3:00pm
Tema: Seguimiento plan de mejoramiento 2025				
		de esterilización de acuerdo con los procedimientos y técnicas que se utilicen, que describa como mínimo los siguientes aspectos: 13.1.1. Recibo de productos contaminados y entrega de material estéril. 13.1.2. Transporte. 13.1.3. Lavado, secado y lubricación. 13.1.4. Empaque. 13.1.5. Etiquetado. 13.1.6. Esterilización. 13.1.7. Almacenamiento. 13.1.8. Verificación de la integridad del material estéril. 13.1.9. Control de calidad que incluya el análisis de los reportes de dicho control, para la toma de medidas preventivas y correctivas.	esterilización cuenta con la siguiente información documentada según Resolución 3100/19: 13.1. Buenas prácticas de esterilización de acuerdo con los procedimientos y técnicas que se utilicen, que describa como mínimo los siguientes aspectos: 13.1.1. Recibo de productos contaminados y entrega de material estéril. 13.1.2. Transporte. 13.1.3. Lavado, secado y lubricación. 13.1.4. Empaque. 13.1.5. Etiquetado. 13.1.6. Esterilización. 13.1.7. Almacenamiento. 13.1.8. Verificación de la integridad del material estéril. 13.1.9. Control de calidad que incluya el	

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 14-05-2026	Acta No: -----	Hora Inicio: 1:00pm	Hora Fin: 3:00pm
Tema: Seguimiento plan de mejoramiento 2025			
		análisis de los reportes de dicho control, para la toma de medidas preventivas y correctivas.	





ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

