

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	BALANZA DE ALIMENTOS			Marca del equipo	ZULUS
Modelo	DY 208	Descripcion	Balanza en buen estado, no hay daños en el display, funciona con normalidad.	Cuidados	Ubicar en un sitio nivelado, firme, sin vibraciones, mantener limpio, evitar temperaturas extremas y uso de agua que pueda dañar los circuitos.

CONTROL DE EQUIPOS					
Serial		Responsable	Gina Romero P.	Fecha de Compra	Sin Informacion.
Placa		Localizacion	Cocina-CDI Derroche de luz		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion		Rangos de tiempo de Calibracion	Años
Cant. Mantenimiento	Sin Informacion.	Rangos de tiempo de Mantenimiento	Meses

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	Procedimiento realizado	Verificacion Intermedia
Condiciones fisicas de los equipos	Buen estado	Observaciones	

Responsable de la inspeccion: Gina Romero P.

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	BALANZA PESA PERSONAS			Marca del equipo	SECA
Modelo	803	Descripcion	Balanza en buen estado, no hay daños en el display, funciona con normalidad, respondiendo a estímulos de medición adecuadamente, no cuenta con la tapa posterior que protege las pilas del equipo.	Cuidados	Ubicar en un sitio nivelado, firme, sin vibraciones, mantener limpio, evitar temperaturas extremas y uso de agua que pueda dañar los circuitos.

CONTROL DE EQUIPOS

Serial		Responsable	Gina Romero P.	Fecha de Compra	Sin Informacion.
Placa		Localizacion	Enfermeria-CDI Derroche de luz		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion	2	Rangos de tiempo de Calibracion	Años
Cant. Mantenimiento	Sin Informacion.	Rangos de tiempo de Mantenimiento	Meses

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	Procedimiento realizado	Verificacion Intermedia
Condiciones fisicas de los equipos	Buen estado	Observaciones	

Responsable de la inspeccion: Gina Romero P.

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	TALLIMETRO			Marca del equipo	SECA
Modelo	213	Descripcion	Tallimetro en buen estado, escala de medicion legible y con division de escala de 1 mm. Sin daño fisico o ruptura, se encuentra bien ensamblado, sin deformidad o distorsion, se encuentra firme y optimo para medicion.	Cuidados	Manterner en un lugar firme, realizar limpieza y desinfeccion.

CONTROL DE EQUIPOS

Serial		Responsable	Gina Romero Perez	Fecha de Compra	Sin Informacion.
Placa		Localizacion	ENFERMERIA -CDI Derroche de luz		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion		Rangos de tiempo de Calibracion	Años
Cant. Mantenimiento	Sin Informacion.	Rangos de tiempo de Mantenimiento	Meses

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	Procedimiento realizado	Verificacion Intermedia
Condiciones fisicas de los equipos	Buen estado	Observaciones	

Responsable de la inspeccion: Gina Romero P.

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	GRAMERA DE ALIMENTOS			Marca del equipo	KALLEY
Modelo	K-MGC01	Descripcion	Gramera en buen estado, no hay daños en el display, funciona con normalidad.	Cuidados	Ubicar en un sitio nivelado, firme, sin vibraciones, mantener limpio, evitar temperaturas extremas y uso de agua que pueda dañar los circuitos.

CONTROL DE EQUIPOS					
Serial		Responsable	Gina Romero P.	Fecha de Compra	Sin Informacion.
Placa		Localizacion	Cocina-CDI Derroche de luz		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion		Rangos de tiempo de Calibracion	Años
Cant. Mantenimiento	Sin Informacion.	Rangos de tiempo de Mantenimiento	Meses

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	Procedimiento realizado	Verificacion Intermedia
Condiciones fisicas de los equipos	Buen estado	Observaciones	

Responsable de la inspeccion: Gina Romero P.

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	BALANZA PESA BEBE			Marca del equipo	KEX-GERMANY
Modelo	BS-011	Descripcion	En buen estado, display optimo, el equipo responde adecuadamente al estimulo de una medicion de peso.	Cuidados	Ubicar en un sitio nivelado, firme, sin vibraciones, mantener limpio, evitar temperaturas extremas y uso de agua que pueda dañar los circuitos.

CONTROL DE EQUIPOS

Serial		Responsable	Gina Romero P.	Fecha de Compra	Sin Informacion.
Placa		Localizacion	Enfermeria-CDI Derroche de luz		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion	1	Rangos de tiempo de Calibracion	Años
Cant. Mantenimiento	Sin Informacion.	Rangos de tiempo de Mantenimiento	Meses

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	Procedimiento realizado	Verificacion Intermedia
Condiciones fisicas de los equipos	Buen estado	Observaciones	

Responsable de la inspeccion: Gina Romero P.

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos