




	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACIÓN DE BALANZAS		F3.G6.PP	26/01/2025	
			Versión 8	Página 1 de 1	
			Clasificación de la Información: Pública		
Balanza Pesa Alimentos ☒ Balanza Pesa Personas ☐ Balanza Pesa Bebés ☐					
Nº INVENTARIO ICSP/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Kalley	KME01		Cocina CD/Derecho de Luz	Gina Romero P.
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)		CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
DATOS METROLÓGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRÓN PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5 kg / 11 lb	Juego de pesas clase		05-02-2026	05-05-2026
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	
División de escala (e / d)				Gina Romero P.	
Repetibilidad (Indicación en manual)		INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					
PRUEBAS					
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 500 gr			CARGA EN PRUEBA 500 gr		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	500 gr	0	1	500 gr	0
2	500 gr	0	2	500 gr	0
3	500 gr	0	3	500 gr	0
4	500 gr	0	4	500 gr	0
5	500 gr	0	5	500 gr	0
Error máximo obtenido en la prueba		0	Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO		Cumple	RESULTADO		Cumple
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 50, 100, 200, 500, 1000 gr					
Punto	Indicación	Diferencia			
1	50 gr	0			
2	100 gr	0			
3	200 gr	0			
4	500 gr	0			
5	1000 gr	0			
Error máximo obtenido en la prueba		0			
Error mínimo obtenido en la prueba		0			
RESULTADO		Cumple			
RESULTADO: Cumple o no cumple					
OBSERVACIONES:					
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:					

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Considerar que la impresión de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PERSONALIZADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICSP Y A LA LEY 181 DE 2012.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACIÓN DE BALANZAS				F3.08.MP	28/01/2023
					Versión 8	Página 1 de 1
					Clasificación de la información: Pública	
Balanza Pesa Alimentos <u>X</u> Balanza Pesa Personas <u> </u> Balanza Pesa Bebés <u> </u>						
No. INVENTARIO ICBP No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS - Dirección - Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO	
	Zolus	DV-205		CDI Derrache de luz	Gina Romero p.	
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
DATOS METROLÓGICOS DEL EQUIPO			DATOS DEL PATRÓN PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	40 Kg.	Jalga de pesas clase	5 Kg - 10 Kg		05-02-2024	05-05-2026
Carga mínima (Min)	1 gr	Número de Certificado	M631311-23		RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	2 Kg.		M631211-23		Gina Romero p.	
Repetibilidad (Indicación en manual)	2 gr	INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRÓN				
Error Máximo Permitido (EMP)	0.					
PRUEBAS						
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD			
CARGA EN PRUEBA 5 Kg.			CARGA EN PRUEBA 10 Kg.			
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia	
1	5 Kg.	0	1	10 Kg.	0	
2	5 Kg.	0	2	10 Kg.	0	
3	5 Kg.	0	3	10 Kg.	0	
4	5 Kg.	0	4	10 Kg.	0	
5	5 Kg.	0	5	10 Kg.	0	
Error máximo obtenido en la prueba 0			Error máximo obtenido en la prueba 0			
Error mínimo obtenido en la prueba 0			Error mínimo obtenido en la prueba 0			
RESULTADO Cumple.			RESULTADO Cumple.			
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD			
CARGA EN PRUEBA						
Punto	Indicación	Diferencia				
1	5 Kg.	0				
2	10 Kg.	0				
3	5 Kg.	0				
4	10 Kg.	0				
5	5 Kg.	0				
Error máximo obtenido en la prueba 0						
Error mínimo obtenido en la prueba 0						
RESULTADO Cumple						
RESULTADO: Cumple o no cumple						
OBSERVACIONES:	Sin observación					
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:						

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Conservar este formato de este documento de verificación como COPIA NO CONTROLADA

LOS DICHOS PROPORCIONADORES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1811 DE 2016.


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACIÓN DE BALANZAS	F3.08.PP	28/01/2023
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	


Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	SECA	803		ca. Derrocho de luz	Gina Romero P.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	12-11-2019	optimo	2	30-11-2017	optimo	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	120 kg.	Juego de pesas clase	5 kg - 10 kg	05-02-26	05-05-26
Carga mínima (Min)		Numero de Certificado	m63131t-23 m63121t-23	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	
División de escala (e / E)	100 gr	Gina Romero P.			
Repetibilidad (Indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS			
EXCENTRICIDAD			Diferencia
CARGA EN PRUEBA	Punto	Indicación	
5 kg.	1	5 kg	0
	2	5 kg	0
	3	5 kg	0
	4	5 kg	0
	5	5 kg	0
Error máximo obtenido en la prueba			0
Error mínimo obtenido en la prueba			0
RESULTADO			Cumple
EXACTITUD			Diferencia
CARGA EN PRUEBA	Punto	Indicación	
5 kg - 10 kg.	1	5	0
	2	10	0
	3	5	0
	4	10	0
	5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba			0
Error mínimo obtenido en la prueba			0
RESULTADO			Cumple
RESULTADO: Cumple o no cumple			
REPETIBILIDAD			
CARGA EN PRUEBA	No. Medición	Indicación	Diferencia
10 kg.	1	10	0
	2	10	0
	3	9.9	0.1
	4	10	0
	5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba			0.1
Error mínimo obtenido en la prueba			0
RESULTADO			Cumple
GUÍA EXCENTRICIDAD			
			
<p>Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estará por fuera del error máximo permitido</p>			

OBSERVACIONES:	sin observación
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

(Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!)

Antes de imprimir este documento se recomienda no imprimir en papel reciclado.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEI 1571 DE 2016.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACIÓN DE BALANZAS		F2.08.PP	28/01/2025
			Versión 5	Página 1 de 1
			Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés ☒

No. INVENTARIO (CBF No. ASIGNADO UDS)	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UOB, Dirección, Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Ken. (Crown)	DS-011		CDI Dewoche de Luz	Cina Romero P.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (USG)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
	01-10-2020	Óptimo.				



DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 kg	Juego de pesas (Clase)	5 kg - 10 kg	05-02-2026	05-05-2026
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	m63131-23 m63121-23	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5 g	Cina Romero P.			
Repetibilidad (Indicación en manual)		INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 5 kg		
Punto	Indicación	Diferencia
1	5 kg	0
2	5 kg	0
3	5 kg	0
4	5 kg	0
5	5 kg	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA 5 kg - 10 kg		
Punto	Indicación	Diferencia
1	5 kg	0
2	10 kg	0
3	5 kg	0
4	10 kg	0
5	5 kg	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA		
No. Mediciones	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

GUIA EXCENTRICIDAD	
--------------------	--

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido.

OBSERVACIONES:	Sin observación
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

(Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente)

Consulte los Parámetros de este documento de control en línea (COP) en el sitio web.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CBF Y A LA Ley 1581 DE 2013.