



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

GS- 2026 - 056865 - DSAN / ARLOF - GRUCO - 20.1

Bogotá D.C, 25 de Junio de 2026

Señora teniente
CAROLINA CARDONA QUICENO
Jefe Oficina Contratos HOCEN
Carrera 59 N°26-21
Bogotá

Asunto: Respuesta subsanación evaluación técnica

Respetuosamente presento a mi teniente la subsanación de la evaluación técnica del proceso PN HOCEN MI 018 2026 cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL", así:

1- BIOART

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	CANULA RADIOFRECUENCIA CALIBRE 21	CANULA RECTA DE 10CM DE LONGITUD CALIBRE 21 PUNTA ACTIVA DE 5MM COMPATIBLE CON EQUIPO AVANOS	UNIDAD	BOSTON CIENTIFIC	X		
2	CANULA RADIOFRECUENCIA CALIBRE 20	CANULA RECTA DE 10CM DE LONGITUD CALIBRE 20 PUNTA ACTIVA DE 5MM COMPATIBLE CON EQUIPO AVANOS	UNIDAD	BOSTON CIENTIFIC	X		
3	CANULA RADIOFRECUENCIA CURVA	CANULA CURVA 18GX150MMX10MM COMPATIBLE CON EQUIPO AVANOS	UNIDAD	BOSTON CIENTIFIC	X		

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3	El oferente deberá presentar con la oferta en la plataforma SECOP II, catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo.	X		

Atentamente,

COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

SI/ JHON BASTO RUEDA
Comité Evaluador Técnico

Proyectó: COMITÉ TÉCNICO
Revisado por: COMITÉ TÉCNICO
Fecha de elaboración: 25/06/2026

Ubicación: Escritorio/procesos2026
Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos 3106455199
jhon.basto4414@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA