



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMÉDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 5 5 2026

SEDE: San Fernando

SERVICIO: 67503 hospital

ÁREA:

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Bomba de infusión MARCA: medcompa MODELO: MP60

SERIE: 605231000141 ACTIVO: A-00300 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realizó cambio de batería por desgaste. Se
dijo funcionando en buen estado.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

15 min

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	baterías medicinales		

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE: Erika Castilla R
CARGO: Enfermera

