



U.S.I.  
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA  
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
SUBPROCESO ALMACÉN  
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMÉDICO PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017  
FECHA SEPTIEMBRE 2024  
VERSION 001  
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO: 193 FECHA: 05/05/2026

SEDE: San Francisco SERVICIO: Urgencias ÁREA: Obra

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRÍO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: bomba de inyección MARCA: mdcaptain MODELO: MP 60

SERIE: 6052212001315 ACTIVO: A-00281 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realizó cambio de batería por defecto, queda programado en  
buen estado programado.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | CANT. | DESCRIPCIÓN |
|-------|-------------------|-------|-------------|
| 1     | batería mdcaptain |       |             |
|       |                   |       |             |
|       |                   |       |             |
|       |                   |       |             |

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez  
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

Enica Castillejo Rebo

NOMBRE: Enica Castillejo  
CARGO: Enfermero

