



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué S.A.S.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTION DE RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO

493

FECHA:

11 05 2024

SEDE:

San Francisco

SERVICIO:

Urgencias

ÁREA:

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA



INDUSTRIAL



CADENA DE FRIO



TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO



CORRECTIVO



OsTicket N°

INSTALACIÓN



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:

Bomba de inyección

MARCA:

Modcaprain

MODELO:

SVS 6010

SERIE:

6010190704812

ACTIVO:

A-02234

PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realiza cambio de batería, el equipo no enciende se
encuentra posible daño en display, se retira del servicio.
para su revisión.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

10 min

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL

BUENO



REGULAR



MALO



FUERA DE SERVICIO



MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.

DESCRIPCIÓN

CANT.

DESCRIPCIÓN

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez

CARGO: Ingeniero

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Entrenador

CARGO:

