



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO: 1193 FECHA: 11 05 2026

SEDE: San Francisco SERVICIO: Urgencias AREA:

TIPO DE DEPENDENCIA
BIOMÉDICA ☒ INDUSTRIAL ☐ CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☒ OsTicket N° INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: monitor signos v- MARCA: EDAU MODELO: X12

SERIE: M22C164340029 ACTIVO: A-00267 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se reporta que en ocasiones, se apaga, se ausa se encuentra
descarga en batería, queda pendiente cambio.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

Pendiente cambio de batería. TIEMPO: 15m

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

[Firma]
NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBI CONFORME:

[Firma]
NOMBRE: Extensor
CARGO:

