



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPRÓCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 20 5 2026

SEDE: San Rafael

SERVICIO: Urgencias

AREA:

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☐

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☐ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Monitor de signos vitales

MARCA: EDAN

MODELO: X12

SERIE: M22C16350090

ACTIVO: A-00269

PERIODICIDAD: -

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se reemplazó cable de brida por otro Se des
Enchufó en la pared

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

20m

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL

BUENO ☐

REGULAR ☐

MALO ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	brida 21x15 / 11x9		


FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

NOMBRE: Wilcom Rodriguez
CARGO: Enfermero



liberación 25721
NIERIA MC S.A.S.
00.485.365-9
(1) 6269070 - 313 8636672
nieriamc.sas@gmail.com
ON: 2022-11-29

EDAN Patient Monitor

Model: X12

2022-12-24

SN

261594-M22C16350080

Anti-electro-shock Type: Class I
100V-240V, 50/60Hz/ 1.4A-0.7A IPX1

MD

Shanghai Intertek Holding Corp. GmbH,
Elifstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 E-mail: shholding@hotmail.com

Intertek
4005997

Edan Instruments, Inc.
#15 Jinlun Road, Jinsha Community,
Kengzi Sub-District, Pingshan District,
516122 Shenzhen, P.R.China
Tel: +86-755-26906630
Fax: +86-755-26906630
<http://www.edan.com>

UDI Rx Only

01196644413010945
112121224
21261594-M22C16350080



MONITOR DE PACIENTE
Mod: X12
Importado para Colombia por
NOVA MEDICA SAS
Cra 49C N° 79 - 184 Tel (5) 3760063
Barranquilla - Colombia
www.novamedicasas.com
Soporte Técnico: 304187486
serviciotecnico@novamedicasas.com
PERM. COMERCIALIZACION No.
INVIMA 2013-BC-0002516 R1

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.



A-00269 Activo fijo

TRAZABLE PATRON

ONAC

NIT 901396619-6

FECHA VAL: 22-OCT-2024

3142605843

bioingenieria2c.com.co

05/20/2026 07:31

Cra. 8 #24-1, Ibagué, Tolima

Timemark
Foto 100% Real

WY4XXT34BEYXW3 Timemark Verified