



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTION DE RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 29 05 2024

SEDE: HJF

SERVICIO: Par.DJ-

ÁREA

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Monitor Syne.

MARCA: EDAU

MODELO: X12

SERIE: M 22207540055

ACTIVO: 13942

PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se ajustan pines de sensor de SpO2 el cual
estaban doblados se dejó en buen estado
funcional

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

22m

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL

BUENO ☒

REGULAR ☐

MALO ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

[Firma]

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

[Firma]

NOMBRE: Erika Prada
CARGO: Enfermera

