



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué C.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTION DE RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 25 05 2026

SEDE: SUR

SERVICIO: odontologia

ÁREA

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Unidad odontologica MARCA: SD MODELO: electrica

SERIE: 9-132406 ACTIVO: 8842 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

presenta daños en manguera por desgaste, se realiza cambio de manguera de placa de mano de alta. se realiza cambio de copa borde se deja funcionando en buen estado.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

INICIO

2am

FIN

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
<u>2.5m</u>	<u>manguera placa de alta.</u>		

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

[Signature]
NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero Biomedico

RECIBI CONFORME:

[Signature]
NOMBRE: [Signature]
CARGO:

