



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 26 05 2026

SEDE: SUR

SERVICIO: Odontología

ÁREA:

BIOMÉDICA ☒

TIPO DE DEPENDENCIA

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Pila mano alta. MARCA: Prodental MODELO: TUP red.

SERIE: H209060012 ACTIVO: NT PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se reusa se encuentra turbina gastada. Se realiza el respectivo cambio, se lubrica se deja funcionar en buen estado.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

20 mn

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
<u>1</u>	<u>turbina prodental.</u>		

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

[Firma]

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

[Firma]

NOMBRE: [Firma]
CARGO:

