



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 29 05 2026

SEDE: SUR

SERVICIO: Urgencias

AREA: TRIAGE

BIOMEDICA ☒

TIPO DE DEPENDENCIA

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Monitor signos vitales MARCA: MINDRAY MODELO: Mec 2000

SERIE: CV26108368

ACTIVO: 8585

PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se encuentra dañado en sensor de oxígeno. Se realizó el respectivo
cambio se dejó funcionando en buen estado.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

15 min

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL

BUENO ☒

REGULAR ☐

MALO ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.

DESCRIPCIÓN

CANT.

DESCRIPCIÓN

1 Sensor SpO2

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBI CONFORME:



Maria Fernanda Rojas Vera
Enfermera Jefe
Unidad del Tolima
Registro: 17192

NOMBRE:
CARGO:

