



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 06 05 2026

SEDE: SUR

SERVICIO: odontologia

AREA:

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMEDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Lampara Potocobol MARCA: SUNIDA MODELO: 1271

SERIE: 127261 ACTIVO: 11997 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

se reportó que no enciende, se realiza ajuste de interruptor.
el cual se encontraba un terminal sin contacto, se
deja funcionando en buen estado

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

20m

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Rocio
CARGO: Ingeniero

