



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 07 05 2026

SEDE: SUR

SERVICIO: odontologia

ÁREA:

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Unidad Odontológica

MARCA: Dento record

MODELO:

SERIE: NT

ACTIVO: A-02011

PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Presenta fuga en tubo de escape de aire. Se ajusta.
Se encuentra escape de aire. Se recomienda cambio de
tubo escape.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

Realizado cambio de escape de aire.

20 min

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

[Firma]
NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

[Firma]
NOMBRE: [Firma]
CARGO: [Firma]

