DISTRIBUCIONES AUDIOLÓGICAS SAS

Codigo M-F-01
Versión 1
Vigencia 2025-01-16

REPORTE TÉCNICO

Consecutivo	LM-893-05-26

1. Información del Cliente	
Solicitante	LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ CORREA S.A. - NIT.891411381-8
Direccion y Ciudad	Calle 24 No 5 - 41, Pereira, Risaralda

Fecha de Recepción	2026-05-21
Fecha de Servicio	2026-05-21
Fecha de Salida	2026-05-21

2. Información del Equipo			
Equipo	Audiómetro	Marca	AMPLIVOX
Modelo	240	Serie	35316

3.Tipo de Servicio							
Ajuste	☑	Preventivo	☐	Correctivo	☐	Diagnostico	☑
Nuevo	☐	Garantía	☑	Capacitación técnica	☐		

4. Diagnóstico

EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ES CORRECTO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO ES REMITIDO AL **ÁREA DE METROLOGÍA** PARA SU RESPECTIVA **CALIBRACIÓN**. TODOS LOS SERVICIOS SON REALIZADOS BAJO ESTRICTA AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE.

5. Actividad Realizada

ESTADO DE INGRESO: EL EQUIPO SE RECIBE PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y REVISIÓN GENERAL. DESGASTE NORMAL POR EL USO. EQUIPO EN BUEN ESTADO. XXXXXXXXXXXXX **ACTIVIDAD REALIZADA / DIAGNÓSTICO:** SE REALIZA REVISIÓN PRELIMINAR, SE DETECTAN DESVIACIONES CONSIDERABLES EN VARIAS FRECUENCIAS COMO 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz y 4000 Hz, TRAS MEDICIÓN CON EQUIPO PATRÓN. SE REQUIERE PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE INTENSIDADES SPL. XXXXXXXXX ***ACTIVIDAD REALIZADA/SERVICIO TÉCNICO:*** SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE INTENSIDADES SPL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE. SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS ACCESORIOS, DIADEMA DE CONDUCCIÓN AÉREA, DIADEMA DE CONDUCCIÓN ÓSEA, CARGADOR O ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, AURICULARES, VIBRADOR, CABLES DE CONEXIÓN, PANEL FRONTAL, BOTONES, CONECTORES Y VISUALIZACIÓN DE DATOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Recomendaciones

OPERAR EL EQUIPO CONECTADO A UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA (UPS). LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEBEN SER OBJETO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 3 O 6 MESES SEGÚN INTENSIDAD DE USO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DISTRIBUCIONES AUDIOLÓGICAS SAS

Elaborado por
Ing. ALEXANDER GUTIÉRREZ G.
Esp. en Bioingeniería - UD
INVIMA RH-201110-428

Cristina Segura López

Recibo a Satisfacción
Responsable del equipo