WORLD VISION COMPANY	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO			
	NOMBRE: REPORTE INGENIERIA			
	Código: PR-XX	Versión: 1	Página: 1 de 1	Fecha: 01-06-2025

INFORMACIÓN CLIENTE

RAZON SOCIAL	LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ CORREA	**NIT**	891411381	**CIUDAD**	PEREIRA	**DIRECCIÓN**	CALLE 24 N° 5-41
CONTACTO	DIANA CRISTINA	**CORREO**	CRISTINA.SEGURA@LOPEZCORREA.COM			**TELÉFONO**	3183509052

INFORMACIÓN EQUIPO

EQUIPO	AUTOREFRACTOQUERATOMETRO	**MARCA**	UNICOS	**MODELO**	URK-700A	**SERIE**	RK724D044
ORDEN DE PEDIDO		**FACTURA ORDEN COMPRA**	2923	**# REPORTE**	RI-330	**FECHA**	1/06/2026

TIPO ACTIVIDAD

	INSTALACIÓN		PREVENTIVO	X	GARANTIA		CAPACITACIÓN		
	DESINSTALACIÓN		CORRECTIVO		CONTRATO		SOPORTE REMOTO		
	DEMOSTRACIÓN		DIAGNÓSTICO		SERVICIO ÚNICO		OTRO		

INFORMACIÓN ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	SERIE
OJO ESQUEMATICO	UNICOS	URK-700A	1	NO APLICA
FORRO PROTECTOR	UNICOS	URK-700A	1	NO APLICA
CABLE DE PODER	UNICOS	URK-700A	1	NO APLICA

SOFTWARE

FIRMWARE	7.01.52	SOFTWARE	N/A	OTRO	N/A	SISTEMA OPERATIVO PC	N/A	SQL	N/A
		VERSION	N/A	VERSION	N/A				


DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Se realizo mantenimiento preventivo el cual consistio en: Inspección inicial, previamente a la intervención evidenciando equipo en buen estado, limpieza externa de carcasas, pantalla, mentonera, joystick, base y ventana de medición, verificación de movimientos mecanicos (joystick y mentonera), verificación de táctil, verificación de parametros con Ojo Esquemático, verificación de impresora, verificación de funcionamiento en los diferentes modos de captura. Se deja equipo en buenas condiciones para su funcionamiento.

EVIDENCIA FOTOGRAFÍCA







RECIBIDO

OBSERVACIONES

Para constancia se firma de recibido a satisfacción en la ciudad de	PEREIRA	en la fecha	1/06/2026

World Vision TEMPAT NIT. 901393619-2 Calle 16 # 9-40 Oficina 201

ENTREGADO POR ING. DANNA XIMENA OSMA
WORLD VISION COMPANY
NIT: 901393619-2

RECIBIDO POR
CARGO
CC

WORLD VISION COMPANY	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO			
	NOMBRE: REPORTE INGENIERIA			
	Código: PR-XX	Versión: 1	Página: 1 de 1	Fecha: 01-06-2025

INFORMACIÓN CLIENTE

RAZON SOCIAL	LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ CORREA	**NIT**	891411381	**CIUDAD**	PEREIRA	**DIRECCIÓN**	CALLE 24 N° 5-41
CONTACTO	DIANA CRISTINA	**CORREO**	CRISTINA.SEGURA@LOPEZCORREA.COM			**TELÉFONO**	3183509052

INFORMACIÓN EQUIPO

EQUIPO	ESTUCHE DE OPTOMETRIA	**MARCA**	WELCH ALLYN	**MODELO**	18320-CS	**SERIE**	NO REGISTRA
ORDEN DE PEDIDO		**FACTURA ORDEN COMPRA**	2923	**# REPORTE**	RI-333	**FECHA**	1/06/2026

TIPO ACTIVIDAD

	INSTALACIÓN		PREVENTIVO	X	GARANTIA		CAPACITACIÓN		
	DESINSTALACIÓN		CORRECTIVO		CONTRATO		SOPORTE REMOTO		
	DEMOSTRACIÓN		DIAGNÓSTICO		SERVICIO ÚNICO		OTRO		

INFORMACIÓN ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	SERIE
CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	1	(01) 00732094089479
CABEZAL DE RETINOSCOPIO	WELCH ALLYN	18245	1	(01) 00732094087734
MANGOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	2	NO REGISTRA
BATERRY CONVERTER	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	2	710168-501
BATERIAS	WELCH ALLYN	72300	2	(10) 24W24
ESTUCHE	WELCH ALLYN	775822	1	NO REGISTRA
TRANSILUMINADOR	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	1	NO REGISTRA


SOFTWARE

FIRMWARE	N/A	SOFTWARE	N/A	OTRO	N/A	SISTEMA OPERATIVO PC	N/A	SQL	N/A
		VERSION	N/A	VERSION	N/A				

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo la cual consistio en: Inspección inicial previa a la intervención a realizar, limpieza general de los cabezales y mangos, verificación de bombillos, filtros, baterias y funcionamiento en general. Se deja equipo en buenas condiciones para su uso.

EVIDENCIA FOTOGRAFÍCA



RECIBIDO

OBSERVACIONES

Para constancia se firma de recibido a satisfacción en la ciudad de	PEREIRA	en la fecha	1/06/2026

World Vision TERMAT NIT. 901393619-2 Calle 13 # 9-40 Oficina 201

ENTREGADO POR ING. DANNA XIMENA OSMA
WORLD VISION COMPANY
NIT: 901393619-2

RECIBIDO POR
CARGO
CC

WORLD VISION COMPANY	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO			
	NOMBRE: REPORTE INGENIERIA			
	Código: PR-XX	Versión: 1	Página: 1 de 1	Fecha: 01-06-2025

INFORMACIÓN CLIENTE

RAZON SOCIAL	LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ CORREA	**NIT**	891411381	**CIUDAD**	PEREIRA	**DIRECCIÓN**	CALLE 24 N° 5-41
CONTACTO	DIANA CRISTINA	**CORREO**	CRISTINA.SEGURA@LOPEZCORREA.COM			**TELÉFONO**	3183509052

INFORMACIÓN EQUIPO

EQUIPO	LENSOMETRO MANUAL	**MARCA**	WVE	**MODELO**	NJC-4	**SERIE**	20241219-019
ORDEN DE PEDIDO		**FACTURA ORDEN COMPRA**	2923	**# REPORTE**	RI-331	**FECHA**	1/06/2026

TIPO ACTIVIDAD

	INSTALACIÓN		PREVENTIVO	X	GARANTIA		CAPACITACIÓN		
	DESINSTALACIÓN		CORRECTIVO		CONTRATO		SOPORTE REMOTO		
	DEMOSTRACIÓN		DIAGNÓSTICO		SERVICIO ÚNICO		OTRO		

INFORMACIÓN ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	SERIE
CABLE DE PODER	WVE	N/A	1	NO APLICA
PROTECTOR DE OCULAR	WVE	N/A	1	NO APLICA

SOFTWARE


FIRMWARE	N/A	SOFTWARE	N/A	OTRO	N/A	SISTEMA OPERATIVO PC	N/A	SQL	N/A
		VERSION	N/A	VERSION	N/A				

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Se realizo mantenimiento preventivo el cual consistio en: Inspección inicial, previamente a la intervención; limpieza general, verificación de funcionamiento con baterias y con cable de poder, verificación de alineación, estado del LED, perillas y demás partes móviles. Se deja equipo en buenas condiciones para su uso.

EVIDENCIA FOTOGRAFÍCA





RECIBIDO

OBSERVACIONES

Para constancia se firma de recibido a satisfacción en la ciudad de	PEREIRA	en la fecha	1/06/2026

World Vision COLOMBIA NIT. 901393619-2 Calle 13 # 9-40 Oficina 201

ENTREGADO POR ING. DANNA XIMENA OSMA
WORLD VISION COMPANY
NIT: 901393619-2

RECIBIDO POR
CARGO
CC