2026-01-26-6

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-01-23 11:30
Fecha y Hora final del servicio: 2026-01-23 14:00
Cotización: 25-2541
Metrólogo: Carlos Pineda

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Laboratorio de Salud Publica de Cundinamarca
Dirección: Calle 21 A # 70-10
Contacto: Natalia Cañon
Ciudad: Bogotá DC

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Balanza	0044302897	EM-AA-433	N.A	N.A	B25-913	(0/0,01/0,05/0,1/0,5/1/5/10/20/50/100/220) g	EMP: ±0,001g a 50g / ±0,002 g50 a 200g / ±0,003g a 200g.
Balanza	0044302905	EM-AA-434	N.A	N.A	B25-914	(0/0,01/0,05/0,1/0,5/1/5/10/20/50/100/220) g	EMP: ±0,001g a 50g / ±0,002 50g a 200g / ±0,003 a 200g.
Balanza	0044107128	EM-AA-435	N.A	N.A	B25-915	(0,001/0,005/0,01/0,05/0,1/1/10/20/50/100/220) g	EMP: ±0,0001g a 50g / ±0,0002 50g 200g / ±0,0003g a 200g

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: N. Cañón
Nombre: Natalia Cañón

Requiere declaración de conformidad: Si ☒ No ☐

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración	X					
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar	X					
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal	X					
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad	X					
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo	X					
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo	X					
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada	X					
En general como califica el servicio prestado	X					

Observaciones Del Servicio

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)	____	Temperatura (Contacto)	____	Presión	____
Temperatura (Caracterización Medios)	____	Masa	X	Química (Turbidez, Cloro)	____
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)	____	Óptica	____		

Descripción	Código interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	----	----	X			X				X			X			
Calcomanías	----	3	X					X				X			X	
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	----	----														
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	----	----														
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	----	----														
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-116	1	X					X		X					X	
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos ____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Filtros patrón	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Pesas Patrón	MC-045	1	X			X				X			X			

Entregado Laura P
Recibido Carlos Pineda
Fecha 2026-01-23

Entregado Carlos Pineda
Recibido Laura P
Fecha 2025-01-23

2026-02-05-12

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8
Pagina 1 de 1

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-01-26 HH: 9:00
Fecha y Hora final del servicio: 2026-01-26 HH: 4:50

Cotización: 26-257
Metrólogo: CARLOS FUENTES

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA
Dirección: CALLE 21 A # 70-10

Contacto: NATALIA CAÑON
Ciudad: BOGOTÁ

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
INCUBADORA	2076100355914	EM-AA-011	N/A	N/A	TC26-078	35 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
INCUBADORA	2076100456310	EM-AA-022	N/A	N/A	TC26-079	35 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
REFRIGERADOR VERTICAL	BE06MXE1T000E1570008	EM-AP-256	N/A	N/A	TC26-080	5 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
CONGELADOR INFERICO	BE06MEX1000E1570008	EM-AP-257	N/A	N/A	TC26-081	-20 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
TERMOBLOQUE	BX238A10000575	EM-AP-326	N/A	N/A	TC26-082	(30,65,95)°C	EQUIPO SIN NOVEDAD
TERMOBLOQUE	BX238A10000578	EM-AP-327	N/A	N/A	TC26-083	(50,65,95)°C	EQUIPO SIN NOVEDAD
CUARTO FRIO	LC1008399730	EM-AA-251	N/A	N/A	TC26-084	5 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
CUARTO FRIO	09C952274	EM-AA-025	N/A	N/A	TC26-085	5 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
CAMILLA REFRIGERADA	176195	EM-AP-252	N/A	N/A	TC26-086	4 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
/	/	/	/	/	/	/	/

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: MARIA FERNANDA S
Nombre: MARIA FERNANDA SILVA R

Requiere declaración de conformidad: Si ☑ No ☒

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración		X				
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar		X				
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal		X				
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad		X				
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo		X				
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo		X				
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada		X				
En general como califica el servicio prestado		X				

Observaciones Del Servicio

/

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)	X	Temperatura (Contacto)		Presión	X
Temperatura (Caracterización Medios)		Masa		Química (Turbidez, Cloro)	
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)		Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,																
Calcomanias																
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,																
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal																
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)																
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-269	1	X			X										
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)																
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)																
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos Cable de poder Llave extractora liquido conductor	MC-065 MC-069 MC-272 MC-273 MC-069 MC-070	6	X			X				X			X			
Filtros patrón																
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur																
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras																
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones																
Pesas Patrón																

Entregado	[signature]	Entregado	[signature] Caren Fuentes
Recibido	Caren Fuentes	Recibido	[signature]
Fecha	2026-01-26	Fecha	2026-01-27

2026-02-05.14

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8
Pagina 1 de 1

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-01-26 14:23
Fecha y Hora final del servicio: 2026-01-27 11:12

Cotización: 26-252
Metrólogo: Jenny Tovar

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Laboratorio de Salud Pública de Cimarca
Dirección: Calle 21 # 70-10

Contacto: Natalia Cañon / CAMILA GARZÓN
Ciudad: Bogotá D.C.

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Turbidímetro	2021070C0113	~~N26-022~~ *	N/A	N/A	MG N26-022	(1/2/5/10/20/50) NTU	se entrega equipo en correcto funcionamiento

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma:

Nombre: CAMILA GARZON

Requiere declaración de conformidad: Si ☐ No ☑

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración	X					
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar	X					
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal	X					
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad	X					
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo	X					
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo	X					
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada	X					
En general como califica el servicio prestado	X					

Observaciones Del Servicio

* EM - AA - 260

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)	____	Temperatura (Contacto)	____	Presión	____
Temperatura (Caracterización Medios)	____	Masa	____	Química (Turbidez, Cloro)	X
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)	____	Óptica	____		

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	____	____	X					X		X					X	
Calcomanias	____		X					X			X				X	
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	____	____		X				X			X				X	
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	____	____		X				X			X				X	
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	____	____	X			X				X			X			
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-052	1	X					X		X					X	
Termómetros Patrón (Baterias, Perillero, Cable de carga, interfaz)	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos ____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Filtros patrón	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	MC-014		X			X				X			X			
Pesas Patrón	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____

Entregado Laura
Recibido Jenny Tovar
Fecha 2026-01-26

Entregado Jenny Tovar
Recibido Laura
Fecha 2026-01-27

2026-02-05-16

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-01-26 H13:30
Fecha y Hora final del servicio: 2026-01-28 H15:30
Cotización: 25-509
Metrólogo: Carlos Pineda

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Sapuga S.A
Dirección: Kilometro 25 Via Rubiales, Puerto Gaitan - Meta
Contacto: Anderson Taborda
Ciudad: Puerto Gaitan - Meta

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Manta de Calentamiento (Pozo 1)	CNOR2307-F256H-18	No Disponible	N.A	N.A	TC26-073	(160)°C	
Manta de Calentamiento (Pozo2)	CNOR2307-F256H-18	No Disponible	N.A	N.A	TC26-074	(160)°C	
Manta de Calentamiento (Pozo3)	CNOR2307-F256H-18	No Disponible	N.A	N.A	TC26-075	(210)°C	
Plancha de Calentamiento	PAG-9202-69	No Disponible	N.A	N.A	TC26-076	(270)°C	
Horno	B417.00	No Disponible	N.A	N.A	TC26-077	(105)°C	
Espectrofotometro	UER2105005	No Disponible	N.A	N.A	SP26-029	Según Acreditación	El equipo fue probado por el cliente luego de la Calibración.
Manta de Calentamiento (Pozo4)	CNOR2307-F256H-18	No Disponible	N.A	N.A	TC26-069	(210)°C	
Manta de Calentamiento (Pozo 5)	CNOR2307-F256H-18	No Disponible	N.A	NA	TC26-070		
Manta de Calentamiento (POZO 6)	CNOR2307-F256H-18	No Disponible	N.A	N.A	TC26-104		

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma:

Nombre: Anderson Eliseo Landinez Taborda

Requiere declaración de conformidad: Si ☐ No X

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración	X					
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar	X					
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal	X					
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad	X					
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo	X					
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo	X					
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada	X					
En general como califica el servicio prestado	X					

Observaciones Del Servicio

Todos los equipos fueron probados Por el Cliente y Son recibidos a Satisfacción.
La balanza Citizen que se incluyo en la Solicitud del Servicio no se Calibro a peticion del Cliente
Los Stickers TC26-070 y TC26-104 quedan Pendientes para enviarlos al Cliente.

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)	____	Temperatura (Contacto)	____	Presión	____
Temperatura (Caracterización Medios)	X	Masa	X	Química (Turbidez, Cloro)	____
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)	X	Óptica	X		

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	____	____	X			X				X			X			
Calcomanías	____	17	X					X				X			X	
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	____	____														
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	____	____														
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	____	____														
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-116	1	X					X		X					X	
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	MC-235 MC-276 MC-277	3	X			X				X			X			
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos ____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	MC-053	1	X			X				X			X			
Filtros patrón	MC-093	1	X			X				X			X			
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur	MC-024 MC-027	2	X			X				X			X			
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Pesas Patrón	MC-025	1	X			X				X			X			

Entregado Laura P
Recibido Carlos Pineda
Fecha 2026-01-26

Entregado Carlos Pineda
Recibido Laura P
Fecha 2026-01-29

2026-02-05-34

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8
Pagina 1 de 2

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-02-03 HH:MM 9:00
Fecha y Hora final del servicio: 2026-02-03 HH:MM 4:30

Cotización: 26-252
Metrólogo: CARLOS FUENTES

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA
Dirección: CALLE 21 A # 70-10

Contacto: NATALIA CAÑON
Ciudad: BOGOTÁ DC

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
TERMOBLOQUE	232608639	EM-AA-426-1	N/A	N/A	TC26-123	55 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD
TERMOBLOQUE	232608636	EM-AA-426-2	N/A	N/A	TC26-126	95 °C	EQUIPO SIN NOVEDAD

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: NATALIA FERNANDA S
Nombre: NATALIA FERNANDA S.

Requiere declaración de conformidad Si ☑ No ☒

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración		X				
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar		X				
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal		X				
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad		X				
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo		X				
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo		X				
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada		X				
En general como califica el servicio prestado		X				

Observaciones Del Servicio

/

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)		Temperatura (Contacto)		Presión	
Temperatura (Caracterización Medios)	X	Masa		Química (Turbidez, Cloro)	
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)	X	Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	----	----														
Calcomanías	----															
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	----	----														
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	----	----														
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	----	----														
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-269	1														
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos ____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	MC-067 MC-068		X			X				X			X			
Filtros patrón	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur																
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Pesas Patrón	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Entregado Laura P
Recibido Caren Fuentes
Fecha 2026-02-03

Entregado Caren Fuentes
Recibido Laura P
Fecha 2026-02-03

2026-07-09-10

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8
Pagina 1 de 2

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-01-30 8:50
Fecha y Hora final del servicio: 2026-01-30 16:40

Cotización: 26-252
Metrólogo: Mario Ojuela / Sara Corvo

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Laboratorio de Salud Publica de Cundinamarca
Dirección: Calle 21A #70-10

Contacto: Natalia Carron
Ciudad: Bogota D.C

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Refrigerador	116819880117220	EM-AP-209	N/A	N/A	TC26-108	5°C	OK
Refrigerador	230801383	EM-AP-323	N/A	N/A	TC26-053	5°C	OK
Congelador	230801383	EM-AP-323	N/A	N/A	TC26-059	-30°C	OK
Refrigerador	23081380	EMAA-424	N/A	N/A	TC26-092	5°C	OK
Congelador	23081380	EM-AA-424	N/A	N/A	TC26-110	-30°C	OK
Refrigerador	2303187	EM-AA425	N/A	N/A	TC26-087	5°C	OK
Congelador	2303187	EM-AA-425	N/A	N/A	TC26-088	-25	OK
Incubadora	01035313	EM-AP-073	N/A	N/A	TC26-089	36°C.	OK

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma:

Nombre: Camilo Rivas.

Requiere declaración de conformidad Si [X] No [ ]

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración	X					
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar	X					
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal	X					
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad	X					
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo	X					
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo	X					
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada	X					
En general como califica el servicio prestado	X					

Observaciones Del Servicio

No se realizó congelador EM-AP-207 porque el equipo no estabiliza.

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)		Temperatura (Contacto)		Presión	
Temperatura (Caracterización Medios)	X	Masa		Química (Turbidez, Cloro)	
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)		Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	———	———	x			x										
Calcomanías	———	10	x					—								
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	———	———														
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	———	———														
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	———	———	x			x										
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-183	1	x					—								
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	MC-069 MC-076 MC-125 MC-126 MC-130 MC-131 MC-222 MC-223		x			x										
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos _____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Filtros patrón	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
Pesas Patrón	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———

Entregado AC
Recibido Mario Oguela
Fecha 2026-01-30

Entregado Mario Oguela
Recibido A.L.
Fecha 2026-01-30.

2026-02-09-9

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8
Pagina 1 de 2

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-01-30 08:50
Fecha y Hora final del servicio: 2026-01-30 16:40

Cotización: 2C-252
Metrólogo: Mario Orjuela / Sara Cano

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Laboratorio de Salud Publica de Cundinamarca
Dirección: Calle 21A #70-10

Contacto: Natalia Cañon
Ciudad: Bogota DC

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Termóbloque	BX23AA10000637	EM-AP-329	N/A	N/A	TC26-090	(30,65,95) °C	OK
Termóbloque	BX23AA10000639	EM-AP-330	N/A	N/A	TC26-091	(37,56,95) °C	OK

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma:

Nombre: Camilo Riaño

Requiere declaración de conformidad: Si X No □

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración		X				
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar		X				
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal		X				
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad		X				
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo		X				
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo		X				
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada		X				
En general como califica el servicio prestado		X				

Observaciones Del Servicio

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)	____	Temperatura (Contacto)	____	Presión	____
Temperatura (Caracterización Medios)	X	Masa	____	Química (Turbidez, Cloro)	____
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)	____	Óptica	____		

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	____	____	x			x										
Calcomanías	____	2	x			x										
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	____	____														
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	____	____														
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	____	____														
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-1[illegible]3	1	x			x										
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	MC069 MC070	x				x										
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos ____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Filtros patrón	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
Pesas Patrón	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____	____

Entregado [illegible]
Recibido Sara Cano
Fecha 2026-01-30

Entregado Sara Cano
Recibido A.L.
Fecha 2026-01-30

2026-02-18-3

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8
Pagina 1 de 2

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-02-12 9:10
Fecha y Hora final del servicio: 2026-02-12 (DD HH:MM)

Cotización: 26-536
Metrólogo: Carlos Fuentes

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Gobernación de Cundinamarca - Laboratorio
Dirección: Calle 21 A # 70-10

Contacto: Natalia Cañon
Ciudad: Bogotá D.C

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Congelador	3000338116	EM-AP-258	N/A	N/A	TC26-175	-20 °C	Equipo sin nombre

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: N Cañón
Nombre: Natalia Cañón

Requiere declaración de conformidad: Si ☐ No ☒

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración		✓				
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar		✓				
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal		✓				
El Metrólogo cuenta con la logistica necesaria para su actividad		✓				
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo		✓				
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo		✓				
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada		✓				
En general como califica el servicio prestado		✓				

Observaciones Del Servicio

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)		Temperatura (Contacto)		Presión	X
Temperatura (Caracterización Medios)	X	Masa	X	Química (Turbidez, Cloro)	
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)		Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,																
Calcomanias																
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,																
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal																
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)																
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-264	1	X			X										
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	MC-276 MC-277	2	X			X										
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)																
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos _____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor																
Filtros patrón																
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur																
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras																
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones																
Pesas Patrón																

Entregado [signature]
Recibido CARLOS FUNETES
Fecha 2026-02-12

Entregado CARLOS FUNETES
Recibido [signature]
Fecha 2026-02-12

2026-03-24-23

SERVICIOS EN SITIO

Fecha y Hora inicio del servicio 2026-03-24 09:32
Fecha y Hora final del servicio 2026-03-24 HH:MM

26-536
Metrólogo Jenny Tovar

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
Dirección Calle 21 A # 70-10

Contacto María Silva
Ciudad Bogotá D.C.

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Refrigerador	BEGGHXE1T0001	EM-AP-253	N/A	N/A	TC26-393	5°C	Se entrega equipo en correcto funcionamiento

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: N Carrón
Nombre: Natalia Carrón

Requiere declaración de conformidad Si ☒ No ☐

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración	X					
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar	X					
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal	X					
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad	X					
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo	X					
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo	X					
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada	X					
En general como califica el servicio prestado	X					

Observaciones Del Servicio

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)		Temperatura (Contacto)		Presión	
Temperatura (Caracterización Medios)		Masa	X	Química (Turbidez, Cloro)	
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)	X	Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	----------	----------	X					X		X					X	
Calcomanías	----------		X					X			X				X	
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	----------	----------		X				X			X				X	
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	----------	----------		X				X			X				X	
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	----------	----------	X			X				X			X			
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-024	1	X					X		X					X	
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos _____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	MC-176 MC-222 MC-223		X			X	X			X			X			
Filtros patrón	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur																
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Pesas Patrón																

Entregado	NL	Entregado	Jenny Tovar
Recibido	Jenny Tovar	Recibido	NL
Fecha	2026-03-24	Fecha	2026-03-24

Center

SERVICIOS EN SITIO

Fecha y Hora inicio del servicio 2026-04-01 9:10
Fecha y Hora final del servicio 2026-04-01 15:35

Cotización 26-536
Metrólogo Alexis Barra

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social Gobernación de Cundinamarca - laboratorio Salud Publica
Dirección Calle 22a # 70-70

Contacto Nana Silva
Ciudad Bogotá DC

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Refrigerador	110801025	EM-AB-038	—	—	TC26-025	(4) °C	
Congelador	3000338116	EM-AB-258	-	—	TC26-027	(-20) °C	

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: N Cañón
Nombre: Natalia Cañón

Requiere declaración de conformidad Si [X] No [ ]

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

		[redacted]
El Metrólogo llega puntual a la calibración	X	[redacted]
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar	X	[redacted]
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal	X	[redacted]
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad	X	[redacted]
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo	X	[redacted]
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo	X	[redacted]
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada	X	[redacted]
En general como califica el servicio prestado	X	[redacted]

Observaciones Del Servicio

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)		Temperatura (Contacto)	x	Presión	
Temperatura (Caracterización Medios)	x	Masa		Química (Turbidez. Cloro)	
Electroquímica (pH. Conductividad. OD)		Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			SI	No	No Aplica	SI	No	No Aplica		SI	No	No Aplica	SI	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Camé,																
Calcomanías		2	x					x				x			x	
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador																
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal																
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)																
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-117	1	x			x				x			✓			
Termómetros Patrón (Baterías. Perillero. Cable de carga. interfaz)	MC 222 MC 223 MC 272 MC 273	4	x			x				x			x			
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)																
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos _____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor																
Filtros patrón																
Soluciones patrón. Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur																
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras																
Soluciones patrón. Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones																
Pesas Patrón																

Entregado M
Recibido Alexis Barra
Fecha 2026- 04-01

Entregado Alexis Barra
Recibida M
Fecha 2026-04-01

2026-04-20-6

Metrological Center

SERVICIOS EN SITIO

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026-04-17 08:17 # Cotización: 26-536
Fecha y Hora final del servicio: 2026-04-17 HH:MM Metrólogo: Jenny Tovar

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca Contacto: Natalia Cañon
Dirección: Calle 21 A # 70-10 Ciudad: Bogotá D.C.

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Ultracongelador	3000331832	TC26-478	N/A	N/A	TC26-478	-80°C	se entrega equipo en correcto funcionamiento
Incubadora	20876100451307	TC26-479	N/A	N/A	TC26-479	30°C	
Incubadora	20230000000486	TC26-480	N/A	N/A	TC26-480	35°C	
Autoclave	1301476	TC26-481	N/A	N/A	TC26-481	121°C	se entrega equipo en correcto funcionamiento

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: N Cañón Nombre: Natalia Cañón.

Requiere declaración de conformidad Si ☑ No ☐

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente Insatisfecho	No Aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración					X	
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar					X	
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal					X	
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad					X	
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo					X	
El Metrólogo solicito el Manual, guía o ficha técnica del fabricante del equipo						X
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada					X	
En general como califica el servicio prestado					X	

Observaciones Del Servicio

Queda pendiente la revisión del equipo Ultracongelador por tiempo para alcanza temperatura de set point. El error es alto en comparación con el histórico del equipo.

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)		Temperatura (Contacto)		Presión	
Temperatura (Caracterización Medios)	X	Masa		Química (Turbidez, Cloro)	
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)	X	Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné,	----------	----------	X					X		X					X	
Calcomanías	----------		X					X			X				X	
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	----------	----------		X				X			X				X	
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	----------	----------		X				X			X				X	
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	----------	----------	X			X				X			X			
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-052	1	X					X		X					X	
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	MC-228 MC-224 MC-225 MC-223 MC-012 MC-037		X			X				X			X			
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos _____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor																
Filtros patrón	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur																
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueras	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Pesas Patrón	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Entregado [signature]
Recibido Jenny Tovar
Fecha 2026-04-17

Entregado Jenny Tovar
Recibido [signature]
Fecha 2026-04-17

2026-04-28-1

Center

SERVICIOS EN SITIO

PTC-FO-48
V.8
Pagina 1 de 2

Fecha y Hora inicio del servicio: 2026 04 27 9:00
Fecha y Hora final del servicio: 2026 04 28

Cotización: 26-536
Metrólogo: Javier Sierra

Datos Del Cliente Para Emisión Del Certificado

Razón Social: Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Salud
Dirección: Calle 26 A # 70 - 10

Contacto: María Fernanda Silva
Ciudad: Bogotá DC

Datos de Equipos

Equipo	Serie	Código Interno	Condiciones Operación °C	Condiciones Operación %hr	Código Certificado	Puntos Calibrados	Observaciones
Ultracongelador	3000 338132	EM-AP-260	N/A	N/A	T026-533	(-80) °C	

Por medio de la firma en este documento, el cliente confirma que recibe a satisfacción los equipos bajo calibración

Firma: N Catón

Nombre: Natalia Catón

Requiere declaración de conformidad: Si [X] No [ ]

Encuesta de satisfacción de Servicios En Sitio

Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en su experiencia como cliente de Metrological Center S.A.S., indique su grado de concordancia utilizando la siguiente escala de evaluación siendo "TS-Totalmente Satisfecho" la calificación mas alta y "TI-Totalmente Insatisfecho" la calificación mas baja.
Marca con una "X" la satisfacción con el servicio de calibración.

Totalmente satisfecho	Satisfecho	Medianamente satisfecho	Insatisfecho	Totalmente insatisfecho	No aplica
TS	S	MS	I	TI	NA

	TS	S	MS	I	TI	NA
El Metrólogo llega puntual a la calibración	X					
El Metrólogo se identifica y da a conocer la actividad a realizar	X					
El Metrólogo utiliza los elementos de protección personal	X					
El Metrólogo cuenta con la logística necesaria para su actividad	X					
El Metrólogo verifico el intervalo y/o puntos de calibración del equipo	X					
El Metrólogo solicito el Manual, guia o ficha técnica del fabricante del equipo						X
El Metrólogo demostró conocimiento y profesionalismo en la actividad realizada	X					
En general como califica el servicio prestado	X					

Observaciones Del Servicio

Magnitud del servicio

Humedad Relativa (Caracterización Medios)		Temperatura (Contacto)		Presión	
Temperatura (Caracterización Medios)	X	Masa	X	Química (Turbidez, Cloro)	
Electroquímica (pH, Conductividad, OD)		Óptica			

Descripción	Código Interno	Cantidad	Salida patrón - Verificación							Ingreso del patrón - Verificación						
			Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades	Esta en buen estado			Tiene todos sus accesorios			Novedades
			Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica		Si	No	No Aplica	Si	No	No Aplica	
Elementos de protección personal (Bata, Guantes), según riesgo, Carné.	----	----	x			x										
Calcomanías	----	3	x			x										
Kit de limpieza, Tijeras, Cinta, Marcador,	----	----	x			x										
Perillero, Pie de Rey, Soporte Universal	----	----			x			x								
Equipo de computo, Cargador, Mouse (opcional)	----	----	x			x										
Termohigrobarómetro / Termohigrómetro	MC-115	1	x			x										
Termómetros Patrón (Baterías, Perillero, Cable de carga, interfaz)	MC 272 273 067 068	4	x			x										
Termohigrómetro Patrón termómetros tipo bala (Cable de datos, interfaz)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Medio Isotérmico Extensión Estabilizador o transformador # de insertos ____ Cable de poder Llave extractora liquido conductor	----	----	----	----	[illegible]	[illegible]	----	----	----	----	[illegible]	x	----	----	----	----
Filtros patrón	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor Pipetas Pasteur	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Manómetros Patrón Banco de Calibración Juego de llaves Fijas Adaptadores "racores" Mangueros	----	----	----	----	----	----	----	x	----	----	----	----	----	----	----	----
Soluciones patrón, Agua Desionizada Soportes Recipientes Recipientes contenedor (Erlenmeyer) Solución titulante (FAS) Bureta Balones	----	----	----	----	----	----	----	x x x x	----	----	----	----	----	----	----	----
Pesas Patrón								x								

Entregado [illegible] Javier Sierra
Recibido
Fecha 2026-04-27

Entregado Javier Sierra
Recibido [illegible]
Fecha 2026-04-29

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2026

Consecutivo: **CE-11060**

Señor(es):
Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca(2) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 10:24 horas del día 05 de febrero de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-163	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-427 \ UU24537	Caja Original, Soporte, Llave, Manual Y Ficha Técnica, Caja Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-164	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-428 \ UU20334	Caja Original, 6 Puntas, Caja Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: C. Rios

Fecha: 2026-02-05

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2026

Consecutivo: **CE-11105**

Señor(es):
Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca(36) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 14:59 horas del día 11 de febrero de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-136	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-022 \ 3640028	Cuerpo Fracturado. Viene En Caja Compartida, 3 Llaves De Dispensador, 5 Adaptadores De Botella, Tubo De Absorción, Caja Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-137	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-030 \ 08M46661	Caja Original, Caja De Cartón Con 15 Puntas.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-138	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-032 \ 12M16128	Caja Original, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-139	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-048 \ 416546A	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-140	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-049 \ 4950482	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-141	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-054 \ J68709	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-142	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-056 \ P32369C	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-143	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-057 \ P32423C	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-144	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-058 \ T95706	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-145	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-059 \ 4951437	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-146	1	Dispensador Manual	EM-AA-075 \ 07J15352	Caja Original, 4 Adaptadores De Botella, Tuvo De Aspiración, Caperuza Adicional, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-147	1	Dispensador Manual	EM-AA-076 \ 05K77267	Caja Original, 3 Adaptadores De Botella, Tubo De Aspiración, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

V26-149	1	Dispensador Manual	EM-AA-088 \ 11B9459	Caja Compartida. 1 Adaptador De Botella, Tubo De Aspiración, Sin Caperuza, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-150	1	Pipeta A Pistón Monocanal Fijo	EM-AA-101 \ 4585989	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-151	1	Pipeta A Pistón Monocanal Fijo	EM-AA-143 \ 4585769	Caja Compartida. Perilla Amarilla Rota, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-152	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-156 \ GK388000	Caja Original, 11 Puntas No Aptas, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-154	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-172 \ 114813D	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-155	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-213 \ 136912D	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-156	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-226 \ 128991B	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-157	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-230 \ 1290538	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-158	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-263 \ W59433N	Caja Original, Caja Compartida.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-159	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-264 \ 06U2785	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-160	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-265 \ GJ383014	Caja Compartida, Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-161	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-277 \ 21J38631	Caja Compartida. 5 Puntas, Dos Manuales. Lubricante, 4 Bolsitas De Marcación. Caja De Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-162	1	Dispensador Manual	EM-AA-271 \ 21J42029	Caja Original, 4 Adaptadores De Botella. Llave, Caja De Cartón . Sin Tuvo De Succión.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-165	1	Pipeta A Pistón Multicanal Variable 8 Canales	EM-AA-429 \ UU11573	Caja Original, 2 Llaves, Caja Cartón.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
SB26-102	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-168 \ 11X9055	Caja Compartida, Caja De Cartón, / MTKV-0099-26	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
SB26-103	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-299 \ 21H30619	Caja Compartida, Caja De Cartón, Punta Suminada. / MTKV-0100-26	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
SB26-084	1	Termómetro Infrarrojo	EM-AA-206 \ 170810191	Ingresa En Estuche De Plastico Negro Original, El Laboratorio No Se Hace Responsable En Caso De Daño O Deterioro Del Sensor, Indicador O Soporte Del Equipo Debido A La Temperatura Sometida /TE-	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca

T26-192	1	Datalogger De Temperatura	EM-AA-294 \ M3T57623	Ingresa En Caja Carton Compartida, En Empaquer Individual Alargado Con Tapas De Silicona Roja,	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca
T26-193	1	Datalogger De Temperatura	EM-AA-295 \ M3T57621	Ingresa En Caja Carton Compartida, En Empaquer Individual Alargado Con Tapas De Silicona Roja, Interfaz Compartida Con Cable De Datos Sn: Im54818,	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca
T26-194	1	Datalogger De Temperatura	EM-AA-296 \ M3T57622	Ingresa En Caja Carton Compartida, En Empaquer Individual Alargado Con Tapas De Silicona Roja, Interfaz Compartida Con Cable De Datos Sn: Im54818,	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca
T26-195	1	Datalogger De Temperatura	EM-AA-297 \ M3T57620	Ingresa En Caja Carton Compartida, En Empaquer Individual Alargado Con Tapas De Silicona Roja, Interfaz Compartida Con Cable De Datos Sn: Im54818,	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca
T26-196	1	Datalogger De Temperatura	EM-AA-298 \ M3T57618	Ingresa En Caja Carton Compartida, En Empaquer Individual Alargado Con Tapas De Silicona Roja, Interfaz Compartida Con Cable De Datos Sn: Im54818,	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca
SB26-100	1	Filtro De Densidad Óptica 480 nm	EM-AA-246-4 \ 20181210-2	Ingresa En Estuche Plastico Negro Original, Se Observan Algunos Fibras En La Superficie Del Filtro./FFC-MR-E-408	Laboratorio de Salud Pública De Cundinamarca
SB26-101	1	Filtro De Densidad Óptica 540 nm	EM-AA-246-5 \ 201090924-50	Ingresa En Estuche Plastico Negro Original, Se Observan Algunos Fibras En La Superficie Del Filtro./FFC-MR-E-407	Laboratorio de Salud Pública De Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: C. Rico

Fecha: 2026-02-17

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-3
V.

Bogotá D.C., 18 de febrero de 2026

Consecutivo: **CE-11152**

Señor(es):
Laboratorio de Salud Publica De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Laboratorio de Salud Publica De Cundinamarca(7) equipo(s). Los instrumento salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 14:37 horas del día 13 de febrero de 2025

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-205	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-028 \ T74126	Ingresa En Caja Original Compartida, Sin Accesorios.	Gobernación de Cundinamarca - Laboratorio de Salud Publica
V26-208	1	Dispensador Manual	EM-AA-262 \ 21J34934	Ingresa En Caja Original Con 13 Accesorios De Rosca, 3 Tubos De Aspiración, Cánula Completa, 2 Llaves Plásticas	Gobernación de Cundinamarca - Laboratorio de Salud Publica

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente
Sticker TC26-053A

Cordialmente,

Recibido:

Fecha: 2026-02-18

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2026

Consecutivo: **CE-11204**

Señor(es):
Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca(4) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 12:49 horas del día 20 de febrero de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
SB26-083	1	Termolactodensímetro	EM-AA-181 \ No Disponible	Ingresa En Estuche De Plastico Transparente Original, Equipo En Buen Estado, Sin Grietas	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca
SB26-085	1	Juego de Pesas Patrón	EM-AA-259 \ AQ210015	En Estuche Plateado, Paño Limpiador, Pinzas Plásticas, Compuesto Por 24 Unidades, 12 Piezas De Lamina, 12	Laboratorio De Salud Publica De Cundinamarca
V26-258	1	Pipeta A Pistón Monocanal Viable	EM-AA-267 \ 21H32383	Ingresa En Caja Original Con Accesorios Y Adactador Para Mesón	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-259	1	Dispensador	EM-AA-273 \ 21J41998	Ingresa En Caja Original Con Manual, Tubo De Aspiración, 5 Accesorios De Rosca Y Llave De Ajuste	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

Recibido: Carlos Barreto

Fecha: 20-02-26

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2026

Consecutivo: **CE-11260**

Señor(es):
Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca(5) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 12:54 horas del día 02 de marzo de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-318	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-167 \ 08X5194	Caja Cartón Caja Compartida	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-319	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-042 \ 01Z3103	Ingresa En Caja Original Compartida, Sin Accesorios.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-320	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-051 \ 4615049	Ingresa En Caja Original Compartida, Sin Accesorios.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-321	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-052 \ C38339	Ingresa En Caja Original Compartida, Sin Accesorios.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-323	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-278 \ 21H32378	Ingresa En Caja Original Sin Accesorios	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: C. Fiallo

Fecha: 2026-03-02

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2026

Consecutivo: **CE-11302**

Señor(es):
Gobernacion De Cundinamarca

Cordial Saludo.
Por medio del presente, se entrega a Gobernacion De Cundinamarca(13) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 14:10 horas del día 09 de marzo de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-385	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-272 \ 21J38629	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables.	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-384	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-279 \ 21H32379	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables.	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-383	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-295 \ 21J38625	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, Pincel, Silicone Grease, Algunas Puntas Desechables	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-380	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-297 \ 21J38608	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables.	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-389	1	Dispensador Manual	EM-AA-308 \ 21J42044	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand Original Compartida Con Pipetas A Piston, Tubo	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca

V26-390	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-261 \ 21J42602	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand Original Compartida Con Pipeta Y Dispensador.	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-391	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-290 \ 21H28453	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand Original Compartida Con Pipeta Y Dispensador.	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-381	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-302 \ 21H28452	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, 2 Tapones (Limpio Y Sucio), 3 Pinceles, 3 Silicone Grease..	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-388	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-333 \ 23D15136	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables,	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-387	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-447 \ 23F39265	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables,	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-382	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-334 \ 23L03818	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario,	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-379	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-307 \ 21J45351	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario,	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-386	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-302 \ 21H32382	Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario,	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: Camila Cuellar

Fecha: 2026-03-09

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2026

Consecutivo: **CE-11356**

Señor(es):
Gobernacion De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Gobernacion De Cundinamarca(2) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 15:09 horas del día 13 de marzo de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
SB26-219	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-299 \ 21H30616	MTKV-0228-26 Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
SB26-220	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-300 \ 21H30617	MTKV-0229-26 Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De Mesón, Manual Del Usuario,	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
SB26-221	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-271 \ 21H30630	MTKV-0230-26 Ingresa En Caja Compartida, En Caja Blanca De La Marca Brand, Con Adaptador De	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: Camila Cueliar

Fecha: 2026-03-13

Camila Cueliar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

Bogotá D.C. 18 de marzo de 2026

Consecutivo: CE-11392

Señor(es):
Gobernación De Cundinamarca - Secretaría De Salud

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Tecnología En Procesos De Control S.A.S.(0) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 13:27 horas del día 18 de marzo de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-481	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-080 \ J68714	Pro-0207-26 / Ingresa Sin Empaque	Gobernación De Cundinamarca - Secretaría De Salud

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: NOmbre

Fecha: 2026-03-18

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2026

Consecutivo: **CE-11421**

Señor(es):
Gobernación De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Gobernación De Cundinamarca(1) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 14:22 horas del día 20 de marzo de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-501	1	Dispensador	EM-AP-290 \ 21J42037	Ingresa En Caja Original, Con 6 Accesorios De Rosca, Llave Plástica, 2 Tubos Largos De Aspiración Completos, 1 Tubo Largo Incompleto, Tubo Corto De Aspiración Inversa, Manual	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

Recibido: Camilo Ríos
Fecha: 2026-03-20

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2026

Consecutivo: **CE-11457**

Señor(es):
Gobernacion De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Gobernacion De Cundinamarca(10) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 07:46 horas del día 30 de marzo de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-504	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-269 \ 21J45360	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-505	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-275 \ 21J45365	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-506	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-281 \ 21J45374	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-507	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-270 \ 21J45383	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-508	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-273 \ 21J45370	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-509	1	Dispensador	EM-AA-263 \ 21J34852	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original, Tubo, Accesorios	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-510	1	Dispensador	EM-AA-275 \ 21J34927	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original, Tubo, Accesorios	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca

V26-511	1	Dispensador	EM-AA-264 \ 21J41001	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original, Tubo, Accesorios	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-512	1	Dispensador	EM-AA-291 \ 21J40995	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original, Tubo, Accesorios	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
V26-513	1	Bureta Digital	EM-AA-287 \ 21J41621	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand Original, Desarmada 3 Accesorios De Rosca, Canula Completa.	Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: Natalia Cañon

Fecha: 2026-03-30

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 1 de abril de 2026

Consecutivo: **CE-11549**

Señor(es):
Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca(7) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 13:27 horas del día 01 de abril de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
T26-841	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-438 \ M4T18983	Ingresa En Caja Fénix Compartida, Estuche Cilíndrico Transparente Tapa Roja, Con Interfaz Compartida Sn:Im54818 Y Cable De Datos Y portatil SN:GCUN000127875 El Intervalo De Temperatura Negativo Es Dado Por Los Puntos De Calibración Suministrados Por El Cliente, El Laboratorio No Se Hace Responsable En Caso De Daño O Deterioro Del Sensor, Indicador O Soporte Del Equipo Debido A La Temperatura Sometida.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
T26-842	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-439 \ M4T18984		Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
T26-843	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-440 \ M4T19025		Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
T26-844	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-441 \ M4T19026		Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
T26-845	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-442 \ M4T19027		Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-543	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-284 \ 21J38623	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand, Manual Del Usuario, Algunas Puntas Desechables,	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
V26-544	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AP-289 \ 21H32385	Ingresa En Caja Blanca De La Marca Brand, Sin Accesorios.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Camila Cuellar
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

Recibido: N. Cantón.

Fecha: 2026-04-01

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 16 de abril de 2026

Consecutivo: **CE-11657**

Señor(es):
Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca(1) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 14:35 horas del día 16 de abril de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
SB26-293	1	Termómetro Infrarrojo	EM-AP-288 \ K203	En Su Empaque Original, Se Registra La Información Que Se Visualiza En El Equipo En La Parte Inferior Como Serie.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente.

Cordialmente,

Recibido: N. Cantó

Fecha: 2026-04-16.

Ruby Ballesteros
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 27 de abril de 2026

Consecutivo: **CE-11700**

Señor(es):
Gobernación De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Gobernación De Cundinamarca(1) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 07:57 horas del día 27 de abril de 2025.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
V26-671	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-252 \ 07A8569	Ingresa En Caja Brand Original Compartida Sin Accesorios, No Tiene Tornillo En La Carcasa Del Protector	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente. Se realiza entrega de Sticker V26-385 correspondiente al equipo EM-AP-272

Cordialmente,

Recibido: N. Cantón

Fecha: 2026-04-27

Ruby Ballesteros
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

ENTREGA EQUIPOS CLIENTES

PTC-FO-33
V.1

Bogotá D.C., 28 de abril de 2026

Consecutivo: **CE-11737**

Señor(es):
Gobernación De Cundinamarca

Cordial Saludo,
Por medio del presente, se entrega a Gobernación De Cundinamarca (6) equipo(s). Los instrumentos salen de la custodia y de las instalaciones de Metrological Center S.A.S a las 07:42 horas del día 28 de abril de 2026.

A continuación, se relacionan los equipos entregados:

Sticker No.	Cantidad	Equipo	Código Interno / Serie	Observaciones y/o Accesorios	Usuario Final
SB26-417	1	Pipeta A Pistón Monocanal Variable	EM-AA-102 \ 1684012	Ingresa En Caja Brand Original Compartida Sin Accesorios.	Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca
EM-AA-438 \ M4T18983	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-438 \ M4T18983	Ingresa En Caja Fénix Compartida. Con Interfaz Compartida Sn:Im54818 Y Cable De Datos Cada equipo se devuelve con el empaque Cilíndrico Transparente con Tapa Roja.	
EM-AA-439 \ M4T18984	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-439 \ M4T18984		
EM-AA-440 \ M4T19025	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-440 \ M4T19025		
EM-AA-441 \ M4T19026	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-441 \ M4T19026		
EM-AA-442 \ M4T19027	1	Datalogger de Temperatura	EM-AA-442 \ M4T19027		

Se entrega(n) en buen estado, la firma de este documento valida la recepción a satisfacción por parte del cliente, se entrega un portatil con su respectivo cargador

Cordialmente,

Ruby Ballesteros
Asistente de Logística
METROLOGICAL CENTER S.A.S.

Cliente: Gobernación Cundinamarca
Fecha de Recepción: 04 - 20

CODIGO	FECHA FINALIZ
SB26-417	

Recibido: NCardón

Fecha: 2026-04-28 09:42