

FFDS-MC-040-2024

LISTADO OFERENTES

No	PROPONENTE
1	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX SAS

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD MINIMA CUANTIA FFDS-MC-040-2024														
OBJETO: COMPRA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL PARA LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD														
Oferente	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX SAS							Fecha	13/12/2024		Evaluador		Carolina Cardona	
2.5. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO														
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			"ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS"					Adjunta	OBSERVACIONES				CUMPLE	
2.5.1			A. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE					SI	N/A				SI	
								Adjunta	OBSERVACIONES				CUMPLE	
								SI	N/A				SI	
2.5.1	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE	CONTRATOS	CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO	% Participación	Valor \$	Valor SMMVL	Fecha terminación	Ejecutado recibido a satisfacción o liquidado	Compra y/o adquisición, instalación y/o puesta en funcionamiento de equipos de monitoreo y control ambiental.	Cumple	OBSERVACIONES	CUMPLE
		1	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA S.A.S.	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX SAS.	SUMINISTRO DE MEDIDORES DE CLOROFILA Y REFRACTOMETROS DIGITALES PORTATILES	100%	\$ 113.156.847	97,60	25/02/2023	si	SUMINISTRO	NO CUMPLE	No son equipos de monitoreo y control de condiciones ambientales	No (Debe subsanar)
		2	AIRES Y TECNOLOGIA S.A	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX SAS.	SUMINISTRO DESHUMIDIFICADOR	100%	\$ 114.240.000		NO INCLUYE	NO DICE	SUMINISTRO	NO CUMPLE	No hay fecha de finalización, ni dice si esta ejecutado, recibido a satisfaracion o liquidado	
		SUMATORIAS							97,6000	SMMVLV				
OBSERVACIONES														
EQUIPO	MEDIDOR DE PARTICULAS		LUXOMETRO		MONITOR ULTRAVIOLETA		TERMOMHIGROMETRO DATALOGGER			DESHUMIDIFICADOR			CUMPLE	
OBSERVACION	La ficha tecnica del equipo suministrada por el proponente no indica certificado de calibración ISO		La ficha tecnica del equipo suministrada por el proponente indica que la certificación de calibración es opcional y según el anexo técnico de la SDS, esta certificación es un requisito: El equipo debe contar con una certificación de calibración vigente y ser expedido con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025) otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) donde participe ONAC.		La ficha tecnica del equipo suministrada por el proponente, no menciona cumplimiento de los siguientes requisitos solicitado en el anexo tecnico: *Resolución de 0.001. mW/cm2 hasta 1.999 mW/cm2 *precisión de +/- 4% F.S. + 2 dígitos * Sensor: fotodiodo con filtro corrector de UV * Pantalla LCD de 0.9 pulgadas * Funcionamiento con batería de 9V, tipo 6LR61 * Peso máximo del equipo sin baterías 202 g * Desconexión automatica luego de 10 minutos sin operación * Reset a cero presionando botón. * Debe incluir el manual de usuario, cable en espiral entre el equipo y el fotodiodo, batería y maletín para almacenamiento y transporte.		La ficha tecnica del equipo suministrada por el proponente, no menciona cumplimiento de los siguientes requisitos solicitado en el anexo tecnico *Contar con dos canales internos (humedad relativa y temperatura) *Almacenamiento de datos, aún con agotamiento de la batería *Temperatura de funcionamiento entre -20°C a 55°C. *Memoria con capacidad de un millón (1.000.000) de lecturas *Rango de medición: -20 hasta +55°C; 0 hasta 100% HR *Exactitud de +/- 1 dígito. (+/- 0.4°C en rango de -20 hasta 55°C); (+/- 2% HR en rango de 2% hasta 98% HR) * Resolución: 0.1°C para temperatura *Resolución: 0.1% para humedad relativa. *Interfaz USB para conexión a computador *Hasta tres (3) baterías tipo AAA, LR03 alcalinas de manganeso o L92 alcalinas de litio con tensión de 1.5V. *Peso no mayor a 130 gramos *Cuerpo del equipo elaborado en material plástico ABS/PC *Protección IP54 *Contarcon baterías para su uso, un soporte de pared y cable de conexión USB entre el equipo y una computadora personal. *Contar con una certificación de calibración vigente y ser expedido con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025) otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) donde participe ONAC. *Software y drivers en discos ópticos para la conexión del equipo a un computador personal.			La ficha tecnica del equipo suministrada por el proponente, no cumplimiento de los siguientes requisitos solicitado en el anexo tecnico: * Panel digital de automatización de punto de humedad relativa Voltage de 110 voltios / 60 Hz			No (Debe subsanar)	
OFERENTE HABILITADO FACTOR TÉCNICO														NO


Carolina Cardona
Evaluador

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PROCESO DE CONTRATACIÓN: FFDS-MC-040-2024		
No. Propuesta	NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	VALOR PROPUESTA
1	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX SAS	37.010.000

Verificación de propuesta artificialmente baja	
Presupuesto	56.545.359,00
20% del valor del presupuesto	11.309.071,80
Valor Mínimo Aceptable	45.236.287,20

De conformidad con lo establecido en el artículo 2,2,1,1,2,2,4 del decreto 1082 de 2015 se le solicita al proponente EIF SAS, aclarar por escrito y en detalle su oferta, dado que de conformidad con lo establecido en la guía para el manejo de ofertas artificialmente baja en procesos de contratación G-MOAB-01, Capítulo III Herramientas, la propuesta económica pueden ser considerada como artificialmente baja.

EQUIPOS INDUSTRIALES FEMIX SAS								
DATOS DE LA ENTIDAD			VALOR TECNO ANTES DE IVA UNITARIO	VALOR TECNO ANTES DE IVA TOTAL	VALOR TECNO ANTES DE IVA UNITARIO - PROponente	VALOR TECNO ANTES DE IVA TOTAL - PROponente	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD						
1	Monitor de material particulado / contador de partículas de dos canales (2,4um 10um)	1	\$ 4.284.471	\$ 4.284.471	\$ 6.183.878	\$ 6.183.878		
2	Equipo luxometro	1	\$ 2.170.593	\$ 2.170.593	\$ 2.746.019	\$ 2.746.019		
3	Equipo monitor ultravioleta/radiometro ultravioleta/dosimetro UV	1	\$ 1.939.882	\$ 1.939.882	\$ 1.002.025	\$ 1.002.025		
4	Equipos termohigrometros datalogger	20	\$ 1.437.625	\$ 28.752.500	\$ 731.662	\$ 14.633.240	\$ 14.633.238	Este valor es incorrecto
5	Equipo deshumificador industrial	1	\$ 10.723.001	\$ 10.723.001	\$ 6.535.680	\$ 6.535.680		
VALOR TOTAL			\$ 20.555.572	\$ 47.870.447	\$ 17.199.264	\$ 31.100.842	\$ 16.769.605	