surgiPLAST CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA	**FICHA TÉCNICA INSUMOS**	SC Sistema de Calidad



NOMBRE:	ROLLOS DE IMPRESIÓN VERIDOC
MARCA:	STERICLIN
	3FSKS675134 ROLLOS DOBLES VAPOR Y FORMALDEHIDO
REFERENCIA:	3FSKS675133 ROLLOS PARA PEROXIDO DE HIDROGENO
	3FSKS675132 ROLLOS DOBLES VAPOR Y Y OXIDO DE ETILENO

RECOMENDACIONES DE USO	**PRESENTACION**
Los rollos de impresión VERIDOC son parte de un sistema de etiquetado para paquetes hospitalarios. Vienen en presentación de 1000 etiquetas cada una con unas dimensiones de 55 x 33 mm. Hay tres opciones de rollos, duales vapor/ formaldehido los cuales son de celulosa y traen un indicador quimico Tipo I que vira de acuerdo al proceso de esterilización, duales vapor y ETO (oxido de etileno) los cuales son de celulosa y traen un indicador quimico Tipo I que vira de acuerdo al proceso de esterilización. peróxido de hidrógeno, estos estan hechos de Tyvek que es compatible con este método de esterilización; tambien vienen con un indicador Tipo I que vira al tener contacto con el agente esterilizante. Los tres tipos de rollos y la cinta de impresión funcionan solo en las máquinas de etiquetado de VERIDOC de HAWO.	Rollos de 1000 etiquetas

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS	
Disposición:	Los rollos se desechan como desecho normal no peligroso.
Presentación:	Rollos x 1.000 etiquetas
Indicador vapor:	Tipo I que Vira de rosado a café y está de acuerdo a la norma ISO 11140-1
Indicador peróxido:	Tipo I que Vira de amarillo a azul y está de acuerdo a la norma ISO 11140-2
Indicador dual, vapor y ETO:	Tipo I que Vira de rosado a café en el lado de vapor y de blanco a amarillo en el lado de ETO y está de acuerdo a la norma ISO 11140-2
material:	*Papel celulosa para los de vapor y vapor/ETO * Tyvek para los de peróxido
	* Tyvek para los de peróxido
APLICACIÓN	Para marcación de paquetes en central de esterilización y /o consultorios odontologicos