surgiPLAST
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO:	**CINTA DE IMPRESIÓN PARA VERIDOC - VALIDOC**		
COMERCIALIZADO POR:	**SURGIPLAST LTDA.**	**DOMICILIO:**	**BOGOTA - COLOMBIA**
IMPORTADO POR:	**CODITEQ**	**DOMICILIO:**	**BOGOTA - COLOMBIA**
REGISTRO SANITARIO	**NO APLICA**	**CÓDIGO:**	**6.813.300**
ESPECIFICACIÓN:	***CINTA DE IMPRESIÓN PARA VERIDOC - VALIDOC***		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	La cinta de impresión para Veridoc - Validoc, es una cinta de alta sensibilidad cuya tinta permite imprimir con poca energia de cabezal del equipo, lo cual alarga su funcionamiento. *Este es un producto que no es considerado Dispositivo Médico, ya que no cumple con las funciones contenidas en el articulo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 2005.*		

ESPECIFICACIONES	**Propiedades Verificadas por el Fabricante**	Recubrimiento a base de silicona
		Coeficiente de fricción Kd <0,2
		Tinta de cera
		Punto de fusión: 65°C / 149°F
		Película PET: espesor de 4,5 µm
		Cinta: espesor <8 µm
		Cinta con tratamiento antiestático
	Inspecciones Visuales	Verificación de referencia del producto. Etiqueta con las especificaciones del producto. Información de lote.
	Fecha de Vencimiento **	De acuerdo a la información suministrada por el proveedor
	Condiciones de Conservación	Humedad Relativa: Entre 20%RH y 80%RH.
		Temperatura: de 5° a 35 °C.
		Consérvelo en su caja lejos de humedad y fuentes de calor.
		Mantener alejado de la luz
	Empaque Primario	Cajilla
	Empaque Secundario	Cajas de cartón
	Advertencias y Precauciones	Este producto es de un solo uso.
		No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.
		Evitar ambientes húmedos, exposición directa a la luz, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.
	Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumpliendo a la reglamentación nacional actualmente vigente.
	Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso

Observaciones:
*** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.*

Surgiplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.

surgiPLAST
MEDICAL PRODUCTS-PACKAGING
Dra. CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ MORENO
Directora Técnica
Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad

VºBº CONTROL DE CALIDAD

Dra. Patricia Martínez Moreno
Directora Técnica