Objeto de la Contratación:
SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E - **PROCESO: CD-026-2026**

Ítem	Código	Nombre / Descripción Dinámica Gerencial	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad solicitada Mensual	Grupo Terapéutico	Especificaciones Técnicas		RESULTADO EVALUACIÓN	4. LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA NIT:830061856 - 1		
							APOYO TECNOLÓGICO	COMPATIBILIDAD	TÉCNICA (CUMPLE o NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
GRUPO #6												
686	121QQ031880	TIRAS INDICADOR QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	N / A	3000	UNIDAD	ESTERILIZACIÓN	NO	NO	CUMPLE	CUMPLE		
687	121QQ034975	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION EN PEROXIDO DE HIDROGENO	N / A	200	PAQUETE	ESTERILIZACIÓN	SI - (2) INCUBADORA PARA EL INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCONTENIDO DE ESPORAS PARA PEROXIDO DE HIDROGENO **LECTURA RAPIDA** MEDIANTE DETECCION CON BIOLUMINISCENCIA	NO	CUMPLE	CUMPLE		
688	121QQ031205	CINTA DE CONTROL EXTERNO PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO.	N / A	20	UNIDAD	ESTERILIZACIÓN	NO	NO	CUMPLE	CUMPLE		
689	121QQ035072	AGENTE ESTERILIZANTE PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA Y VALIDADO PARA 190 CICLOS EN CARTUCHO O COPA.	N / A	190	CICLO	ESTERILIZACIÓN	SI - (2) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN DE 60 A 200 LITROS DE BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDROGENO - EQUIPOS VALIDADOS POR LAS NORMAS TÉCNICAS ISO QUE CUENTE CON CERTIFICACIÓN DE FDA FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CON TEMPERATURA ENTRE 37°C Y 55°C TIEMPOS DEL CICLO ENTRE 24 MINUTOS Y 60 MINUTOSCAPACIDAD DE LA CÁMARA DE 30 A 160 LITROS TENIENDO EN CUENTA LA CAPACIDAD SUBTOTAL Y LA CAPACIDAD ÚTIL DEL EQUIPO PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTILREGISTRO CON IMPRESIÓN DEL CICLO TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL AGENTE ESTERILIZANTE DENTRO DEL EQUIPO EN CONCORDANCIA CON EL USO DEL EQUIPO PARA EVITAR DESPERDICIOS DOSIFICACIÓN DE AGENTE ESTERILIZANTE ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA CÁMARA AGENTE ESTERILIZANTE CON SISTEMA DE SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE FUGAS CARTA DE VALIDACIÓN DEL FABRICANTE DEL SISTEMA PARA LOS INSUMOS. DEBE DE TRAER CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE 2 A 4 CANASTILLAS PARA ACOMODACIÓN DEL MATERIAL EN LA CÁMARA. EL OFERENTE DEBE SUMINISTRAR EL KIT DE CINTA Y PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN FÍSICO DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SANTA CLARA, LA VICTORIA Y SAN BLAS COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS A ESTERILIZAR SEGÚN IFU (INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE) . LAS MEDIDAS DEL EQUIPO SE TENDRÁN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN COMODATO O APOYO TECNOLÓGICO.	NO	CUMPLE	CUMPLE		
690	121QQ031290	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70MMX 100MM 55 -60 gr	N / A	16	ROLLO	ESTERILIZACIÓN	SI - SE REQUIERE (4 UNIDADES) DE SELLADORAS ELECTRICAS PARA MESA DE BAJA TEMPERATURA OFERTADAS POR EL OFERENTE	NO	CUMPLE	CUMPLE		
691	121QQ031285	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 75 mm *100 m	N / A	12	ROLLO	ESTERILIZACIÓN	SI - SE REQUIERE (4 UNIDADES) DE SELLADORAS ELECTRICAS PARA MESA DE BAJA TEMPERATURA OFERTADAS POR EL OFERENTE	NO	CUMPLE	CUMPLE		
692	121QQ031286	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70M x 150MM 55 -60 GR	N / A	12	ROLLO	ESTERILIZACIÓN	SI - SE REQUIERE (4 UNIDADES) DE SELLADORAS ELECTRICAS PARA MESA DE BAJA TEMPERATURA OFERTADAS POR EL OFERENTE	NO	CUMPLE	CUMPLE		
693	121QQ031287	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70M x 200MM 55 -60 GR	N / A	12	ROLLO	ESTERILIZACIÓN	SI - SE REQUIERE (4 UNIDADES) DE SELLADORAS ELECTRICAS PARA MESA DE BAJA TEMPERATURA OFERTADAS POR EL OFERENTE	NO	CUMPLE	CUMPLE		
694	121QQ031288	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70M x 250MM 55 -60 GR	N / A	6	ROLLO	ESTERILIZACIÓN	SI - SE REQUIERE (4 UNIDADES) DE SELLADORAS ELECTRICAS PARA MESA DE BAJA TEMPERATURA OFERTADAS POR EL OFERENTE	NO	CUMPLE	CUMPLE		
695	121QQ031289	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUIMICO 70MX350MM55 -60 GR	N / A	16	ROLLO	ESTERILIZACIÓN	SI - SE REQUIERE (4 UNIDADES) DE SELLADORAS ELECTRICAS PARA MESA DE BAJA TEMPERATURA OFERTADAS POR EL OFERENTE	NO	CUMPLE	CUMPLE		
696	121QQ031658	SISTEMA DE ETIQUETADO Y DOCUMENTACIÓN PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR, OXIDO ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDROGENO	N / A	10	UNIDAD	ESTERILIZACIÓN	SI - SE REQUIERE (4 UNIDADES) SISTEMA DE IMPRESIÓN DE ETIQUETADO OFERTADO POR EL PROVEEDOR.	NO	CUMPLE	CUMPLE		
697	121QQ035153	CINTA IMPRESIÓN VERIDOC Y VALIDOC	CINTA IMPRESIÓN VERIDOC Y VALIDOC PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR	4	UNIDAD	ESTERILIZACIÓN	SI - SISTEMA DE ETIQUETADO Y DOCUMENTACIÓN PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR, OXIDO ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDROGENO (VALIPRINT LABEL)	NO	CUMPLE	CUMPLE		

NOMBRE	CRISTIAN CAMILO LEGUIZAMON ARGUELLO
AREA	REFERENTE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS
FIRMA	

NOMBRE	SAUL ARDILA
AREA	LIDER CLINICAS QUIRURGICAS
FIRMA	

NOMBRE	LEIDY KATHERINE HERNANDEZ HERNANDEZ
AREA	REFERENTE ESTERILIZACION
FIRMA	