Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM**	CÓDIGO: AP-CT-F-83
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-071-2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN EXTRAMURAL ORIENTADOS A LOS USUARIOS QUE HABITAN LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MAS BIENESTAR

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN				**Proponente 1**		**Proponente 2**		**Proponente 3**		**Proponente 3**		**Proponente 4**		**Proponente 5**	
				BIOMEDICA COLOMBIA SAS		CI COLOMBIAN MED SAS		HEALTHCORP SAS		MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		TECNICA ELECTROMEDICA SA		RED NORTE(Hauland Group SAS - Xingmedica	
				NIT. 900.467.216-3		NIT 900.300.748-2		NIT. 901.065.278-8		NIT. 900.810.245-8		NIT. 830.004.892-2		NIT. 901.005.042-0 - 900.315.100-6	
ITEM	**NOMBRE / DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD CONSUMO ESTIMADO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**	**CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIÓN**
1	Balanza	Báscula pantalla digital gramera de 20 g hasta 5 kg, con registro de pesos en gramos calibrada.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA
2	Balanza de piso	Digital con base antideslizante con grado médico, capacidad de 0 a 180 kg, con precisión ideal de 50 gramos, máximo 100 gramos.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			NO SE OFERTA
3	Báscula digital para bebés	Báscula digital para bebés con silla para pacientes con reflujo, capacidad de 0 a 25 kg, con precisión de 10 gramos a 20 gramos.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA
4	Cartilla (optotipo) con la letra e	Cartilla (optotipo) con la letra E direccional o giratoria para examen de agudeza visual.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA
5	Cinta medición perímetro braquial para niño	Cinta métrica de material flexible, inextensible e impermeable, con divisiones cada 1 mm. Debe medir máximo 0.5 cm de ancho, debido a que pueden presentarse errores de medición en el punto de superposición. Está diseñada para proporcionar mediciones precisas del brazo, siguiendo las directrices más recientes del UNICEF. Incluye 1 pieza. Escala hasta 26 cm. Versión infantes 6 a 59 meses de edad. No metros de modistería o costura.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA
6	Cinta métrica corporal	Cinta métrica grado médico portátil de fácil movilización, de material flexible, inextensible e impermeable, con divisiones cada 1 mm. Debe medir máximo 0.5 cm de ancho, debido a que pueden presentarse errores de medición en el punto de superposición. Está diseñada para proporcionar mediciones precisas del perímetro del brazo, perímetro cefálico y circunferencia de cintura, siguiendo las directrices más recientes del UNICEF. Escala hasta 205 cm. No metros de modistería o costura.	UNIDAD	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE			NO SE OFERTA
7	Doppler fetal	Pantalla: LCD de 45 × 25 mm. Rango: 50 ~ 210 bpm. Resolución: 1 bpm. Tiempo de grabación: 240 s. Potencia de salida de audio: 1 W. Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación. Tamaño: largo: 138 mm × ancho: 85 mm × alto: 32 mm. Peso: <300 g (incluidas baterías). Luz de fondo en la pantalla. Batería de litio recargable 2.4 VDC. Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable. Grabación de audio. Indicador nivel de batería. Precisión en la medición. Garantía de un año y mantenimiento preventivo durante la garantía.	UNIDAD		NO SE OFERTA	CUMPLE		CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA
8	Fonendoscopio	Longitud 69 cm. Peso 150 g. Desempeño acústico 7. Garantía 5 años. Campana. Construcción doble cara, adultos y pediátrico. Material acero inoxidable. Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza. Diámetro del diafragma adulto: 4.3 cm. Pediátrico: 3.3 cm. Binaural. Construcción lumen (canal acústico único). Material libre de látex y ftalatos. Auriculares. Material diámetro ancho aleación aluminio anodizado.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA
9	Glucómetro	Glucómetro digital medidor de glucosa en la sangre, codificación automática. Precisión avanzada, pantalla de 2.5 pulgadas y retroiluminación automática LCD. Extractor de tira. Pre/post-comida, ayuno, sin marca de señalización. Promedios de 1, 7, 14, 30, 60 y 90 días. Alarmas (después de la comida y 3 alarmas de tiempo fijo). Advertencias de hipoglucemia e hiperglucemia. Alarma de fecha de caducidad de la tira.	UNIDAD		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA
10	Oclusor ocular	Oclusor ocular de plástico completo de mano para pruebas de visión. 15,6 cm de largo.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA

DESCRIPCIÓN				Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5	
				BIOMEDICA COLOMBIA SAS		CI COLOMBIAN MED SAS		HEALTHCORP SAS		MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		TECNICA ELECTROMEDICA SA		RED NORTE(Hauland Group SAS - Xingmedica	
				NIT. 900.467.216-3		NIT 900.300.748-2		NIT. 901.065.278-8		NIT. 900.810.245-8		NIT. 830.004.892-2		NIT. 901.005.042-0 - 900.315.100-6	
11	Tallímetro	Tallímetro desarmable para fácil transporte, capacidad de 110 a 120 cm con precisión de 1 mm, de material resistente, liviano y no deformable. Se recomienda una base de 25 cm de ancho.	UNIDAD	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			NO SE OFERTA
12	Tensiómetro	Lecturas precisas de presión arterial con esfigmomanómetro aneroide de última generación, fabricado con precisión, fácil de leer, 300 mmHg con válvula de liberación de aire. Manómetro de material inoxidable. * Brazalete: (1) pediátrico, (1) neonatal y (1) adulto x tensiómetro. * Brazalete de fácil limpieza y desinfección. * Manguera: PVC de 2 tubos de 2 vías. * Pera: PVC estándar. * Válvula: de liberación. * Válvula: de extremo cónico. * Rango de error de ± 3 mmHg. * Con mínimo de división de ± 2 mmHg. * Garantía 1 año. * Certificado de calibración emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA		NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA
13	Kit tensiómetro y fonendoscopio	Tensiómetro aneroide: escala graduada de 0 a 300 mmHg, rango de error de ± 3 mmHg, con mínimo de división de ± 2 mmHg. Accesorios: dos brazaletes libres de látex de diferentes para paciente pediátrico, dos brazaletes libres de látex de diferentes para paciente adulto, una pera con válvula. Fonendoscopio: campana de doble función para paciente adulto pediátrico, con longitud mínima de 70 cm, olivas intercambiables, libres de látex. Accesorios: dos pares de olivas flexibles libres de látex, dos membranas adulto y pediátrica.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA		NO SE OFERTA
14	Termómetro digital	Termómetro digital: lectura rápida y fácil. Resistente al agua. Con punta rígida adaptable a puntos bucal, axilar y rectal, y pantalla LCD para visualización de resultados de manera fácil y práctica. Peso de 0,373 kg, rango de temperatura de 32,0 - 42,9 °C, con señal de alarma de temperatura alta y apagado automático.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA		NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA
15	Pulsioxímetro	Características operacionales: * Detección de SpO2 para incluir el rango: 70-99%, resolución de SpO2: 1% o menos, precisión de SpO2 (en el rango de al menos 70-99%): dentro de ±2% o 3%, detección de frecuencia de pulso para incluir el rango: 30-240 LPM, resolución de la frecuencia del pulso: 1 LPM o menos, precisión de frecuencia de pulso dentro de ±3 LPM. Se requieren baterías recargables. Garantizar que estas se encuentren calibradas con certificado y hoja de vida de equipo biomédico.	UNIDAD	CUMPLE			NO SE OFERTA	CUMPLE			NO SE OFERTA		NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE	

OBSERVACIONES

CICOLOMBIAN MED SAS subsano

HEALTHCORP SASsubsano

EVALUADORES

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
EVALUADOR TENICO	SARY HERNANDEZ GARCÍA - APOYO FINANCIERO PSPIC	Sary Hernandez.
EVALUADOR TENICO	LAURA VALENTINA BARBOSA SÁNCHEZ - INGENIERÍA BIOMÉDICA	Laura V. Barbosa S.
FINANCIERO PIC	FREDY SOLER ALBAÑIL - FINANCIERO CONVENIO PSPIC	
FINANCIERO MAS BIENESTAR	ANDRES MAURICIO MOJICA ALAVA - FINANCIERO CONVENIO MAS BIENESTAR	
COORDINADORA MAS BIENESTAR	ADRIANA GINNET MARIÑO URREGO - COORDINADORA CONVENIO MAS BIENESTAR	
COORDINADORA PSPIC	SANDRA SANCHEZ - COORDINADORA CONVENIO PSPIC	Sandra Sánchez
SUPERVISOR	INGRID PAOLA LOZANO TORRES - DIRECTORA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Ingrid Paola Lozano T.
DIRECTOR DE ÁREA	INGRID PAOLA LOZANO TORRES - DIRECTORA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Ingrid Paola Lozano T.