

Re: Solicitud Aclaración - Evento de Cotización: CAR-DCMA-SIP-017-2026

Desde OLGA ARIAS <olgaarias@aqualabsas.com.co>

Fecha Mar 12/05/2026 10:10

Para Sebastian Cuestas Cano <scuestasc@car.gov.co>

 2 archivos adjuntos (218 KB)

ANEXO 2 CAR-DCMA-SIP-017-2026.xlsx; ANEXO 2 CAR-DCMA-SIP-017-2026.pdf;

SEÑORES

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA - CAR

Atn.: Sebastian Cano

Contratista/GAF

Buenos días Sebastián,

Los archivos adjuntos corresponden a la oferta economica de AQUALAB S.A.S según su solicitud.

Atento a sus comentarios,

OLGA ARIAS

AQUALAB S.A.S

El lun, 11 may 2026 a las 8:08, Sebastian Cuestas Cano (<scuestasc@car.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Respetados,

En el marco del proceso contractual cuyo objeto corresponde al **"ADQUISICIÓN, ENTREGA EN SITIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR"**, nos permitimos informar que, una vez realizado el estudio previo y el análisis comparativo de las cotizaciones recibidas, se evidenció que la propuesta económica presentada por ustedes cuenta con un **VALOR DE IVA** que fue digitado de manera manual y No se encontraba formulado, lo que altera el **Valor Total** del ítem **#5 EQUIPO SISTEMA ÓPTICO COLOR CORREGIDO AL INFINITO CCIS.**

En este sentido, agradecemos nos puedan aclarar los criterios y soportes técnicos y/o económicos en los cuales se fundamenta el valor estipulado en su cotización. Y de igual forma solicitamos usar el Formato ANEXO 2 adjutno el cual corresponde al último Evento de Cotización que había sido publicado, bajo el consecutivo **CAR-DCMA-SIP-017-2026**

Así mismo, en caso de tratarse de un posible error en la elaboración de la propuesta económica, solicitamos muy respetuosamente remitir la cotización corregida, si a ello hubiera lugar, como respuesta a la presente comunicación, a más tardar el día **11 de mayo** del presente año antes de las 5pm.

G15		1919400					
A	B	C	D	E	F	G	
4	EQUIPO CONTADOR DE COLONIAS PARA MICROBIOLOGÍA (UFC): Con soporte ajustable de 90 mm hasta 150 mm para placas de Petri Registro de conteo con sensor de presión para todo tipo de marcador que permite registrar el conteo con cualquier marcador, display ajustables para luz, digital, con visualización de resultados: Voltaje de trabajo 110v. Luz integrada (LED o circular fluorescente) para una iluminación sin sombras ni reflejos. Especificaciones adicionales: - Entrega en sitio: el equipo debe ser entregado en la sede de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental ubicada en la Avenida Troncal Occidente Número 18 – 76, Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13, del Municipio de Mosquera. - Incluye conexión y puesta en funcionamiento: la Entidad asegura las condiciones locativas mínimas para la conexión y puesta en función. - Capacitación: capacitar en sitio al personal técnico designado por el supervisor del contrato en el manejo, operación, configuración y mantenimiento preventivo de los equipos suministrados, con una intensidad mínima de veinte (20) horas, garantizando la transferencia de conocimiento mediante documentación, memorias y registro de asistencia. - Garantía post venta: El equipo a suministrar deben contar con garantía de un (1) año, contada a partir del momento en que sean recibidos a satisfacción. El proveedor deberá garantizar soporte técnico durante el mismo periodo de la garantía. - Condiciones del área: una vez finalizada la ejecución el contratista deberá entregar el área de trabajo en las mismas condiciones de orden y limpieza	UN	1	\$ 18.911.000	19%	\$ 2.593.090	\$
5	EQUIPO SISTEMA ÓPTICO COLOR CORREGIDO AL INFINITO CCIS Especificaciones técnicas: Cabezal: Trinocular con división de luz 50/50 Tubo de observación: rotatable 360° Inclinación: 25° Distancia interpupilar: 48 a 75 mm Ajuste dioptrico: en ambos oculares de +/- 5 dioptrías Tamaño de platina: 185 X 145 mm Rango de movimiento X/Y: 75 X 50 mm Dimensiones (PtaAnaAl): 282 X 210 X 396 mm Voltaje: 110 - 240 V Oculares: de campo amplio UC-VF10X/22mm Objetivos: CCIS UC Plan Achromáticos 4X/0.10 (VD 30.5mm), 10X/0.25 (VD 17.4mm), 40X/0.65/5 (VD 0.6mm), 100X/1.25/5-OL (VD 0.16mm) y objetivo adicional 200X/0.45 Platina: mecánica compacta con control coaxial sin cremallera y sujetador de muestras Condensador: enfocable y centrable, 0.90/1.25 Diafragma Iris Sistema de enfoque: coaxial grueso y fino con ajuste de tensión Enfoque fino: 2 um Iluminación: LED 3w Cámara USB digital, con tecnología de sensor retroiluminado para transferencia de datos rápida. Software incluido. Resolución de 12.0 megapíxeles, 4000x3000 píxeles @ 25fps y 2048x1080 píxeles @ 50ps Aceite de inmersión (5ml) Filtro azul Lámpara halógena Módulo LED Soporte de filtro en la parte superior del iluminador con tapa de fijación. Control de intensidad de iluminación. Intercambio de iluminación luz LED Memoria de Luz, modo de suspensión automático control. Revolver porta objetivos con indicador de intensidad de luz LED. Transformador interno. Especificaciones Técnicas cámara: Área de imagen Diagonal 9.33mm Tamaño de píxel de 1.85x1.85um Modo de obturador: Rolling Shutter Tiempo de exposición de 22.5µsec~2 seg. Sensibilidad 280mV(G) @ 1/30 sec Incluye Laminilla de calibración con cuatro puntos (incluye calibración de la lámina) Software compatible con Windows 11, lector de micro SD. Especificaciones adicionales: - Entrega en sitio: el equipo debe ser entregado en la sede de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental ubicada en la Avenida Troncal Occidente Número 18 – 76, Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13, del Municipio de Mosquera. - Incluye conexión y puesta en funcionamiento: la Entidad asegura las condiciones locativas mínimas para la conexión y puesta en función. - Capacitación: capacitar en sitio al personal técnico designado por el supervisor del contrato en el manejo, operación, configuración y mantenimiento preventivo de los equipos suministrados, con una intensidad mínima de veinte (20) horas, garantizando la transferencia de conocimiento mediante documentación, memorias y registro de asistencia. - Garantía post venta: El equipo a suministrar deben contar con garantía de un (1) año, contada a partir del momento en que sean recibidos a satisfacción. El proveedor deberá garantizar soporte técnico durante el mismo periodo de la garantía. - Condiciones del área: una vez finalizada la ejecución el contratista deberá entregar el área de trabajo en las mismas condiciones de orden y limpieza	UN	1	\$ 22.435.000	19%	\$ 1.919.400	\$
	EQUIPO OXÍMETRO-MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO DE MESA						

Agradecemos de antemano su pronta atención y quedamos atentos a su respuesta

Cordialmente,

Sebastian Cuestas Cano
 Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental
 Contratista / GAF
 3142522764
scuestasc@car.gov.co
 Av. Esperanza # 60-50
 Centro Comercial Gran Estación Costado Esfera. Piso 6
 Bogotá, Colombia



De: OLGA ARIAS <olgaarias@aqualabsas.com.co>
 Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 11:02
 Para: Sebastian Cuestas Cano <scuestasc@car.gov.co>
 Asunto: Re: Solicitud Aclaración - Evento de Cotización: CAR-DCMA-SIP-017-2026

Sebastian Cuestas Cano
 Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental
 Contratista / GAF
REF: ADQUISICIÓN, ENTREGA EN SITIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Cordial y atento saludo.

En atención a su comunicación relacionada con el proceso contractual en referencia, nos permitimos manifestar que, una vez revisada nuevamente nuestra propuesta económica, evidenciamos que el valor correspondiente al IVA del ítem No. 5 – **EQUIPO SISTEMA ÓPTICO COLOR CORREGIDO AL INFINITO CCIS** fue afectado por un error involuntario de digitación al momento de la elaboración de la cotización, debido a que dicho campo no se encontraba formulado automáticamente en el archivo utilizado.

En consecuencia, el valor total del mencionado ítem presentó una variación no intencional respecto del cálculo correcto de impuestos aplicables.

Por lo anterior, adjuntamos la cotización corregida junto con el documento PDF debidamente firmado y EXCEL , en el cual se reflejan los valores ajustados conforme a los criterios técnicos y económicos inicialmente ofertados, sin que ello implique modificación de las condiciones técnicas, especificaciones, alcance o demás condiciones comerciales presentadas en nuestra propuesta original.

Agradecemos la observación realizada y reiteramos nuestra disposición para atender cualquier aclaración adicional que se requiera dentro del proceso.

Atte.

--

Olga Arias
Gerente Operativa

olgaarias@aqualabsas.com.co
www.aqualabsas.com.co

Cel: 321 241 2579
Tel: 60+4 501 8090 EXT: 103



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórralo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita"

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórralo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita"

--

Olga Arias
Gerente Operativa

olgaarias@aqualabsas.com.co
www.aqualabsas.com.co

Cel: 321 241 2579
Tel: 60+4 501 8090 EXT: 103



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórralo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita"