Gobernación del Cauca	ACTA DE REUNION	Código: : F09-05-DE
		Versión: 03
		Fecha: 26-05-2020
		Página : 1 de 18

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
ESE POPAYAN – UAS TOTORO	3 07 2026	8:30 AM

TIPO DE REUNIÓN
Señale con una "x" el tipo de reunión:

Consejo de Gobierno	
Comité Coordinador de Control Interno	
Comité Técnico	
Reuniones	**X**
Asistencia Técnica	

Elaborada Por:
María Fernanda Ordoñez A – Profesional De Apoyo Dirección Técnica de Integración Territorial.

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	CARGO
Jhoan Sebastián Hurtado Rojas	ESE POPAYAN – UAS TOTORO	Jefe Asistencial y Administrativo
Alison Zúñiga Ruiz	ESE POPAYAN – UAS TOTORO	Ing. Biomédica – Apoyo Subproceso Gestión de Tecnología
Guillermo Muñoz	ESE POPAYAN – UAS TOTORO	Ing. Biomédico – Coordinador Subproceso Gestión de Tecnología
María Fernanda Ordoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	Ing. Biomédica- Apoyo D.I.T

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES

Se da inicio a la reunión, se verifica el nombre y cargo de los asistentes, se realiza revisión y lectura de la información relevante y la dotación objeto del convenio No. 3553 de 2025, se plantea el recorrido por las áreas asistenciales de acuerdo a la ubicación de la dotación.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Convenio interadministrativo No. 3553- 2025 celebrado entre el Departamento del Cauca y la Empresa Social del Estado ESE POPAYAN - UAS Totoró.

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Revisión general objeto y cláusulas del Convenio Interadministrativo:

CLÁUSULA PRIMERA– OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ,DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE TOTORÓ. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A)OBLIGACIONES DE LA E.S.E.: 1. Certificar la incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos aportados por el Departamento. 2. Realizar el proceso de selección para la compra de los equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para la atención en salud, con los recursos del convenio aportados de acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el anexo 1. 3. Constituir una cuenta de ahorros exclusiva para manejar los recursos del mismo, previa incorporación presupuestal. 4. Acatar para la contratación de los recursos del convenio lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 1474 de 2011, el estatuto de contratación de la ESE, la Resolución No 5185 de 2013 y Resolución 1440 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, el Art 13 de la Ley 1150 de 2007, y aquellas que las modifiquen, sustituyan adicionen. 5. Realizar previamente a la contratación, los estudios de mercado correspondientes con el objeto de evitar sobrecostos o detrimento en el patrimonio público.
i durante la ejecución de los contratos se detecta un posible sobrecosto, deberá realizar el respectivo ajuste y/o descuento en la liquidación de los contratos. 6. Los equipos biomédicos adquiridos deberán contar con permiso de comercialización, registro sanitario INVIMA (Según aplique) y Manual en español según lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2025. 7. Los equipos biomédicos emisores de radiaciones ionizantes deberán contar con todo lo reglamentado de acuerdo a la Resolución 482 de 2018 para su puesta en funcionamiento y respectivo trámite de licencia de práctica médica, para lo cual se otorga un plazo de 120 días. 8. Garantizar que cuenta con recursos propios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y equipos

Scanned with CamScanner

industriales de médico. Para el efecto deberá suscribir una carta de compromiso, la cual hará parte integral del presente convenio y mediante la cual se obliga a realizar dicho mantenimiento por todo el tiempo de vida útil de los mencionados equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 9. Realizar la supervisión de los contratos que celebre en virtud de la ejecución del presente convenio. 10. Reintegrar al Departamento del Cauca, el monto dinerario que resultare excedente derivados del presente convenio. B) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: Aportar los recursos a su cargo, mencionados en el costeo o presupuesto del convenio, recursos que se desembolsarán en la cuenta que se constituya para el efecto por la Empresa Social del Estado E.S.E. POPAYÁN, de conformidad con los parámetros del convenio. 2.realizar la supervisión del presente convenio. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El valor del convenio es de DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 202.358.904) determinado por el estudio de mercado presentado por la Empresa Social del Estado ESE POPAYÁN, que se destinarán para la Adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, las especificaciones mínimas y los alcances definidos en el Convenio No. 3553 de 2025, se realizó una visita de inspección técnica en sitio en la UAS Totoró.

Durante la visita se efectuó la identificación y verificación de cada uno de los equipos biomédicos y mobiliario hospitalario objeto del convenio. Así mismo, se realizaron pruebas físicas y funcionales de carácter operativo, orientadas a constatar el estado general de los equipos y su correspondencia con las especificaciones técnicas mínimas previamente viabilizadas y aprobadas.

De manera complementaria, se llevó a cabo la verificación de los accesorios asociados a cada equipo biomédico y mobiliario hospitalario, revisando su concordancia en cantidad y características técnicas con lo establecido en los requerimientos del convenio, necesarios para su correcta operación y uso clínico.

Para cada equipo inspeccionado se realizó el registro de la información técnica de identificación, incluyendo marca, modelo y número de serie, así como la toma de registro fotográfico, el cual se incorpora como soporte documental del proceso en el acta de verificación técnica.

Como resultado de la visita de inspección técnica, se identificó la dotación biomédica y mobiliario hospitalario instalado en la Unidad de Atención en Salud (UAS) Totoró, correspondiente a un total de cincuenta y un (51) equipos entre dotación biomédica y mobiliario hospitalario, cuya información técnica se relaciona a continuación.

Scanned with CamScanner

ITEM	SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBRE DE LA DOTACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	OBSERVACION
1	URGENCIAS	Aspirador de secreciones	1. Capacidad botella plástica de mínimo 1000 ml 2. Máximo Vacío: 600 mmHg 3. Con regulador de presión o vacio o flujo 4. Voltaje 110 V +/- 10 %, 60 Hz. 5. Accesorios: botella, filtro hidrofobico y mangueras. 6. Nivel de ruido de 65 +/- 5 dB 7. Velocidad de flujo: Hasta 40 L/min	GMD	ADS 100	20250816804862	FUNCIONANDO	NO APLICA
2	Urgencias - Consultorio médico	Báscula de piso grado médico	1. Bascula grado medico certificada. 2. Pantalla digital para visualización del peso. 3. Capacidad de 0 a 180 kg (400 libras) o mayor. 4. División de escala o resolución de 100 gramos o menor. 5. Funciones: conversión de lb/kg, puesta a cero/ tara, apagado automático. 6. El equipo debe contar con alimentación eléctrica por adaptador de voltaje a 115V +/- 5%, 60Hz y con alimentación por baterías 7. Plataforma para pesaje amplia y en material resistente.	Health O Meter	349KLX	350172482600	FUNCIONANDO	NO APLICA
3	Consulta Externa EXTRAMURAL	Báscula de piso grado médico		Health O Meter	349KLX	350172482601	FUNCIONANDO	NO APLICA
4	Consulta Externa- Extramural	Pesa bebé	1. Bascula grado medico certificada. 2. Pesa electrónica y/o digital 3. Capacidad de 0 a 20 kilogramos (44 libras) o mayor 4. División de escala o resolución de 15 +/- 5 gramos o menor 5. Bandeja o superficie de pesaje del bebé amplia y en material resistente. 6. Funciones: conversión de lb/kg, puesta a cero/ tara. 7. El equipo debe contar con alimentación eléctrica por adaptador de voltaje 115V +/- 5%, 60Hz y con alimentación por baterías.	Health O Meter	522KL	522322410156	FUNCIONANDO	NO APLICA
5	Consulta Externa Consultorio Medico	Pesa bebé		Health O Meter	522KL	522322410165	FUNCIONANDO	NO APLICA
6	Urgencias - Consultorio médico	Pesa bebé		Health O Meter	522KL	522322410474	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

7	Consulta externa higiene oral	Compresor	1. Motor libre de aceite de 1 HP y doble cilindro. 2. Capacidad del tanque de 30 litros o mayor 3. Voltaje de alimentación por línea AC 115V +/- 5 %, 60Hz 4. Regulador de presión, manómetro indicador de presión, trampa o filtro de agua. 5. Válvula de seguridad y válvula de drenaje o purga. 6. Presión de operación máxima de 116 PSI 7. Desplazamiento mínimo de 140 L/min 8. Ruido de 60 dB máximo.	Dynair	DA7002	DA0B4100824		NO APLICA
8	Hospitalización pediatría y adulto	Equipo de órganos de los sentidos portable	1. Luz led. 2. Otoscopio de mango portable con sistema de fibra óptica. 3. Oftalmoscopio de mango portable 3.1 Mínimo 20 lentes PR dioptrías entre -20 a +20 4. Bombilla LED de 3.5V - 3,7V con vida útil de hasta 20.000 horas 5. Estuche 6. Alimentación eléctrica por batería. 7. Accesorios: conos y espéculos desechables	GMD	GMK0S-2TF-100	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
9	Consulta externa Modalidad extramural	Equipo de órganos de los sentidos portable		GMD	GMK0S-2TF-100	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
10	Consulta Externa Consultorio Medico	Fonendoscopio adulto	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso en adultos	GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
11	TAB Ambulancia Terrestre	Fonendoscopio adulto		GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
12	Consulta externa Modalidad extramural	Fonendoscopio adulto		GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
13	Urgencias – Procedimientos	Fonendoscopio adulto		GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

14	Consulta externa higiene oral	Lámpara de fotocurado	1. Fuente de luz LED. 2. Pieza de mano inalámbrica 3. Longitud de onda o ancho del espectro en el rango de 385nm a 515nm. 4. Intensidad lumínica de 1200 mW/cm2 como mínimo. 5. Tiempo de polimerización en el rango de 5 a 20 segundos. 6. Con batería recargable y base cargador. 7. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. 8. Pantalla digital que permita programación y visualización del tiempo	Woodpecker	LEDMAX	L24A2060I	FUNCIONANDO	NO APLICA
15	Consulta externa odontologia	Lámpara de fotocurado		Woodpecker	LEDMAX	L24A2105I	FUNCIONANDO	NO APLICA
16	Urgencias	Nebulizador hospitalario	1. Rango de Flujo: igual o superior a 9 LPM 2. Libre de aceite 3. Presión máxima de 35 PSI +/- 5 PSI 4. Nivel de Ruido: menos de 55 Db 5. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz.	Lenze	NB-206B	20250301600380	FUNCIONANDO	NO APLICA
17	Consulta externa higiene oral	Scaler piezoeléctrico	1. Frecuencia de funcionamiento 25 Khz o mayor 2. Presión máxima de agua 72,5 psi (5 bar / 0,5 Mpa) 3. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz 4. Pieza de mano en material resistente y liviano 5. Puntas o inserto acorde a la frecuencia del Cavitrón. 6. Pedal de pie eléctrico 7. Control de potencia y control de salida (flujo) de agua 8. Soporte de pieza de mano integrado	Woodpecker	UDS-A LED	S2590356AL	FUNCIONANDO	NO APLICA
18	AMBULANCIA	Tensiómetro adulto	1. Tensiómetro de aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rango de medición de 0-300 mmHg 3. Resolución 2 mmHg 4. Libre de látex 5. Precisión: ± 3mmHg o menor	WelchAllyn	DS45-11C - Durashock	250508031018	FUNCIONANDO tab placa LMN467	NO APLICA
19	AMBULANCIA	Tensiómetro adulto		WelchAllyn	DS45-11C - Durashock	250508032008	FUNCIONANDO tab placa OEU785	NO APLICA

Scanned with CamScanner

20	Consulta externa Modalidad extramural	Tensiómetro adulto	6. Brazalete adulto de fácil limpieza o lavable 7. Perilla de insuflación 8. Válvula de purga o desinflado 9. Carcasa fabricada en plástico ABS	WelchAllyn	DS45-11C - Durashock	250508025737	FUNCIONANDO	NO APLICA
21	Consulta externa odontologia	Unidad odontológica fija	1. Sillón eléctrico con movimientos de Ascenso - Descenso del sillón y Espaldar. 2. Butaco odontológico ergonómico 3. Panel de controles digitales. 4. Tapizado en material anti fluido de fácil limpieza 5. Escupidera en material de fácil limpieza 6. Modulo de cuatro (4) conexiones para pieza de mano de alta velocidad, pieza de baja velocidad y jeringa triple 7. Modulo auxiliar con eyector de alta succión 8. Lámpara de luz fría tipo LED de 3 a 6 leds con sensor manos libres 9. Con pedal de pie con palanca de mando de movimientos de sillón y activación de las piezas de mano. 10. Con negatoscopio	Gospa	Standar	2002508161146	FUNCIONANDO	NO APLICA
22	Consulta externa higiene oral	Unidad odontológica fija		Gospa	Standar	200202508161145	FUNCIONANDO	NO APLICA
23	Consulta externa Modalidad extramural	Unidad odontológica portátil	1. SIllon plegable de altura graduable. 2. Espaldar graduable 3. Capacidad hasta 150kg 4. Lámpara de luz LED adaptada a la silla. 5. Compresor de aire seco libre de aceite de 1 HP o mayor 6. Modulo 3 servicios: Pieza de alta, pieza de baja y Jeringa triple 7. Escupidera en material de facil limpieza 8. Tanque de agua de 1000 ml 9. Eyector de saliva 10. Butaco odontólogo plegable 11. Bandeja en acero inoxidable 12. Alimentacion por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz	TROPHY	NR	4509	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

24	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	Camilla fija con estribos	1. Tendido de tres planos 2. Con gabinete con un cajón mínimo y alacena con puerta auxiliar. 2. Tapizado en espuma de 4,5 cm o mayor 3. Pintura en polvo de aplicación electrostática. 4. Capacidad de carga 120 kg o mayor. 5. Estribos o taconeras removibles y graduables 6. Medidas: largo 180 ±5cm, ancho 55 ±5cm, alto 80 ±5cm.	Mafet	M-154	LOTE:20260217687212	FUNCIONANDO	NO APLICA
25	Hospitalización	Bomba de infusión	1. Bomba de infusión de 1 Canal como minimo. 2. Campo K.V.O (función mantenimiento vena) entre 0,1 ml/h a 5ml/h. 3. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. 4. Alarma por oclusión, aire en línea, puerta abierta y error de goteo como mínimo. 5. Velocidad de infusión: 0,1 a 600ml /h o mayor. 6. Rango de flujo (volumen total) de 0 a 9999 ml o mayor 7. Modos de infusión: Tasa, volumen y peso como mínimo 8. Pantalla LCD o TFT Color 9. Batería Recargable de Litio, con autonomía mínima de 4 horas 10. Bolo dentro del rango de 0,2 ml/h a 1200 ml/h 11. Purga de 400 ml/h o mayor 12. Compatible con varios set de infusión. 13. Interfaz de conexión por puerto USB y/o RS-232 14. Precisión: máxima del 5% 15. Biblioteca de fármacos.	Medcaptain	SYS-6010	6102509000106	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

26	Hospitalización	Desfibrilador	1. Desfibrilador /Monitor 2. Mediciones SPO2, NIBP, ECG 3. Monitor con pantalla TFT a color, LCD de 8" mínimo 4. Funciones: Monitoreo, cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). 5. Impresora incorporada 6. Batería incorporada 7. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz 8. Energía suministrada hasta 360J 9. Entregar con los accesorios: cable de paciente ECG, sensor SPO2, paletas de desfibrilación adultas y pediátricas, brazalete NIBP adulto y pediatrico, parches trascutáneos adulto y pediatrico. 10. Alarmas audibles y visibles 11. Tiempo de carga menor o igual a 8 seg a máxima energía (360J) 12. Forma de onda bifásica 13. Autonomía de la batería de 2 horas o mayor 14. Almacenamiento de datos: Perfiles o archivos de máximo 100 pacientes y 1000 eventos por paciente.	Comen	S8	S88E0001391	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

27	Urgencias	Electrocardiógrafo	1. Equipo de ECG para doce 12 derivaciones (canales). 2. Pantalla táctil TFT a color tipo LCD de 8 pulgadas minimo. 3. Teclado alfanumérico. 4. Batería recargable con autonomía mínima de 3 horas o mayor 5. Impresora o registrador térmico integrado. 6. Protección contra desfibrilación. 7. Sensibilidad (Ajuste de ganancia): 5, 10, 20 AGC (mm/mV). 8. Filtros: Pasa bajos y AC como mínimo 9. Respuesta en frecuencia de 0.05 a 150 Hz (-3dB). 10. Función de análisis o interpretación. 11. Almacenamiento mínimo 500 exámenes 12. Conectividad: LAN/Ethernet o USB 13. Voltaje de alimentación 110 V +/- 10 % / 60Hz. 14. Accesorios a entregar con el equipo: - Cable EGC. - Set de electrodos para extremidades. - Set de electrodos (chupas) para pecho. - Papel de impresión térmica. - Cable de alimentación. - Cable de toma a tierra.	Mindray	R700	TP161003264	FUNCIONANDO	NO APLICA
28	Consulta Externa Consultorio Medico	Oxímetro	1. Uso para adulto y pediátrico 2. Pantalla LCD o TFT Color 3. Alarmas audible y visual. 4. Display para visualización de onda pletismográfica de SpO2, frecuencia de pulso y concentración de Oxigeno. 5. Base cargador y batería recargable. 6. Rango de medida SpO2: 0 % -	Edan	H100B	M25B17440056	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

29	Consulta Externa EXTRAMURAL	Oxímetro	100% (Resolución 1%) 7. Rango de medida Pulso (PR): entre el rango de 15 a 300bpm (Resolución 1bpm) 8. Capacidad de almacenamiento de datos de 90 pacientes (resultados) o mayor. 9. Autonomía o vida útil de funcionamiento de la batería de 24 horas o mayor	Edan	H100B	M25B17440060	FUNCIONANDO	NO APLICA
30	Consulta externa Modalidad extramural	Tensiómetro pediátrico portable	1. Tensiómetro de aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rango de medición de 0-300 mmHg 3. Resolución 2 mmHg 4. Libre de látex 5. Precisión: ± 3mmHg o menor 6. Brazalete pediátrico de fácil limpieza o lavable 7. Perilla de insuflación 8. Válvula de purga o desinflado 9. Carcasa fabricada en plástico ABS	Welch Allyn	DS44-09	251029132927	FUNCIONANDO	NO APLICA
31	Urgencias–Consultorio medico	Tensiómetro pediátrico portable		Welch Allyn	DS44-09	251029132648	FUNCIONANDO	NO APLICA
32	Hospitalización	Tensiómetro pediátrico portable		Welch Allyn	DS44-09	251029131608	FUNCIONANDO	NO APLICA
33	Urgencias–Consultorio medico	Tensiómetro pediátrico portable		Welch Allyn	DS44-09	251029132048	FUNCIONANDO	NO APLICA
34	Consulta Externa Consultorio Medico	Tensiómetro pediátrico portable		Welch Allyn	DS44-09	251029131708	FUNCIONANDO	NO APLICA
35	Consulta Externa Consultorio Medico	Camilla fija (diván)	1. Diván fijo 2. Estructura fabricada en tubería cold rolled 3. Capacidad de carga mínima 100 Kg o mayor 4. Colchoneta en espuma de 5 cm o mayor de espesor 5. Medidas: 185 ± 5 cm de largo, 55 ±5cm de ancho, 83 ±3cm de alto. 6. Acabado en pintura electrostática en polvo	Medicolsa	N/A	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
36	URGENCIAS Sala de Observación	Camilla con barandas, ruedas y frenos	1. Tendido mínimo de dos planos 2. Posiciones: Acenso - descenso espaldar de 0° a 75° o mayor. 3. Barandas de seguridad plegable o abatible fabricadas en material resistente. 4. Colchoneta impermeable, en espuma de alta densidad de 8 cm de espesor o mayor, impermeable y dimensiones acorde al modelo	MB	MB-16-01	10463	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

37	ATENCION DEL PARTO - SALA DE RECUPERACION	Camilla con barandas, ruedas y frenos	5. Ruedas giratorias con sistema de freno 6. Soporte para bala de oxigeno portátil. 7. Atril porta suero de dos servicios o mayor. 8. Capacidad de carga o paciente de 180 Kg o mayor. 9. Parachoques perimetral de la camilla y/o rueda bomper en cada esquina 10. Medidas internas o del paciente: Largo 195cm +/- 5cm, Ancho 70 cm +/- 5cm. 11. Altura graduable: Máxima de 89cm +/- 8 cm – Mínima de 58 cm +/- 6 cm	MB	MB-16-01	10460	FUNCIONANDO	NO APLICA
38	Consulta externa Toma de Citologías	Lámpara de examen	1. Lámpara para procedimientos o examen médico general 2. Fuente de luz LED 3. Con base móvil 4. Intensidad de la luz: 20.000 Lux o mayor a 300 mm 5. Vida útil de LED: 50.000 horas 6. Suministro eléctrico: 100-240 V – 50 Hz – 60 Hz. 7. Encendido manos libres.	Welch Allyn	Green Series 300	732094238716	FUNCIONADO	NO APLICA
39	Radiología odontológica Cuarto de Rayos X Periapical	Equipo de rayos X periapical	1. Equipo de rayos x intraoral 2. voltaje de salida de 70 kVp (+/- 10) y corriente de salida de 8 mA (+/- 2) 3. Alimentacion por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz 4. Tiempo de exposición ajustable 5. Punto focal 0,8 mm o menor 6. Panel de control digital. 7. Distancia focal de 200 mm o mayor 8. Filtración total de 2 - 2.5 mm de Al	Elity 70	Elity 70 Muro	70M1-2626	FUNCIONANDO	La ESE presento los documentos en cumplimiento a la resolución 1811 de 2025 ante el ente regulador actualmente se encuentra en trámite de expedición de liscencia de rayos x para proceder habilitar el servicio.

Scanned with CamScanner

40	Consulta Externa Consultorio Medico	Camilla fija (diván)	1. Diván fijo 2. Estructura fabricada en tubería cold rolled 3. Capacidad de carga mínima 100 Kg o mayor 4. Colchoneta en espuma de 5 cm o mayor de espesor 5. Medidas: 185 ± 5 cm de largo, 55 ±5cm de ancho, 83 ±3cm de alto. 6. Acabado en pintura electrostática en polvo.	Medicolsa	M-104	243010402	FUNCIONANDO	NO APLICA
41	Hospitalizacion	Carro de paro	1. Estructura en lámina Cold Rolled 2. Tapa o superficie superior elaborada en lámina de acero inoxidable o acrílico aislante 3. Acabado en pintura electrostática / epoxica 4. Ruedas con freno individual en dos ruedas como mínimo. 5. Mínimo cuatro (4) cajones para almacenamiento de insumos 6. Soporte para cilindro o bala de Oxígeno 7. Tabla de reanimación (RCP) en material plástico o MDF. 8. Toma eléctrico para conexión de equipos. 9. Bandeja auxiliar para equipo médico en lámina de acero inoxidable 10. Cerradura centralizada para todos los cajones. 11. Bocel o bomper de protección en el perímetro inferior. 12. Atril porta suero	Medicolsa	M-084	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
42	Urgencias - Sala de reanimacion	Carro de paro		Medicolsa	M-084	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
43	Consulta Externa Consultorio Medico	Fonendoscopio pediátrico	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso pediatrico (niños)	Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
44	Consulta Externa Consultorio Medico	Fonendoscopio pediátrico		Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A		NO APLICA
45	Consulta externa Modalidad extramural	Fonendoscopio pediátrico		Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
46	TAB Ambulancia Terrestre	Fonendoscopio pediátrico		Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

47	Urgencias Consultorio Medico	Fonendoscopio pediátrico		Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCION ANDO	NO APLICA
48	Urgencias Consultorio Medico	Monitor de signos vitales	1. Uso para paciente adulto, pediátrico y neonatal 2. Pantalla: Color TFT, resolución 800x600 (mínimo), de 12 pulgadas mínimo. 3. Batería con autonomía mínima de 1,5 horas. 4. Alarmas audibles y visibles 5. Medición de NIBP, SPO2, RESP, TEMP, ECG 6. Protección contra desfibrilación 7. Monitorización de ECG 3 o 5 derivaciones 8. Tendencias mínimo de 24 Horas con datos gráficos. 9. Instalación: 110 V +/- 10 %, 60 Hz. ±10% 10. Accesorios que se deben entregar con el equipo: cable paciente ECG, brazalete NIBP adulto-pediátrico-neonatal, sensor SPO2 adulto-pediátrico-neonatal y sensor de temperatura. 11. Impresora incluida 12. Detección de marcapasos 13. Debe incluir base movil con ruedas para monitor de signos vitales ofertado 14. Mínimo siete (7) formas de onda en simultánea	Comen	STAR8000 E	E7230315200	FUNCIIO NANDO	NO APLICA
49	Atención del parto	Laringoscopio	1. Hojas con guia de luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomico metalico, inoxidale con suoperficie antideslizante. 3. Luz blanca de 2.5 Volts. 4. Hojas para paciente adulto, pediátrico y neonato, como se describen a continuación: Neonatal. 00, 0 (Miller). Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller) Adultos. 3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentación por bateria recargable. 6. Entregar Estuche y cargador de baterias	Welch Allyn	60813	N/A	FUNCION ANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

50	Urgencias Sala de reanimación	Laringoscopio	1. Hojas con guia de luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomico metalico, inoxidale con suoperficie antideslizante. 3. Luz blanca de 2.5 Volts. 4. Hojas para paciente adulto y pediátrico, como se describen a continuación : Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller) Adultos. 3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentación por bateria recargable 6. Entregar Estuche y cargador de baterias	Welch Allyn	60813	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA
51	Hospitalización	Laringoscopio con hojas rectas y curvas para adultos y pediátricas	1. Hojas con guia de luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomico metalico, inoxidale con suoperficie antideslizante. 3. Luz blanca de 2.5 Volts. 4. Hojas para paciente adulto y pediátrico, como se describen a continuación : Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller) Adultos. 3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentación por bateria recargable 6. Entregar Estuche y cargador de baterias	Welch Allyn	60813	N/A	FUNCIONANDO	NO APLICA

Scanned with CamScanner

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se adjunta acta de verificación técnica.

4. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	ACTIVIDAD (Indicar si la actividad tiene prioridad Alta (A), Media (M) o Baja (B))				FECHA LIMITE dd-mm-aaaa
	DESCRIPCIÓN	A	M	B	
NA	NA	NA	NA	NA	NA

5. DECISIONES

DESCRIPCION
Durante la visita de inspección técnica se verificó la totalidad de la dotación biomédica, incluido el mobiliario hospitalario, constatando que los cincuenta y un (51) equipos hospitalarios aprobados en el Convenio No. 3553 de 2025 se encontraban ubicados en los servicios asistenciales asignados y en condiciones operativas, de conformidad con la dotación establecida en el convenio. Asimismo, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, evidenciando que los equipos inspeccionados cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en el Convenio No. 3553 de 2025.

Scanned with CamScanner

No obstante, se deja constancia de que, en la obligación establecida en el numeral 7 del convenio, los equipos biomédicos emisores de radiaciones ionizantes deberán contar con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Resolución 482 de 2018 y/o la que se encuentre vigente (1811 de 2025) para su puesta en funcionamiento y la obtención de la respectiva licencia de práctica médica.

La ESE ha realizado con el ente de control la radicación de la documentación legal en cumplimiento a la resolución 1811 de 2025 (8 abril de 2026 y respuesta a observaciones 22 de junio de 2026) – una vez se reciba la licencia de rayos x; la ESE procederá a iniciar trámite de habilitación del servicio y trasladará copia de liscencia de rayos x al supervisor del convenio vía email a continuaciones relacionados andrea.bastidas@cauca.gov.co con copia el email proyectos.salud@cauca.gov.co.

Sin más compromisos se da por terminada la reunión.

6. PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA


7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión a

HORA (a.m.-p.m.)
1:30 PM

Scanned with CamScanner

8. REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	FIRMA
Jhoan Sebastián Hurtado Rojas	ESE POPAYAN – UAS TOTORO	
Alison Zúñiga Ruiz	ESE POPAYAN – UAS TOTORO	
Guillermo Muñoz	ESE POPAYAN – UAS TOTORO	
·María Fernanda Ordoñez	Dirección de Integración Territorial Secretaría de Salud del Cauca	

Scanned with CamScanner

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

PROCESO DIRECCION DE INTEGRACION TERRITORIAL

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PROYECTOS DE DOTACION HOSPITALARIA EN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA




INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
E.S.E o Prestador verificado	ESE POPAYAN - UAS TOTORO	**N° de Convenio**	3553 DE 2025
Objeto del convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE TOTORÓ.		
UAS sujeta a verificacion	UAS TOTORO		

ACTIVIDAD A DESARROLLAR












Se realiza visita de verificación a la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3553-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E POPAYAN con el objetivo de validar que la dotación hospitalaria adquirida sea acorde a los lineamientos técnicos establecidos en el convenio y se encuentra destinada a la UAS TOTORO.

VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS DE DOTACION HOSPITALARIA













1. EVALUACION DE DOTACION HOSPITALARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBRE DE LA DOTACION	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
1	URGENCIAS	Aspirador de secreciones	GMD	ADS 100	20250816804862	FUNCIONANDO			
2	Urgencias - Consultorio médico	Báscula de piso grado médico	Health O Meter	349KLX	350172482600	FUNCIONANDO			










Scanned with CamScanner

3	Consulta Externa EXTRAMURAL	Báscula de piso grado médico	Health O Meter	349KLX	350172482601	FUNCIONANDO			
4	Consulta Externa-Extramural	Pesa bebé	Health O Meter	522KL	522322410156	FUNCIONANDO			
5	Consulta Externa Consultorio Medico	Pesa bebé	Health O Meter	522KL	522322410165	FUNCIONANDO			
6	Urgencias - Consultorio médico	Pesa bebé	Health O Meter	522KL	522322410474	FUNCIONANDO			
7	Consulta externa higiene oral	Compresor	Dynair	DA7002	DA0B4100824				
8	Hospitalización pediatría y adulto	Equipo de órganos de los sentidos portable	GMD	GMK0S-2TF-100	N/A	FUNCIONANDO			
9	Consulta externa Modalidad extramural	Equipo de órganos de los sentidos portable	GMD	GMK0S-2TF-100	N/A	FUNCIONANDO			





Scanned with CamScanner

10	Consulta Externa Consultorio Medico	Fonendoscopio adulto	GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO			
11	TAB Ambulancia Terrestre	Fonendoscopio adulto	GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO			
12	Consulta externa Modalidad extramural	Fonendoscopio adulto	GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO			
13	Urgencias – Procedimientos	Fonendoscopio adulto	GMD	GMD30-DCJ-13S	N/A	FUNCIONANDO			
14	Consulta externa higiene oral	Lámpara de fotocurado	Woodpecker	LEDMAX	L24A2060I	FUNCIONANDO			
15	Consulta externa odontologia	Lámpara de fotocurado	Woodpecker	LEDMAX	L24A2105I	FUNCIONANDO			
16	Urgencias	Nebulizador hospitalario	Lenze	NB-206B	20250301600380	FUNCIONANDO			











Scanned with CamScanner

17	Consulta externa higiene oral	Scaler piezoeléctrico	Woodpecker	UDS-A LED	S2590356AL	FUNCIONANDO			
18	AMBULANCIA	Tensiómetro adulto	WelchAllyn	DS45-11C - Durashock	250508031018	FUNCIONANDO tab placa LMN467			
19	AMBULANCIA	Tensiómetro adulto	WelchAllyn	DS45-11C - Durashock	250508032008	FUNCIONANDO tab placa OEU785			
20	Consulta externa Modalidad extramural	Tensiómetro adulto	WelchAllyn	DS45-11C - Durashock	250508025737	FUNCIONANDO			
21	Consulta externa odontologia	Unidad odontológica fija	Gospa	Standar	2002508161146	FUNCIONANDO			
22	Consulta externa higiene oral	Unidad odontológica fija	Gospa	Standar	200202508161145	FUNCIONANDO			
23	Consulta externa Modalidad extramural	Unidad odontológica portátil	TROPHY	NR	4509	FUNCIONANDO			











Scanned with CamScanner

24	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	Camilla fija con estribos	Mafet	M-154	LOTE:20260217687212	FUNCIONANDO			
25	Hospitalización	Bomba de infusión	Medcaptain	SYS-6010	6102509000106	FUNCIONANDO			
26	Hospitalización	Desfibrilador	Comen	S8	S88E0001391	FUNCIONANDO			
27	Urgencias	Electrocardiógrafo	Mindray	R700	TP161003264	FUNCIONANDO			
28	Consulta Externa Consultorio Medico	Oxímetro	Edan	H100B	M25B17440056	FUNCIONANDO			
29	Consulta Externa EXTRAMURAL	Oxímetro	Edan	H100B	M25B17440060	FUNCIONANDO			













Scanned with CamScanner

30	Consulta externa Modalidad extramural	Tensiómetro pediátrico portable	Welch Allyn	DS44-09	251029132927	FUNCIONANDO			
31	Urgencias– Consultorio medico	Tensiómetro pediátrico portable	Welch Allyn	DS44-09	251029132648	FUNCIONANDO			
32	Hospitalización	Tensiómetro pediátrico portable	Welch Allyn	DS44-09	251029131608	FUNCIONANDO			
33	Urgencias– Consultorio medico	Tensiómetro pediátrico portable	Welch Allyn	DS44-09	251029132048	FUNCIONANDO			
34	Consulta Externa Consultorio Medico	Tensiómetro pediátrico portable	Welch Allyn	DS44-09	251029131708	FUNCIONANDO			
35	Consulta Externa Consultorio Medico	Camilla fija (diván)	Medicolsa	N/A	N/A	FUNCIONANDO			



Scanned with CamScanner

36	URGENCIAS Sala de Observación	Camilla con barandas, ruedas y frenos	MB	MB-16-01	10463	FUNCIONANDO			
37	ATENCION DEL PARTO - SALA DE RECUPERACION	Camilla con barandas, ruedas y frenos	MB	MB-16-01	10460	FUNCIONANDO			
38	Consulta externa Toma de Citologías	Lámpara de examen	Welch Allyn	Green Series 300	732094238716	FUNCIONADO			
39	Radiología odontológica Cuarto de Rayos X Periapical	Equipo de rayos X periapical	Elity 70	Elity 70 Muro	70M1-2626	FUNCIONANDO			
40	Consulta Externa Consultorio Medico	Camilla fija (diván)	Medicolsa	M-104	243010402	FUNCIONANDO			
41	Hospitalizacion	Carro de paro	Medicolsa	M-084	N/A	FUNCIONANDO			

Scanned with CamScanner

42	Urgencias - Sala de reanimacion	Carro de paro	Medicolsa	M-084	N/A	FUNCIONANDO			
43	Consulta Externa Consultorio Medico	Fonendoscopio pediátrico	Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCIONANDO			
44	Consulta Externa Consultorio Medico	Fonendoscopio pediátrico	Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A				
45	Consulta externa Modalidad extramural	Fonendoscopio pediátrico	Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCIONANDO			
46	TAB Ambulancia Terrestre	Fonendoscopio pediátrico	Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCIONANDO			
47	Urgencias Consultorio Medico	Fonendoscopio pediátrico	Riester	Duplex 2.0 Baby	N/A	FUNCIONANDO			
48	Urgencias Consultorio Medico	Monitor de signos vitales	Comen	STAR8000E	E7230315200	FUNCIONANDO			

Scanned with CamScanner

49	Atención del parto	Laringoscopio	Welch Allyn	60813	N/A	FUNCIONANDO			
50	Urgencias Sala de reanimación	Laringoscopio	Welch Allyn	60813	N/A	FUNCIONANDO			
51	Hospitalización	Laringoscopio con hojas rectas y curvas para adultos y pediátricas	Welch Allyn	60813	N/A	FUNCIONANDO			

OBSERVACIONES REPORTES DOCUMENTALES

CRITERIO	PRESENTA	NO PRESENTA	INFORMACION ADICIONAL
1.Factura (s) Electrónica de venta.	X		La E.S.E POPAYAN, presenta factura DASM-3006 emitida el 30/12/2025 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; valor total = $88,083,401,00 ; N°Equipos facturados : 23, la cantidad de equipos facturados corresponde parcialmente a la cantidad tota contemplada en el proceso. La E.S.E POPAYAN, presenta factura DASM-3011 emitida el 26/03/2026 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; valor total = $91,557,688,00 ; N°Equipos facturados : 24, Complementa con nota credito por $1. la cantidad de equipos facturados corre parcialmente a la cantidad total contemplada en el proceso. La E.S.E POPAYAN, presenta factura DASC-3015 emitida el 08/06/2026 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; valor total = $22,717,814,00 ; N°Equipos facturados : 4, la cantidad de equipos facturados corresponde parcialmente a la cantidad total contemplada en el proceso. Consolidando la informacion de las facturas en mencion, se evidencia que estan contenidos los 51 equipos incluidos en el convenio. el valor total factura $202,358,903

Scanned with CamScanner

2. Acta de entrega de dotación por parte del proveedor.	X		La E.S.E POPAYAN aporta acta de entrega emitida por el proveedor, relacionadas a continuacion: Acta 01, relacionando 23 equipos, emitida por el proveedor. Acta refiere entrega en el marco del contrato 311 de 10 de diciembre de 2025 Acta 02, relacionando 8 equipos, emitida por el proveedor. Acta refiere entrega en el marco del contrato 311 de 6 de febrero de 2026 Acta 03, relacionando 5 equipos, emitida por el proveedor. Acta refiere entrega en el marco del contrato 311 de 16 de marzode 2026 Acta 04, relacionando 10 equipos, emitida por el proveedor. Acta refiere entrega en el marco del contrato 311 de 17 de marzo de 2026 Acta 05 relacionando 2 equipos, emitida por el proveedor. Acta refiere entrega en el marco del contrato 311 de 24 de marzo de 2026 Acta 06 relacionando 1 equipo, emitida por el proveedor. Acta refiere entrega en el marco del contrato 311 de 24 de marzo de 2026 Acta 07 relacionando 2 equipos, emitida por el proveedor. Acta refiere entrega de dicha cantidad en el marco del contrato 311 de 24 de marzo de 2026
3.Recibo a satisfacción y /o acta de instalación y/o prueba de funcionamiento y/o recepción técnica (si aplica).	X		La E.S.E Popayan aporta informe de instalacion y ejecucion de pruebas de funcionamiento de la dotacion adqurida, documento emitido por el proveed fecha 10 de junio de 2026, declarando resultados de puesta en marcha favorables de acuerdo a los requermientos tecnicos especificos de las fichas tec cada equipo
4. Comprobante de entrada o ingreso de la dotación expedido por almacén General o dependencia a cargo.	X		La E.S.E POPAYAN aporta certificado de Ingreso a almacen N°41860, emitido el 31 de Diciembre de 2025, relacionando 23 unidades, por un valor d 88,083,401. soporta parcialmente la entrega de equipos a la institucion La E.S.E POPAYAN aporta certificado de Ingreso a almacen N°42986, emitido el 9 de Abril 2026, relacionando 24 unidades, por un valor de $ $91,557,687 parcialmente la entrega de equipos a la institucion La E.S.E POPAYAN aporta certificado de Ingreso a almacen N°43849, emitido el 16 de Juniode 2026, relacionando 4 unidades, por un valor de $ 22,71 soporta parcialmente la entrega de equipos a la institucion
5.Comprobante de entrega o recibo de recepción o asignación de la dotación al servicio asistencial previsto.	X		La E.S.E POPAYAN aporta nota de traslado N°41861, emitido el 31 de Diciembre de 2025, relacionando 23 unidades, por un valor de $ 88,083,401. so parcialmente la entrega de equipos a la institucion La E.S.E POPAYAN aporta nota de traslado N°42987, emitido el 9 de Abril 2026, relacionando 24 unidades, por un valor de $91,557,687 . soporta parcial entrega de equipos a la institucion La E.S.E POPAYAN aporta nota de traslado N°43850, emitido el 31 de Diciembre de 2025, relacionando 4 unidades, por un valor de $ 22,717,814 sop parcialmente la entrega de equipos a la institucion
6. Garantía De la Dotación	X		En los documentos aportados por la E.S.E se evidencia, certificacion y terminos de garantia con vigencia de un (1) año a partir de la fecha de entre

Scanned with CamScanner

7. Hoja de vida de los equipos Biomédicos	X		La E.S.E Popayan presenta a conformidad las hojas de vida de la dotacion clasificada como equipo biomedico de acuerdo a lo contemplado en el decreto 2005, de manera complementaria sustenta mediante oficio la categorizacion de mobiliario hospitalario dentro del subproceso de gestion de tecnolc
8. Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar lista de asistencia)	X		La E.S.E popayan aporta: - Acta de capacitacion en el manejo adecuado de equipos biomedicos, relacionando los equipos relacionados en la factura DASM-3006. se llevo a cabo e de diciembre de 2025. anexa informacion de acta de asistencia. - Acta de capacitacion en el manejo adecuado de equipos biomedicos, complementaria a los equipos entregados a la fecha. se llevo a cabo el dia 04 de r 2026. anexa informacion de acta de asistencia.
9. Certificado de comercialización de la dotación - declaración de importación de la dotación	X		La E.S.E Popayan presenta la declaracion de importacion de la dotacion adquirida, se excluye de dicho requerimiento a equipos de fabricacion nacional, l se encuentran identificados mediante certificacion presentada por el proveedor.
10.Registro Sanitario de la dotación	X		La E.S.E Popayan aporta a satisfaccion los documentos que soportan los registros sanitarios o permiso de comercializacion segun corresponda, de los d clasificada como equipos biomedico de acuerdo a lo establecido en el decreto 4725 de 2005.

OBSERVACIONES GENERALES

Se implementa herramientas que permiten verificar:
El cumplimiento de las mínimas especificaciones técnicas requeridas por la ESE y previamente aprobadas en el convenio para la dotación hospitalaria.
La documentación asociada a la dotación adquirida en el marco del convenio 3553 de 2025.

RESPONSABLES DE DILIGENCIAMIENTO

PROCESO DIT-SDSC	Daniel Felipe Maya Villarreal Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedico
PROCESO DIT-SDSC	Maria Fernanda Ordoñez Astaiza Profesional de apoyo - Ingeniera Biomedico

Scanned with CamScanner