BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Kalley			CDI Hormigas Creativas Villavicencio	Yeiri Bermúdez

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg	Juego de pesas clase		02/03/2026	06/2026
Carga mínima (Min)	2 Kg	Número de Certificado	DA 2743	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 Kg				
Repetibilidad (indicación en manual)		Paralelepipedo Marca Metroglobal			
Error Máximo Permitido (EMP)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	5 K	0 K
2	5 K	0 K
3	5 K	0 K
4	5 K	0 K
5	5 K	0 K
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10 K	0 K
2	10 K	0 K
3	10 K	0 K
4	10 K	0 K
5	10 K	0 K
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	5 K	0 K
2	10 K	0 K
3	20 K	0 K
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Cumple con la verificación
Firma del responsable de realizar la Verificación intermedia:	Yeiri Bermúdez

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	29/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Hope X		HX 3130	CDI-Aventura Colorida Mitres Esquinas	Yeni Berneo

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5 kg	Juego de pesas clase	M1	02-03-2026	-06-2026
Carga mínima (Min)		Número de Cetificado	DA 2549	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1 gr.			Yeni Berneo	
Repetibilidad (indicación en manual)		Juego de Pesas Cilindricas marca Metro Global			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	500 gr	0 gr
2	500 gr	0 gr
3	500 gr	0 gr
4	500 gr	0 gr
5	500 gr	0 gr
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	20 gr	0 gr
2	20 gr	0 gr
3	20 gr	0 gr
4	20 gr	0 gr
5	20 gr	0 gr
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO		Cumple


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	50 gr	0 gr
2	100 gr	0 gr
3	200 gr	0 gr
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Cumple con la verificacion.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Yeni Berneo

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS SUMINISTRADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F3.GILFP	28/4/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
	FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	Clasificación de la información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ECEHSA, ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	SECA	803	23131600DI Auditorios 108B Aulas con Colchones		Yeiri Bermeo

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (UDS)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 kg	Juego de pesas clase		02/03/2026	06/2026
Carga mínima (Min)	2 kg	Número de Certificado	DA 2443	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 kg			Yeiri Bermeo	
Repetibilidad (indicación en manual)		Para Elepipedo Marca Metroglobal			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	10 Kl	0 Kl
2	10 Kl	0 Kl
3	10 Kl	0 Kl
4	10 Kl	0 Kl
5	10 Kl	0 Kl
Error máximo obtenido en la prueba		
Error máximo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA


No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5 K	0 K
2	5 K	0 K
3	5 K	0 K
4	5 K	0 K
5	5 K	0 K
Error máximo obtenido en la prueba		
Error máximo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	20 Kl	0 Kl
2	10 Kl	0 Kl
3	50 Kl	0 Kl
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		
Error máximo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple.	

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estará por fuera del error máximo permitido

RESULTADO: Cumple o no cumple

OBSERVACIONES:	Cumple con la Verificación
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Yeiri Bermeo

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Kalley			CDI El ENCANTO Cra 8 Nº 3-39	Yeiri Bermeo

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 kg	Juego de pesas clase		02/03/2026	06/2026
Carga mínima (Min)	2 kg	Número de Certificado	DA 2743	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 kg			Yeiri Bermeo	
Repetibilidad (indicación en manual)		Paralelepipedo Marca Metroglobal			
Error Máximo Permitido (EMP)		Punto			

INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	10 K	0 K
2	10 K	0 K
3	10 K	0 K
4	10 K	0 K
5	10 K	0 K
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5 K	0 K
2	5 K	0 K
3	5 K	0 K
4	5 K	0 K
5	5 K	0 K
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	5 K	0 K
2	10 K	0 K
3	20 K	0 K
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pantalla con grietas | Cumple con la verificacion
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Yeiri Bermeo.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Restepo	SF 400		CDI-ELEMENTO Cra. 8 Nº 5-39	Yeni Bermeo

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USUS)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5 kg	Juego de pesas clase	M1	02-03-2026	06-2026
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	DA 2549	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1 gr			Yeni Bermeo	
Repetibilidad (indicación en manual)		Juego de Pesas Cilindricas marca Metro Global			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRIMERA PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	200 gr	0 gr
2	200 gr	0 gr
3	200 gr	0 gr
4	200 gr	0 gr
5	200 gr	0 gr
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	100 gr	0 gr
2	100 gr	0 gr
3	100 gr	0 gr
4	100 gr	0 gr
5	100 gr	0 gr
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	499	1 gr
2	200	0 gr
3	100	0 gr
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Cumple con la verificación
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Yeni Bermeo

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACIÓN DE BALANZAS	F3.G8.FP	28/1/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO SCRTRA. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Hopex		HX 3130	Api Manitas Creativas Vda Silvania	Yeni Bermeo

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN

DATOS METROLÓGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRÓN PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5 kg	Juego de pesas clase	M1	02/03/26	06/2026
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	DA 2549	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1 gr	Juego de Pesas Cilindricos Marca Meto Global		Yeni Bermeo	
Repetibilidad (indicación en manual)					
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	200 gr	0 gr
2	200 gr	0 gr
3	200 gr	0 gr
4	200 gr	0 gr
5	200 gr	0 gr
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	50 gr	0 gr
2	50 gr	0 gr
3	50 gr	0 gr
4	50 gr	0 gr
5	50 gr	0 gr
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	500 gr	0 gr
2	500 gr	0 gr
3	500 gr	0 gr
4	500 gr	0 gr
5	500 gr	0 gr
Error máximo obtenido en la prueba		
Error mínimo obtenido en la prueba		
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUÍA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estará por fuera del error máximo permitido.

OBSERVACIONES:	Cumple con la Verificación / Cumple con la Verificación
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Yeni Bermeo.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Powered by CamScanner