



RE: Verificación equipo CP-E00ME02

Desde Kelly Johana Viveros Loba <kjviveros@sena.edu.co>

Fecha Jue 25/06/2026 14:47

Para Recepcion Laboratorios ASTIN <repcionastin@sena.edu.co>

CC Lady Diana Narvaez Loaiza <ldnarvaez@sena.edu.co>

Buena tarde Heidy

Adjunto envío lo requerido

Indicador 0 mm a 1 mm resolución 0,001 mm

Código interno: CP-E00ME02

El nombre del servicio a prestar incluyendo el método bajo el cual se oferta el servicio (Tal y como está en el listado de tarifas vigente): Medición con instrumentos analógicos o digitales, por hora.

Método: comparación directa con instrumentos de medición.

La cantidad de servicios a prestar: 1 h

Las condiciones del servicio:

La hora cotizada se refiere a la comprobación de la indicación de un indicador de carátula.

Se compararán nueve (9) valores nominales a saber: (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 y 1) mm. Dicha comparación se realizará en cuatro (4) oportunidades por valor nominal (la comparación se hará: dos (2) oportunidades en sentido ascendente y las otras dos (2) en sentido descendente).

Se entregará informe de ensayo sin símbolo ONAC.

El informe de ensayo contendrá el valor nominal con su respectivo error en la indicación en ambos sentidos (ascendente y descendente).

El tiempo de entrega en días hábiles: 12

Los criterios mínimos que debe cumplir el ítem para la prestación del servicio: El instrumento deberá entregarse limpio y en funcionamiento.

Muchas gracias y quedo atenta.



Kelly Johana Viveros Loba

Laboratorio Metrología Dimensional

kjviveros@sena.edu.co

+57 2 431 58 00 Ext 22699

Calle 52 # 2 BIS 15. Cali, Valle



www.sena.edu.co



De: Recepcion Laboratorios ASTIN <repcionastin@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 25 de junio de 2026 10:31

Para: Lady Diana Narvaez Loaiza <ldnarvaez@sena.edu.co>; Kelly Johana Viveros Loba <kjviveros@sena.edu.co>

Cc: Jair Eugenio Nieto Saldarriaga <jenieto@sena.edu.co>

Asunto: RE: Verificación equipo CP-E00ME02

Cordial saludo, Compañeras

Por favor de acuerdo con solicitud del área de caracterización de polímeros que se detalla en el correo huella, comedidamente solicito indicar información para solicitudes de prestación de servicio interno, las cuales no requieren cotización:

El nombre del servicio a prestar incluyendo el método bajo el cual se oferta el servicio

La cantidad de servicios a prestar

Las condiciones del servicio

El tiempo de entrega en días hábiles

El tiempo de entrega validez de la cotización

Los criterios mínimos que debe cumplir el ítem para la prestación del servicio
confirмо que ya recibimos el ítem

Ante cualquier información adicional con gusto quedo atenta,



Heidy Dayanna Acosta Rodas

Centro Nacional De Asistencia Técnica A La

Industria - ASTIN

Encargada de Recepción

repcionastin@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:22697

Calle 52 No. 2 - Bis- 15



@SENAcomunica

De: Jair Eugenio Nieto Saldarriaga <jenieto@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 25 de junio de 2026 9:51 a. m.

Para: Recepcion Laboratorios ASTIN <repcionastin@sena.edu.co>

Cc:

Asunto: RE: Verificación equipo CP-E00ME02

Buen día, cordial saludo.

Favor generar orden de trabajo de acuerdo con la solicitud de la profesional de laboratorio Valentina Solís, previa revisión de las condiciones del servicio con las profesionales de MD. Quedo atento.

Cordialmente,

De:

Enviado: jueves, 25 de junio de 2026 9:27 a. m.

Para: Jair Eugenio Nieto Saldarriaga <jenieto@sena.edu.co>

Cc:

Asunto: Verificación equipo CP-E00ME02

Buen día, don Jair.

Solicito, por favor, su autorización para generar la OT interna con el laboratorio de metrología dimensional, con el fin de realizar la verificación del equipo Medidor de espesores análogo, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Código interno: CP-E00ME02.

Rango: 0 mm - 1 mm y una resolución de 0,001 mm.

A continuación relaciono los puntos a verificar:

0,0 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm

Quedo atenta.

Atentamente,

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Jair Eugenio Nieto Saldarriaga

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -
Astin - Profesional G02
jenieto@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500 Ext: 22697
Calle 52 No. 2 Bis 15



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.