Hospital Local Cartagena de Indias	**ACTA DE REUNION - SOCIALIZACION O CAPACITACION**	**Código: FTO–GCAL-RSC-449** **Versión: 1** **Fecha: 24/11/2024**

No. ACTA: 01	**FECHA**: 14/05/2026	**HORA: 2 pm**
LUGAR: Farmacia principal		**PROCESO RESPONSABLE: Proceso de Apoyo a la supervisión del contrato 072-26**

OBJETIVO DE LA REUNION:

Aclarar la descripción de las características de los productos NYLON 2/0 CT25, NAYLON 3/0 SC24 y NYLON 4/0 SC20 para ratificar el cumplimiento de los requisitos del contrato **072-26** con el proveedor **RLPHARMA SAS del contrato 072-26** con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ESE Cartagena de Indias.

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

En la Farmacia Principal de la Sede Administrativa se reunieron la Q.F. **Piedad Gómez**, Coordinadora del Servicio Farmacéutico el doctor Manuel Lemus Yidios, representante legal de **RYLPHARMA S.A.S.**, con el fin de analizar y aclarar la posible discrepancia identificada entre la descripción contractual de los productos de sutura **NYLON 2/0 CT25** y **NYLON 4/0 SC20** y la nomenclatura utilizada por el proveedor en la documentación comercial y de facturación.

Antecedentes

De conformidad con el numeral 1.1 denominado **"Alcance del Objeto – Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar"**, los productos requeridos corresponden a:

- NYLON 2/0 CT25.
- NYLON 3/0 SC 24
- NYLON 4/0 SC20.

parte integral de este contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:	
1. OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), MEDICAMENTOS, ASÍ COMO INSUMOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN QUE CONFORMAN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD
1.1. ALCANCE DEL OBJETO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.	A continuación, se relacionan el listado discriminado de los dispositivos médicos, elementos de protección personal -EPP y medicamentos, así como las condiciones de entregas, entre otros **Listado de Dispositivos médicos y odontológicos**

ÍTEM	DESCRIPCION ESE	TIPO ARTÍCULO
1	AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2	DISPOSITIVO
2	AGUJA HIPODERMICA 23 G X 1 1/2	DISPOSITIVO
3	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO X 454 GR	DISPOSITIVO
4	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO X 500 GR	DISPOSITIVO
5	AMBU ADULTO	DISPOSITIVO

		109	NYLON 2-0 CT25	DISPOSITIVO
		110	NYLON 3-0 SC 24	DISPOSITIVO
		111	NYLON 4-0 SC 20	DISPOSITIVO

Durante el proceso de facturación y despacho de pedidos, el contratista registra dichos productos en su sistema de información bajo las siguientes denominaciones:

- NYLON 2/0 TC25 – VITAL SUTURES.
- NYLON 3/0 TC 25-VITAL SUTURE.
- NYLON 4/0 TC20 – VITAL SUTURES.

Con el propósito de verificar la correspondencia técnica entre las referencias contractuales y los productos efectivamente suministrados, se realizó consulta formal al Departamento Técnico del fabricante **Vital Sutures**, obteniéndose el respectivo concepto técnico y documentación de soporte.

Concepto Técnico

El fabricante informó que los prefijos o códigos alfanuméricos utilizados para identificar las agujas de sutura quirúrgica constituyen nomenclaturas internas de catálogo definidas por cada casa matriz y no representan, por sí mismos, características clínicas, indicaciones de uso o propiedades funcionales adicionales del dispositivo médico.

Asimismo, indicó que la función clínica de una sutura está determinada exclusivamente por características técnicas objetivas y verificables, contempladas en las normas internacionales aplicables e incorporadas en el respectivo registro sanitario INVIMA, entre las cuales se encuentran:

- Tipo de punta: redonda (atraumática) o cortante (convencional o inversa).
- Curvatura de la aguja: medio círculo (M), tres octavos de círculo (T), recta (R), entre otras.
- Longitud de la aguja, expresada en milímetros.
- Calibre del hilo, expresado en escala USP o métrica EP.
- Material del hilo (poliamida, polipropileno, poliglactina, polidioxanona, entre otros).
- Condición de absorción: absorbible o no absorbible.

De acuerdo con el concepto emitido, dos suturas que presenten prefijos distintos (por ejemplo, SC, TC,

FS, DS, MR, HR, entre otros) son técnicamente homologables siempre que coincidan en la totalidad de las características técnicas anteriormente descritas. En consecuencia, dichos prefijos corresponden únicamente a identificadores internos de catálogo y no constituyen especificaciones clínicas diferenciadoras.

Soporte Normativo

La conclusión técnica se encuentra respaldada por la siguiente normatividad:

- Resolución 4002 de 2007 del INVIMA.
- Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Normas técnicas internacionales ISO 23908 y ASTM F1830.

Estas disposiciones establecen que la equivalencia técnica de dispositivos médicos debe fundamentarse en las características técnicas verificadas mediante el registro sanitario vigente y no en el nombre comercial o en los códigos internos asignados por cada fabricante.

IQM SAS - VITAL SUTURES
TABLA DE EQUIVALENCIAS

HILOS

NOMBRE GENERICO	VITAL SUTURES UNILENE	JHONSON	B. BRAUN
CATGUT CROMADO	CATGUT CROMICO	C. CROMADO	C. CROMADO
ACIDO POLIGLICOLICO	ACIDO POLIGLICOLICO	VICRYL	SAFIL
POLIGLACTIN	POLIGLACTIN	VICRYL **Novosyn**	SAFIL **polysor**
POLIAMIDA	NYLON MONOFIL Dermalon	ETHILON **monosof**	DAFILON **mononylon**
POLIDIOXANONA	POLIDIOXANONA	PDS **Maxon -**	**Monoplus**
POLIPROPILENO	POLIPROPILENO	PROLENE **Optilene**	PREMILENE **surgipro**
Seda – silk – sofsik	**– silkan – mersilk**		

6. Tabla de equivalencias — Agujas

La siguiente tabla presenta la equivalencia entre los códigos de aguja de Vital Sutures / Unilene y los de Johnson & Johnson y B. Braun, de acuerdo con la tabla oficial de equivalencias IQM SAS — Vital Sutures:

Prefijo	Vital Sutures / Unilene	Johnson & Johnson	B. Braun
MR40	MR40	CT1 / mcr37 / mr-35	HR37s / gs21-mr25
MR25	MR25 / v-20	SH / hr-25 / SP24430	HR26 / gs22-hr-25
MR15	MR15	RB1	HR17 / cv-23 / hr19
TC25	TC25 / ds25 / cc24 / mc-25	FS1 / SC24 / cc30 / pe-24	DS24 / sc-26 / c-14 / ps1
TC20	TC20	FS2 / SC20 / ds-20 / cc19	DS19 / ps2 / c-13 / ps3
TC15	TC15	FS3 / SC16	DS16 / ce-2
RC60	RC60	KS	GS60 / sp623 / sc-2

Conclusión

Una vez revisada la documentación técnica aportada por el fabricante Vital Sutures y verificada la correspondencia de las especificaciones técnicas de los productos suministrados frente a las condiciones establecidas en el Contrato No. 072-2026, se concluye que los productos facturados y entregados por **RYLPHARMA S.A.S.** cumplen con las especificaciones exigidas en el numeral 1.1 del **Alcance del Objeto – Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar**.

En consecuencia, se establece que las diferencias observadas en los prefijos alfanuméricos de las referencias corresponden únicamente a nomenclaturas internas del fabricante y no afectan la equivalencia técnica, funcionalidad, indicación de uso ni cumplimiento de las condiciones contractuales exigidas por la entidad.

Hospital Local Cartagena de Indias	**ACTA DE REUNION - SOCIALIZACION O CAPACITACION**	**Código: FTO–GCAL-RSC-449** **Versión: 1** **Fecha: 24/11/2024**


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista **RLPHARMA SAS** cumple con lo exigido en el **ALCANCE DEL OBJETO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR**.

COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO
1					
2					
3					
4					
5					

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Manuel Lemus Yidios	Representante Legal RLPHARMA SAS	
2	Piedad Gómez Acosta	Coordinadora Servicio Farmacéutico ESE HLCI	
3			
4			
5			

OBSERVACIONES:

Se da por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

HORA DE FINALIZACION: **3:00 pm**

FIRMA DEL RESPONSABLE: