Bombillas halógenas Welch Allyn

El desarrollo de los productos Welch Allyn, incluido el diseño de las fuentes de iluminación, tiene como objetivo optimizar las prestaciones. La fabricación de las bombillas es un elemento crucial de este sistema; por lo tanto se recomienda el uso exclusivamente de bombillas Welch Allyn originales.

Para determinar el número de referencia de la bombilla que necesita, extráigala del cabezal del equipo de diagnóstico y anote su referencia, que generalmente se encuentra a un lado o en la base de la bombilla.

Si la referencia que anotó no se encuentra en la tabla al lado, póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor autorizado de Welch Allyn.

Ref. bombilla	Ref. cabezal	Bombilla
00200-U	20100, 21600, 26030, 4100, 38800	
01300-U	28100	
03000-U	11710, 12400, 47300	
03100-U	20000, 20200, 20202, 21700, 25020, 26530, 26538, 27000, 27050, 28100, 41100, 43300, 73500	
03800-U	PanOptic Oftalmoscopios	
03900-U	Pocket 2,5 V Oftalmoscopios	
04900-U	11720 y 11735	
06000-U	60813, 60814 y 60815	
06500-U	MacroView Otoscopios	
08200-U	Elite de franja Retinoscopio	
08300-U	Elite de punto Retinoscopio	