Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

# FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

CODIGO: AP-CT-F-83
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1

| | |
|---|---|
| PROCESO No | IC-055-2026 |
| MODALIDAD DE SELECCION | INVITACION A COTIZAR |
| OBJETO A CONTRATAR | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." |

## INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

| DESCRIPCIÓN | | | | | | Proponente 1 | | Proponente 2 | | Proponente 3 | | Proponente 4 | | Proponente 5 | | Proponente 6 | | Proponente 7 | | Proponente 8 | | Proponente 9 | | Proponente 10 | | Proponente 11 | | Proponente 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS | | ALFA TRADING S.A.S | | BIOPLAST S.A.S | | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S. | | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | LABORATORIO GOTHAPLAST | | M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. | | MEDICOX LTDA | | POLIMEDIC´S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS | | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | | SHERLEG LABORATORIES S.A.S | | TECNICA ELECTROMEDICA | |
| | | | | | | NIT: 901.239.290-5 | | NIT: 830.041.488-7 | | NIT: 830.040.574-8 | | NIT: 828.002.423-5 | | NIT: 830.501.223-7 | | NIT: 830061856 | | NIT: 830.146.016-6 | | NIT: 830.142.523-0 | | NIT: 800.151.064-9 | | NIT : 17.068.260-3 | | NIT: 900.539.662-5 | | NIT : 830.004.892-2 | |
| ITEM | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | CANTIDAD CONSUMO ESTIMADO | UNIDAD DE MEDIDA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CLASIFICACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN | CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE | OBSERVACIÓN |
| 1 | AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 58 % A 60 %. DISEÑO HERMÉTICO E INDICADOR DE FUGA , CON DOSIFICACIÓN ESTANDARIZADA DE AGENTE ESTERILIZANTE. PRESENTACIÓN DE UNIDAD COMPACTA CON ESPECIFICACIÓN DE NÚMERO DE CICLOS POSIBLES | 6 | UNIDAD | AGENTE ESTERILIZANTEH202 | | CUMPLE | | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AGUA DESTILADA COMPATIBLE CON STATIM | 15 | GALON | STATIM | | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| 3 | APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODON ESTERIL PRESENTACION 3 UNIDADES | 250 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | |
| 4 | APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 2MT * 9 CM | 700 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | | |
| 5 | APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA 15CM * 15 MT | 1100 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | CUMPLE | | | | |
| 6 | APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA 30CM * 15 MT | 1100 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | CUMPLE | | | | |
| 7 | APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 30CM X 55CM | 1000 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | | |
| 8 | APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 40CM *70 CM | 600 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | NO CUMPLE | En la subsanación no identifica en FT Medidas en centimetros y/o milimetros Medical Supplies | | | | CUMPLE | | | | |
| 9 | APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODÓN 8CM * 20 CM | 600 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO CUMPLE | En la subsanación no identifica en FT Medidas en centimetros y/o milimetros Medical Supplies | | | NO CUMPLE | En la subsanación la medida en la FT no corresponde de acierdo a la solicitud | | |
| 10 | APOSITO PRECORTADO ESTERIL ELABORADO EN GASA TEJIDA Y 100% ALGODON 7.5CM *20CM | 900 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | En la subsanación no identifica en FT Medidas en centimetros y/o milimetros Medical Supplies | NO CUMPLE | En la subsanación no se identifica en FT Medidas en centimetros y/o milimetros | NO CUMPLE | En la subsanación la medida en la FT no corresponde de acierdo a la solicitud | | |
| 11 | BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL CON PUÑO BLANCO DE ALGODÓN ELASTICO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA TALLA M MINIMO 35 gr SMS | 250 | UNIDAD | ROPA | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | |
| 12 | BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL CON PUÑO BLANCO DE ALGODÓN ELASTICO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA TALLA S MINIMO 35 gr SMS | 80 | UNIDAD | ROPA | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | |
| 13 | BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL CON PUÑO BLANCO DE ALGODÓN ELASTICO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA TALLA L MINIMO 35 gr SMS | 200 | UNIDAD | ROPA | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | CUMPLE | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | |
| 14 | BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL CON PUÑO BLANCO DE ALGODÓN ELASTICO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA TALLA XL MINIMO 35 gr SMS | 200 | UNIDAD | ROPA | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | |
| 15 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 100 * 230 MM +/- 1 CM CON INDICADOR PARA VAPOR" | 10 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 130 * 280 MM +/- 1 CM CON INDICADOR PARA VAPOR | 5 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| 17 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 130MM * 250 MM CON INDICADOR PARA VAPOR | 10 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 * 283 MM +/- 1 CM CON INDICADOR PARA VAPOR | 5 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | NO CUMPLE | Las medidas solicitadas no se identifican en la FT | | | | | | | | | | |
| 19 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135MM * 280 MM CON INDICADOR PARA VAPOR | 4 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | NO CUMPLE | Las medidas solicitadas no se identifican en la FT | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 20 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 190 * 360 MM +/- 1 CM CON INDICADOR PARA VAPOR | 10 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 21 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 200MM * 330 MM CON INDICADOR PARA VAPOR | 10 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 5.7CM * 10 CM +/- 1 CM CON INDICADOR PARA VAPOR | 10 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | NO CUMPLE | En la subsanación las medidas en la FT no corresponden a la solicitud | | | | |
| 23 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 70 MM X 260 MM +/- 1 cm CON INDICADOR PARA VAPOR | 15 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | NO CUMPLE | Las medidas solicitadas no se identifican en la FT | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 24 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MM +/- 1 cm) CON INDICADOR PARA VAPOR | 100 | CAJA | EMPAQUE GRADO MEDICO AUTOSELLABLE | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | En la subsanción de la FI no se identica referencia de autosellable , no hay imafgen fotografica | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | NO CUMPLE | Las medidas solicitadas no se identifican en la FT | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 25 | CABLE MONOPOLAR PARA ELECTRODOS DE LAPAROSCOPIA CONEXIÓN PARA UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA REUSABLE | 6 | UNIDAD | LAPAROSCOPIA | | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CAMPO DE PIEL ESTÉRIL DE 76X76 CM +/- 1 CM CON 1 INDICADOR QUÍMICO | 250 | UNIDAD | ROPA | | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CAMPO FENESTRADO DE OFTALMOLOGÍA ESTÉRIL DE 76X76 CM +/- 1 CM CON 1 INDICADOR QUÍMICO | 160 | UNIDAD | ROPA | | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

# FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| CODIGO: | AP-CT-F-83 |
| VERSIÓN: | 1 |
| PÁGINA: | 1 DE 1 |

| | |
|---|---|
| PROCESO No | IC-055-2026 |
| MODALIDAD DE SELECCION | INVITACION A COTIZAR |
| OBJETO A CONTRATAR | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." |

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

| | DESCRIPCIÓN | | | | Proponente 1 | | Proponente 2 | | Proponente 3 | | Proponente 4 | | Proponente 5 | | Proponente 6 | | Proponente 7 | | Proponente 8 | | Proponente 9 | | Proponente 10 | | Proponente 11 | | Proponente 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS | | ALFA TRADING S.A.S | | BIOPLAST S.A.S | | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S. | | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | LABORATORIO GOTHAPLAST | | M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. | | MEDICOX LTDA | | POLIMEDIC´S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS | | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | | SHERLEG LABORATORIES S.A.S | | TECNICA ELECTROMEDICA | |
| | | | | | NIT: 901.239.290-5 | | NIT: 830.041.488-7 | | NIT: 830.040.574-8 | | NIT: 828.002.423-5 | | NIT: 830.501.223-7 | | NIT: 830061856 | | NIT: 830.146.016-6 | | NIT: 830.142.523-0 | | NIT: 800.151.064-0 | | NIT : 17.068.260-3 | | NIT: 900.539.662-5 | | NIT: 830.004.892-2 | |
| 28 | CAUCHO DE SUCCION ESTERIL 3MTS MÁS CANULA YANKAUER ÚNICO USO | 800 | UNIDAD | SUCCIÓN | | | | | CUMPLE | 3MTS | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | CUMPLE | 3 MTS | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 29 | CAUCHO DE SUCCION PVC POR 3 METROS ESTERIL | 600 | UNIDAD | SUCCIÓN | | | | | CUMPLE | 3MTS | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | Dispositivo estéril en EO | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 30 | CAUCHOS PARA CESTAS DE LENTES DE LAPAROSCOPIA MARCA WOLF BOLSA | 3 | BOLSA | LAPAROSCOPIA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | CEPILLO GRANDE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | 30 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | CEPILLO MEDIANO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | 30 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO BASICO | 30 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE OFTALMOLOGIA | 8 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | CEPILLO PARA LIMPIEZA DE CAMISAS LAPAROSCOPIA | 8 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CEPILLO PEQUEÑO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DE ODONTOLOGIA | 16 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | CEPILLO SMALL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL MICRO CIRUGIA | 16 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | CEPILLOS PARA FIBROBRONCOSCOPIO 9 MM COMPATIBLE CON MARCA OLYMPUS | 8 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | CINTA CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VAPOR CON CAMBIO DE COLORIMETRIA, LIBRE DE PLOMO, FUERTE ADHESIVO. | 100 | ROLLO | INDICADOR QUIMICO CINTA | | CUMPLE | 100%LIBRE DE METALES PESADOS. SUPER ADHERENTE | | | CUMPLE | | CUMPLE | Referencia STERICLIN | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | NO CUMPLE | Debil adhesión y vinaje no uniforme | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 40 | CINTA DE IMPRESIÓN DE SISTEMA ETIQUETADO | 4 | UNIDAD | TRAZABILIDAD | | | | | | | | | | | CUMPLE | Veridoc | | | | | | | | | | | | |
| 41 | CINTA INDICADORA QUIMICA PARA PARA ETO , LIBRE DE LATEX , FUERTE ADHESIVO | 4 | ROLLO | INDICADOR QUIMICO CINTA ETO | | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 42 | CINTA INDICADORA QUIMICA PARA GAS PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO, LIBRE DE LATEX , FUERTE ADHESIVO | 2 | ROLLO | INDICADOR QUIMICO CINTA H2O2 | | CUMPLE | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 43 | CINTA PARA IMPRESORA DE MAQUINA DE ETIQUETADO (VAPOR, OXIDO DE ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDROGENO) 0 | 4 | UNIDAD | TRAZABILIDAD | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | Veridoc | | | | | | | | | | | | |
| 44 | CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL POR DIFERENTES COLORES NO TOXICA | 4 | UNIDAD | TRAZABILIDAD | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| 45 | COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN NO ESTÉRIL 45 X 45 CM CUATRO PUEGUES CON ELEMENTO RADIOPACO UNIDAD , ESTERILIZABLE EN VAPOR, LIBRE DE LATEX POR FICHA TÉCNICA | 2000 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | NO CUMPLE | No especifica el metodo en que se puede esterilizar | NO CUMPLE | No se identifica en FT subsanación | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 46 | COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN ESTÉRIL 45 X 45 CM CUATRO PUEGUES CON ELEMENTO RADIOPACO PAQUETE X 5 UNIDADES" LIBRE DE LATEX | 900 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 47 | COMPRESA QUIRÚRGICA 100% ALGODÓN ESTÉRIL 45 X 45 CM CUATRO PUEGUES SIN ELEMENTO RADIOPACO PAQUETE X 2 UNIDADES LIBRE DE LATEX | 3000 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | NO CUMPLE | CON ELEMENTO RADIOPACO | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | Sin elemento radiopaco | | | | |
| 48 | DELANTAL DESECHABLE PLASTICO NO ESTERIL | 120 | UNIDAD | ELEMENTO DE PROTECCIÓN | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 49 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 100CM X 100CM 50gr-60gr CADA PUEGO | 1500 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | En la subsanción no se identifica que sera doble termoseallado | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | |
| 50 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 114CM X 114CM +/- 1 cm 100gr CADA PUEGO DOBLE COLOR | 400 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 115CM X 115CM +/- 1 CM 300gr CADA PUEGO DOBLE COLOR | 1500 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 120CM X 120CM +/- 1CM 200gr CADA PUEGO DOBLE COLOR | 1500 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 120CM X 120CM 50gr-60gr CADA PUEGO | 700 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | En la subsanción no se identifica que sera doble termoseallado | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | |
| 54 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 136 CM X 136 CM +/- 300gr CADI CM CADA PUEGO DOBLE COLOR | 1500 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 50CM X 50CM 50gr-60gr CADA PUEGO | 1000 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | NO CUMPLE | 75X75 CM | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | | FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | CODIGO: AP-CT-F-83<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 1 DE 1 |
|---|---|---|---|
| **PROCESO No** | | IC-055-2026 | |
| **MODALIDAD DE SELECCION** | | INVITACION A COTIZAR | |
| **OBJETO A CONTRATAR** | | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." | |

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

| | DESCRIPCIÓN | | | | Proponente 1 | | Proponente 2 | | Proponente 3 | | Proponente 4 | | Proponente 5 | | Proponente 6 | | Proponente 7 | | Proponente 8 | | Proponente 9 | | Proponente 10 | | Proponente 11 | | Proponente 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS | | ALFA TRADING S.A.S | | BIOPLAST S.A.S | | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S. | | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | LABORATORIO GOTHAPLAST | | M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. | | MEDICOX LTDA | | POLIMEDIC´S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS | | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | | SHERLEG LABORATORIES S.A.S | | TECNICA ELECTROMEDICA | |
| | | | | | NIT: 901.239.290-5 | | NIT: 830.041.488-7 | | NIT: 830.040.574-8 | | NIT: 828.002.423-5 | | NIT: 830.501.223-7 | | NIT: 830061856 | | NIT: 830.146.016-6 | | NIT: 830.142.523-0 | | NIT: 800.151.064-0 | | NIT : 17.068.260-3 | | NIT: 900.539.662-5 | | NIT: 830.004.892-2 | |
| 56 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 75CM X 75CM 50gr-60gr CADA PLIEGO | 1000 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | En la subsanción no se identifica que sera doble termoselladi | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación |
| 57 | ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA DOBLE TERMOSELLADO PRECORTADO 91CM X 91CM +/- 1 cm 200gr CADA PLIEGO DOBLE COLOR | 1000 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPLENO | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | | | | |
| 58 | GASA PRECORTADA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 * 7.5 SOBRE *3 UN | 20000 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 59 | GASA TEJIDA 100 % ALGODÓN PRECORTADA ESTERIL SIN ELEMENTO RADIOPACO 7.5*7.5 SOBRE POR 2 UNIDES | 20000 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 60 | GASA TEJIDA PRECORTADA ESTERIL PARA CIRUGIA CON ELEMENTO RADIOPACO 7.5*7.5 SOBRE POR 5 UNIDADES | 30000 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 61 | GUANTES EN NITRILO EXTRALARGOS HASTA EL CODO TEXTURIZADOS PARA PROCESOS DE LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO TALLAS 5,M Y L NO ESTERIL | 30 | CAJA | ELEMENTO DE PROTECCIÓN | | | NO CUMPLE | La muestra médica y la FT no corresponde a la solicitud | | | | | | | | < | | | | | | | | | | | | |
| 62 | HISOPOS PARA LUMINOMETRO ATP | 80 | UNIDAD | TRAZABILIDAD | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 63 | HOOK INTERCAMBIABLE PARA ELECTRODO MONOPOLAR INSERTO | 4 | UNIDAD | LAPAROSCOPIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | INDICADOR QUIMICO CORTO PARA VAPOR CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR QUE MIDA DOS PARÁMETROS O MÁS 121°-135° CON PARAMETRO DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR | 8000 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 65 | INDICADOR QUIMICO LARGO PARA VAPOR CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR QUE MIDA DOS PARÁMETROS O MÁS CON PARAMETRO DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR | 8000 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 66 | INDICADOR LARGO QUIMICO PARA ETO CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR MULTIPARAMETRO QUE MIDA DOS A MÁS VARIABLES CON PARAMETRO DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR | 4000 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO ETO | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | | | | | | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 67 | INDICADOR QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO POR CAMBIO DE COLOR CON PARAMETRO DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR | 2000 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO H2O2 | | CUMPLE | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 68 | INDICADOR QUIMICO PLASTIFICADO PARA VAPOR CLASE 4 POR CAMBIO DE COLOR QUE MIDA DOS PARÁMETROS O MÁS 121°-135° CON PARAMETRO DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR | 4000 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO | | CUMPLE | | | CUMPLE | La FT refiere es plastificado | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 69 | INDICADOR CONTROL BIOLÓGICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AMPOLLA LECTURA SUPER RÁPIDA MÁXIMA 18 MINUTOS PARA 45° - 55° LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA ( SIN TIEMPO ADICIONAL DE LECTURA) CERTIFICACIÓN POBLACIÓN DE ESPORAS 10-6 ( Validado para el equipo entregado en apoyo tecnologico) | 60 | UNIDAD | INDICADOR BIOLOGICO H2O2 | | CUMPLE | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 70 | INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR PARA AUTOCLAVE VAPOR PREVACIO Y GRAVITACIONAL , LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 7 SEGUNDOS ( SIN TIEMPO ADICIONAL DE LECTURA) CERTIFICACIÓN POBLACIÓN DE ESPORAS 10-6 / 134-135° | 100 | UNIDAD | INDICADOR BIOLOGICO | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | El tiempo de lectura no corresponde " las cantidades de apoyo tecnológico no correspondena la solicitud | | | | | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| 71 | INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE RAPIDOS STATIM , LECTURA RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA ( SIN TIEMPO ADICIONAL DE LECTURA) CERTIFICACIÓN POBLACIÓN DE ESPORAS 10-6 / 134-135° | 500 | UNIDAD | INDICADOR BIOLOGICO | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | No se identifica a Certidicación población de esporas 10-6 / 134-135° | | | | | | | CUMPLE | 20 MINUTOS | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 72 | INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE VAPOR PREVACIO Y GRAVITACIONAL , LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA ( SIN TIEMPO ADICIONAL DE LECTURA) CERTIFICACIÓN POBLACIÓN DE ESPORAS 10-6 / 121° a 135° | 200 | UNIDAD | INDICADOR BIOLOGICO | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | | | | | CUMPLE | 20 MINUTOS | | | | | NO CUMPLE | En la subsanción de la ficha tecnica no se identifica prametros de 121 grados | | | | |
| 73 | INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO 5 POR DESPLAZAMIENTO FRONTAL QUE MIDA TRES PARÁMETROS (TIEMPO, TEMPERATURA Y VAPOR) 121° - 135° CON PARAMETRO DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR | 2000 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | No aplica para desplzamiento frontal | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 74 | INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO 5 POR DESPLAZAMIENTO FRONTAL QUE MIDA TRES PARÁMETROS (TIEMPO, TEMPERATURA Y VAPOR) 121° - 135° CON TIRA EXTENSORA PARA PAQUETES DE ROPA | 4000 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO | | CUMPLE | | | | | | | | | | | NO CUMPLE | La ficha subsanada no cuenta con tira extensora | | | | | CUMPLE | Referencia con extensor | | | | |
| 75 | KIT DE ACCESORIOS PARA PEROXIDO DE HIDROGENO, INCLUIR FICHA TÉCNICA CON LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS Y EL NÚMERO DE CICLOS SEGÚN APUQUE ) | 2 | SET | AGENTE ESTERILIZANTE H2O2 | | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | KIT DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE INSERTOS DE LAPAROSCOPIA REFERENCIA 2410358BG | 4 | SET | LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | MARCADOR QUIRURGICO ESTERIL VIOLETA DE PIEL | 40 | UNIDAD | MARCADOR | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | | | | |
| 78 | MARCADORES NO TOXICOS PARA MARCACIÓN DE PAQUETES - ESTERILIZACION | 40 | UNIDAD | MARCADOR | | | | | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

# FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

CODIGO: AP-CT-F-83
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1

| | |
|---|---|
| PROCESO No | IC-055-2026 |
| MODALIDAD DE SELECCION | INVITACION A COTIZAR |
| OBJETO A CONTRATAR | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." |

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

| | DESCRIPCIÓN | | | | Proponente 1 | | Proponente 2 | | Proponente 3 | | Proponente 4 | | Proponente 5 | | Proponente 6 | | Proponente 7 | | Proponente 8 | | Proponente 9 | | Proponente 10 | | Proponente 11 | | Proponente 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS | | ALFA TRADING S.A.S | | BIOPLAST S.A.S | | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S. | | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | LABORATORIO GOTHAPLAST | | M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. | | MEDICOX LTDA | | POLIMEDIC´S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS | | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | | SHERLEG LABORATORIES S.A.S | | TECNICA ELECTROMEDICA | |
| | | | | | NIT: 901.239.290-5 | | NIT: 830.041.488-7 | | NIT: 830.040.574-8 | | NIT: 828.002.423-5 | | NIT: 830.501.223-7 | | NIT: 830061856 | | NIT: 830.146.016-6 | | NIT: 830.142.523-0 | | NIT: 800.151.064-0 | | NIT : 17.068.260-3 | | NIT: 900.539.662-5 | | NIT: 830.004.892-2 | |
| 79 | MECHA PARA TAPONAMIENTO NASAL DE GASA TEJIDA 100 % ALGODÓN CON ELEMENTO RADIOPACO PAQUETE *2 | 100 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | NO CUMPLE | En la subsanción no se identifica presencia de elemento radiopaco para la mecha | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | En la subsanación de la ficha tecnica no se identifica elemento radiopaco | CUMPLE | | | |
| 80 | MECHA GINECOLOGIA ESTERIL EN GASA 100% ALGODON, PRECORTADA, CON ELEMENTO RADIOPACO | 800 | UNIDAD | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | NO CUMPLE | En la subsanción no se identifica mecha con descripción ginecologica con elemento radiopaco no se evienca muestra medica del | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 81 | PAPEL CREPADO 1 GENERACION PARA ESTERILIZACION 55-60 GRAMOS 120X120CM 4" | 10 | ROLLO | EMPAQUE CREPADO | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | PAPEL DE IMPRESION TERMICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR TUTTNAUER DE 57MM*25MT | 6 | UNIDAD | TRAZABILIDAD | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | PAPEL TERMICO PARA EQUIPO PEROXIDO DE HIDROGENO | 1 | UNIDAD | TRAZABILIDAD H2O2 | | CUMPLE | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | | | | | | | | |
| 84 | PAQUETE DE CATETER ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS<br>1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS<br>1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA<br>2 CAMPOS DE PIEL CON CITA ADHESIVA 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 CAMPO DE OJO FENESTRADO 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 SÁBANA SENCILLA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM<br>1 BOLSA PARA SUTURAS POLIETILENO<br>1 INDICADOR QUIMICO<br>1 CUBIERTA PARA MESA 1X1 MT +/- 1 CM | 300 | PAQUETE | ROPA | | | | | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | Bata con tarjeta de transferencia | | | | | | | | | | | | |
| 85 | PAQUETE DE HEMOCULTIVO ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS<br>1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS<br>1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA<br>1 CAMPO FENESTRADO DE 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 INDICADOR QUIMICO<br>1 CUBERTA PARA MESA 1X1 MT +/- 1 CM | 120 | PAQUETE | ROPA | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | | | | | CUMPLE | Bata con tarjeta de transferencia | | | | | | | | | | | | |
| 86 | PAQUETE DE LACTARIO ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS<br>1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS<br>1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA<br>2 CAMPOS DE PIEL CON CINTA ADHESIVA 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 INDICADOR QUIMICO<br>1 CUBERTA PARA MESA 1X1 MT +/- 1 CM | 120 | PAQUETE | ROPA | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | | | | | CUMPLE | Bata con tarjeta de transferencia | | | | | | | | | | | | |
| 87 | PAQUETE DE PARTO ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS<br>1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS<br>1 BATA QUIRÚRGICA CON TARJETA DE TRANSFERENCIA<br>1 INDICADOR QUÍMICO DE<br>1 PAR POLAINAS GINECOLÓGICAS<br>2 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 CAMPO DE PIEL SIN CINTA ADHESIVA 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 CAMPO PARA BEBE SIN CINTAS ADHESIVAS 100X100 CM +/- 1 CM<br>1 BOLSA PARA PLACENTA<br>1 CLAMP UMBILICAL<br>2 CUBERTA DE MESA | 220 | PAQUETE | ROPA | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | | | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | PAQUETE DE PERIDURAL ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS<br>1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS<br>1 CAMPO DE OJO FENESTRADO 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 INDICADOR QUÍMICO<br>1 CUBERTA PARA MESA 1X1 MT +/- 1 CM | 60 | PAQUETE | ROPA | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | | | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | ESTÉRIL | | | | | | | | |
| 89 | PAQUETE DE UNIDAD RENAL ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS<br>1 TOALLA PARA SECADO DE MANOS<br>1 CAMPO DE OJO FENESTRADO 76X76 CM +/- 1 CM | 60 | PAQUETE | ROPA | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | PAQUETE PREENSAMBLADO CON INDICADOR CLASE 2 PRUEBA DE BOWIE AND DICK PARA UNICO USO | 100 | PAQUETE | INDICADOR QUIMICO T-6 | | | | | | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| 91 | PAQUETE PREENSAMBLADO CON INDICADOR CLASE 2 PRUEBA DE BOWIE AND DICK PARA UNICO USO CON INDICADOR DE FALLA TEMPRANA | 40 | PAQUETE | INDICADOR QUIMICO T-6 | | | | | NO CUMPLE | No se identifica en FT indicador de falla temprana | | | | | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| 92 | PAQUETE PREENSAMBLADO DESAFÍO CON INTEGRADOR QUÍMICO TIPO 5, INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA SUPER RÁPIDA MAXIMA 24 MINUTOS DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA ( SIN TIEMPO ADICIONAL DE LECTURA) CERTIFICACIÓN POBLACIÓN DE ESPORAS 10-6 / 121° a 135° | 200 | UNIDAD | INDICADOR BIOLOGICO | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | IB 20 MINUTOS | | | CUMPLE | NO CUMPLE | En la ficha tecnica no se identifican ara metros de 121° No se identifica en el apoyo tecnologico referencias compatibles para lectura 121° a 135° | | | | |
| 93 | PAQUETE QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO, SMS / GRAMAJE MINIMO 35GRS<br>3 TOALLA PARA SECADO MANOS<br>3 BATAS QUIRÚRGICAS CON TARJETA DE TRANSFERENCIA<br>1 INDICADOR QUÍMICO DE<br>3 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 SÁBANA SENCILLA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM<br>1 CAMPO OJO CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM<br>2 CUBIERTA DE MESA | 70 | UNIDAD | ROPA | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanción | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | PAQUETE QUIRÚRGICO ORTOPEDIA ESTERIL CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"<br>6 TOALLA PARA SECADO DE MANOS<br>5 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS Y CON TARJETA DE TRANSFERENCIA<br>1 INDICADOR QUÍMICO DE<br>1 FUNDA DE MAYO IMPERMEABLE Y REFORZADA<br>4 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 SÁBANA SENCILLA LAMINADA CON CINTA ADHESIVA 2 X 150 CM +/- 1 CM<br>1 SÁBANA SENCILLA CON CINTA ADHESIVA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM<br>1 BOLSA PARA SUTURA<br>1 CAMPO QUIRÚRGICO IMPERMEABLE Y REFORZADO<br>1 CUBIERTA DE MESA IMPERMEABLE Y REFORZADA<br>1 CUBIERTA DE MESA | 180 | PAQUETE | ROPA | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | | | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | | FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | CODIGO: AP-CT-F-83<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 1 DE 1 |
|---|---|---|---|
| **PROCESO No** | | IC-055-2026 | |
| **MODALIDAD DE SELECCION** | | INVITACION A COTIZAR | |
| **OBJETO A CONTRATAR** | | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." | |

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

| | DESCRIPCIÓN | | | | | Proponente 1 | | Proponente 2 | | Proponente 3 | | Proponente 4 | | Proponente 5 | | Proponente 6 | | Proponente 7 | | Proponente 8 | | Proponente 9 | | Proponente 10 | | Proponente 11 | | Proponente 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS | | ALFA TRADING S.A.S | | BIOPLAST S.A.S | | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S. | | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | LABORATORIO GOTHAPLAST | | M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. | | MEDICOX LTDA | | POLIMEDIC´S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS | | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | | SHERLEG LABORATORIES S.A.S | | TECNICA ELECTROMEDICA | |
| | | | | | | NIT: 901.239.290-5 | | NIT: 830.041.488-7 | | NIT: 830.040.574-8 | | NIT: 828.002.423-5 | | NIT: 830.501.223-7 | | NIT: 830061856 | | NIT: 830.146.016-6 | | NIT: 830.142.523-0 | | NIT: 800.151.064-0 | | NIT : 17.068.260-3 | | NIT: 900.539.662-5 | | NIT: 830.004.892-2 | |
| 95 | PAQUETE QUIRURGICO PARA CESAREA ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"<br>3 TOALLAS PARA SECADO MANOS<br>3 BATAS QUIRÚRGICAS CON TARJETA DE TRANSFERENCIA<br>1 INDICADOR QUÍMICO DE<br>1 FUNDA DE MAYO IMPERMEABLE Y REFORZADA<br>1 CAMPOS DE PIEL SIN CINTA ADHESIVA 76X76 CM +/- 1 CM<br>4 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM<br>1 SÁBANA SENCILLA SIN CINTA ADHESIVA 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM<br>1 CAMPO DE CESÁREA CON FENESTRACIÓN Y REFUERZO ABSORBENTE<br>1 CAMPOS SENCILLOS PARA BEBE SIN CINTAS ADHESIVAS<br>1 CLAMP UMBILICAL<br>2 CUBERTA DE MESA | 110 | PAQUETE | ROPA | | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanción | | | | | | | |
| 96 | PAQUETE QUIRURGICO PARA LAPAROTOMIA O GENERAL ESTERIL, CON INDICADOR QUIMICO INTERNO EN SMS / GRAMAJE MINIMO 35 GRS"<br>3 TOALLAS PARA SECADO DE MANOS<br>3 BATAS QUIRÚRGICAS<br>1 INDICADOR QUÍMICO DE<br>1 FUNDA DE MAYO IMPERMEABLE Y REFORZADA<br>2 CAMPOS DE PIEL SIN CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM<br>4 CAMPOS DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS 76X76 CM +/- 1 CM<br>2 SÁBANAS SENCILLAS SIN CINTAS ADHESIVAS 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM<br>1 CAMPO QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA GENERAL CON FENESTRACIÓN Y REFUERZO ABSORBENTE<br>2 CUBERTAS DE MESA | 1000 | PAQUETE | ROPA | | | | NO CUMPLE | No se identifica gramaje | | | NO CUMPLE | No se identifica subsanción | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 100CM X 100CM | 1100 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPILENO | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | En la subsanción el gramaje no corresponde al requerimiento | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | CUMPLE | 60GR | | | | | | | | |
| 98 | PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 120CM X 120CM | 2000 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPILENO | | | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanción | | | | | | | | |
| 99 | PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 75CM X 75CM | 1300 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPILENO | | | | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | En la subsanción el gramaje no corresponde al requerimiento | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanción | | | | | | | | |
| 100 | PLIEGO ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 50 A 60 gr 50CM X 50CM | 1300 | UNIDAD | EMPAQUE POLIPROPILENO | | | | NO CUMPLE | 75X75CM | | | NO CUMPLE | En la subsanación no se identifica gramaje | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| 101 | RECOLECTOR BIOLOGICO DE CORTOPUNZANTES CON ALTURA DE 45 CM PARA MATERIAL LARGO | 10 | UNIDAD | RECOLECTOR | | | | | | CUMPLE | FT altura 45cm | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | CUMPLE | | | | | | | | | |
| 102 | ROLLO DE 100% ALGODÓN TIPO HOSPITALARIO * 500 GR | 250 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | CUMPLE | ROLLO | | | CUMPLE | | | | | |
| 103 | ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 350MM X 6,5MM X 100MT | 18 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | NO CUMPLE | La ficha subsanada no identifica el fuelle | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 104 | ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 380MM X 6MM X 100MT | 18 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | La ficha subsanada no identifica el fuelle | | | | | | | | | | |
| 105 | ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300MM X 6,5MM X 100MT | 4 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | NO CUMPLE | La ficha subsanada no identifica el fuelle | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 106 | ROLLO FUELLE (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICOCON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 250MM X 6,5MM X 100MT | 5 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se identifica subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 107 | ROLLO GASA TEJIDA NO ESTERIL TIPO HOSPITALARIO 0.90 X 90 MTRS ANCHO 45 CM ROLLO | 450 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 108 | ROLLO PAPEL CREPADO 1 GENERACION PARA ESTERILIZACION 50-54 CM X 100MT AZUL/VERDE ROLLO" | 25 | ROLLO | EMPAQUE CREPADO | | | | NO CUMPLE | 60X100MTS | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 109 | ROLLO PAPEL CREPADO 1 GENERACION PARA ESTERILIZACION 50-54CM X 200MT AZUL/VERDE ROLLO" | 30 | ROLLO | EMPAQUE CREPADO | | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 100MM X 70 MTS | 3 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | NO CUMPLE | El gramaje de la FT no corresponde a la solicitud | | | | | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico | NO CUMPLE | El gramaje no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha y gramaje no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 111 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 150MM X 70 MTS | 18 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | NO CUMPLE | El gramaje de la FT no corresponde a la solicitud | | | | | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | El gramaje no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha y gramaje no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 112 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 200MM X 70 MTS | 5 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | NO CUMPLE | El gramaje de la FT no corresponde a la solicitud | | | | | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | El gramaje no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha y gramaje no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 113 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 250MM X 70 MTS | 18 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | NO CUMPLE | El gramaje de la FT no corresponde a la solicitud | | | | | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | El gramaje no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha y gramaje no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 114 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 300MM X 70 MTS | 18 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | | | | | | | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | El gramaje no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha y gramaje no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 115 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 350MM X 70 MTS | 3 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | NO CUMPLE | El gramaje de la FT no corresponde a la solicitud | | | | | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 116 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 400MM X 70 MTS | 18 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | | | | | | | | | NO CUMPLE | El gramaje y medida no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha, gramaje y medidas no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 117 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 500MM X 70 MTS | 18 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | NO CUMPLE | El gramaje de la FT no corresponde a la solicitud | | | | | | | NO CUMPLE | El gramaje no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha y gramaje no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

# FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

CODIGO: AP-CT-F-83
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1

| | |
|---|---|
| PROCESO No | IC-055-2026 |
| MODALIDAD DE SELECCION | INVITACION A COTIZAR |
| OBJETO A CONTRATAR | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." |

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

| | DESCRIPCIÓN | | | | Proponente 1 | | Proponente 2 | | Proponente 3 | | Proponente 4 | | Proponente 5 | | Proponente 6 | | Proponente 7 | | Proponente 8 | | Proponente 9 | | Proponente 10 | | Proponente 11 | | Proponente 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS | | ALFA TRADING S.A.S | | BIOPLAST S.A.S | | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S. | | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | LABORATORIO GOTHAPLAST | | M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. | | MEDICOX LTDA | | POLIMEDIC´S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS | | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | | SHERLEG LABORATORIES S.A.S | | TECNICA ELECTROMEDICA | |
| | | | | | NIT: 901.239.290-5 | | NIT: 830.041.488-7 | | NIT: 830.040.574-8 | | NIT: 828.002.423-5 | | NIT: 830.501.223-7 | | NIT: 830061856 | | NIT: 830.146.016-6 | | NIT: 830.142.523-0 | | NIT: 800.151.064-0 | | NIT : 17.068.260-3 | | NIT: 900.539.662-5 | | NIT: 830.004.892-2 | |
| 118 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA H2O2 ESTERILIZACION ) TYVEK CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESO A LO LARGO DEL ROLLO 70-75 GR/M2 DE 75MM X 70 MTS | 2 | ROLLO | EMPAQUE H2O2 | | NO CUMPLE | El gramaje de la FT no corresponde a la solicitud | | | | | | NO CUMPLE | El gramaje y medida no corresponde a la solicitud. No se identifican fecha de vencimiento y lote impreso. | NO CUMPLE | No se identifican impresión de lote y fecha y gramaje no corresponde | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 119 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 200 MM X 200MT | 18 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 120 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300 MM* 200MT | 5 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 121 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I Y ETO 70GR/M2 DE 125 MM* 200MT | 6 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | En la subsanación no se identifica ficha tecnica | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 150 MM X 200MT | 18 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 123 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 75 MM* 200MT | 6 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 124 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 100 MM X 200MT | 18 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 125 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 350 MM* 200MT | 1 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 126 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 380 MM* 200MT | 18 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | | | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | NO CUMPLE | Las medidas solicitadas no se identifican en la FT | | | | | | | | | |
| 127 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 250 MM* 200MT | 6 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 128 | ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 50 MM X 200MT | 5 | ROLLO | EMPAQUE GRADO MEDICO | | | | | NO CUMPLE | No se identifica apoyo tecnológico de acuerdo a requerimiento | NO CUMPLE | No se identifican las cantidades y caracteristicas del apoyo tecnológico en la subsanación | NO CUMPLE | En la carta de compromiso no se evidencian las caracteristicas del apoyo tecnologico | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | |
| 129 | SÁBANA SENCILLA ESTERIL 2.20 X 1.50 CM +/- 1 CM CON 1 INDICADOR QUÍMICO | 60 | UNIDAD | ROPA | | | | | | | | | CUMPLE | Estéril | CUMPLE | | | | CUMPLE | | | | | | | | | |
| 130 | SISTEMA ETIQUETADO /DOCUMENTO PROCESOS ESTERILIZACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CON POSIBILIDAD DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 6 | UNIDAD | TRAZABILIDAD | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | |
| 131 | SISTEMA ETIQUETADO /DOCUMENTO PROCESOS ESTERILIZACION DE VAPOR Y OXIDO ETILENO , CON POSIBILIDAD DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 6 | UNIDAD | TRAZABILIDAD | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | | | | | | | | | | | |
| 132 | TAPETE ANTIBACTERIAL CON SUPERFICIVE ADHESIVA PARA ADHERENCIA DE PARTICULAS, MULTILAMINADO 45*115CM +/- 2CM | 5 | UNIDAD | LIMPIEZA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | CUMPLE | ESTERICON | | | CUMPLE | | | | | |
| 133 | TEST DE LIMPIEZA PARA MEDICIÓN DE DE EFECTIVIDAD DE LAVADO COMPATIBLES CON TERMODESINFECTORA MATHIACHANA/ STEELCO | 140 | UNIDAD | INDICADOR QUIMICO LIMPIEZA | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | | | |
| 134 | TORUNDA ESTERIL SOBRE ( POR 4 ESFERAS PRECORTADA ELABORADO EN GASA) TEJIDA Y 100% ALGODÓN CON ELEMENTO RADIOPACO | 200 | PAQUETE | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | CUMPLE | | |
| 135 | VENDA DE ALGODON 3 X 5 YARDAS ESTERIL | 80 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 136 | VENDA DE ALGODON 4 X 5 YARDAS ESTERIL | 80 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

# FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL


| | |
|---|---|
| CODIGO: AP-CT-F-83 | |
| VERSIÓN: 1 | |
| PÁGINA: 1 DE 1 | |

| | |
|---|---|
| **PROCESO No** | IC-055-2026 |
| **MODALIDAD DE SELECCION** | INVITACION A COTIZAR |
| **OBJETO A CONTRATAR** | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." |

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

| | DESCRIPCIÓN | | | | Proponente 1 | | Proponente 2 | | Proponente 3 | | Proponente 4 | | Proponente 5 | | Proponente 6 | | Proponente 7 | | Proponente 8 | | Proponente 9 | | Proponente 10 | | Proponente 11 | | Proponente 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS | | ALFA TRADING S.A.S | | BIOPLAST S.A.S | | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S. | | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S | | LABORATORIO GOTHAPLAST | | M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. | | MEDICOX LTDA | | POLIMEDIC´S POLIFARMA S.A.S. - POLIFARMA SAS | | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | | SHERLEG LABORATORIES S.A.S | | TECNICA ELECTROMEDICA | |
| | | | | | NIT: 901.239.290-5 | | NIT: 830.041.488-7 | | NIT: 830.040.574-8 | | NIT: 828.002.423-5 | | NIT: 830.501.223-7 | | NIT: 830061856 | | NIT: 830.146.016-6 | | NIT: 830.142.523-0 | | NIT: 800.151.064-0 | | NIT : 17.068.260-3 | | NIT: 900.539.662-5 | | NIT: 830.004.892-2 | |
| 137 | VENDA DE ALGODON 5 X 5 YARDAS ESTERIL | 80 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 138 | VENDA DE ALGODON 6 X 5 YARDAS ESTERIL | 80 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 139 | VENDAJE DE GASA TEJIDA ESTERIL 100% ALGODÓN DE 30CM*15MTS | 80 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | |
| 140 | VENDAJE DE GASA TEJIDA ESTERIL 100% ALGODÓN DE 15CM*15MTS | 80 | ROLLO | MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | No se evidencia subsanación | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | |

**EVALUADORES**

| | NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| EVALUADOR TENICO | MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO<br>Instrumentador Quirúrgico<br><br>MARTHA CAROLINA OSPINA PULIDO<br>Instrumentador Quirúrgico |  |
| SUPERVISOR | JENNIFFER LUNA ROA |  |
| DIRECTOR DE ÁREA (E ) | JOSÉ EMIGDIO GUTIERREZ REINA |  |