HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ESTADIÓMETRO	
seca 213 Estadiómetro portátil El estadiómetro portátil seca 213 pesa tan sólo 2.4 kg.	
Nombre del equipo	Estadiómetro portátil - seca 213 El estadiómetro portátil seca 213 pesa tan sólo 2.4 kg.
Tipo de equipo	Estadiómetro portátil - seca 213 El estadiómetro portátil seca 213 pesa tan sólo 2.4 kg. Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared. Con amplia base que le otorga estabilidad. Fácil lectura del resultado, incluso durante la medición. Confortable y fácil de transportar. El estadiómetro móvil seca 213 es particularmente adecuado para aplicaciones que requieran desplazamientos; por ejemplo, para medir la estatura de niños y adolescentes en el marco de revisiones médicas escolares, para las tareas de cuidadores de enfermos y ancianos, de trabajadores de la salud y también para consultorios médicos y hospitales con departamentos de pediatría y medicina juvenil. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta con facilidad a cualquier sitio.
Marca	Seca
Modelo	Seca 213
Serial o lote	10000000837216
Ubicación	CDI – Oficina de nutrición
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista
Fecha de calibración	01-02-2023 / SH23-53346
Fecha de ingreso	Agosto 2024
Instrucciones de uso y almacenamiento	Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared. Consistente de varias piezas, el tallímetro desmontable del estadiómetro seca 213 se monta rápida y fácilmente, y con unas pocas maniobras se fija firmemente a la amplia y sólida base, sin necesidad de asegurarlo en una pared. Medición con el estadiómetro: La persona a medir se coloca a espaldas del tallímetro y con una escuadra (o algo similar) se baja hasta la cabeza. En el campo de visión aparece la altura del cuerpo, en centímetros y pulgadas. Almacenar en una superficie estable.
Datos técnicos	Datos técnicos

	Rango de medición en cm: 20 - 205 cm División:1 mm, 1 mm Dimensiones (AxAxP): 337 x 2165 x 590 mm Peso neto: 2,4 kg CE: CE 0123
Sensibilidad	1 mm
Capacidad	205 cm
Anexos	Certificado de calibración y manuales.

CALIBRACIÓN	
FECHA	**RESULTADO Y/O OBSERVACIÓN**

INSPECCIÓN	
FECHA	**RESULTADO Y/O OBSERVACIÓN**
22-08-24	En buen estado
10-09-24	En buen estado
03-10-24	En buen estado
07-11-24	En buen estado
04-12-24	En buen estado