HOJA DE VIDA DE EQUIPOS TERMÓMETRO DE FRIO	
Termómetro digital	
Nombre del equipo	Termómetro Digital
Tipo de equipo	Termómetro Digital TP 101
Marca	TP 101
Modelo	TP 101
Serial o lote	14218 – ID interna “FRIO”
Fecha de ingreso	2022
Fecha de calibración	12-12-2023 TE-2023-0584
Ubicación	CDI – Servicio de alimentación
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista y/o manipuladoras de alimentos
Instrucciones de uso	Medición: - Tener el termómetro limpio y desinfectado. - Encender. - Introducir el punzón en el alimento (parte central) y esperar que la lectura se estabilice en el tablero. Realizar la lectura.
Datos técnicos y almacenamiento	Termómetro para Alimentos y Pruebas Liquidas Pantalla digital LCD para una fácil Lectura. Peso: 75g Tamaño: 23x2x2 cm Voltaje de funcionamiento: 1.5 V (no incluir la batería) Resolución de la temperatura: 0.10/Fahrenheit Precisión: 0.0 grados centígrados a 80 centígrados (± 1 o 2 centígrados Fahrenheit), otro rango (± 5 centígrados-10 centígrados o 10-20 Fahrenheit) Frecuencia de medición: 1 seg, 10 seg, dormir, Selección automática ON/OFF, centígrados/Fahrenheit y mantenga los botones. Las principales funciones disponibles: Rango de medición:-50 centígrados ~ + 300 grados centígrados y -58 ° a +572 ° F Centígrados y Fahrenheit pantalla seleccionable Sensación de batería baja y la pantalla Memoria de la medida pasada Disponer en un lugar estable, sin exceso de frio o calor.
Sensibilidad	1 grado centígrado
Capacidad	-50+300ºC

CALIBRACIÓN	
FECHA	**RESULTADO Y/O OBSERVACIÓN**

INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN INTERMEDIA	
FECHA	**RESULTADO Y/O OBSERVACIÓN**
06-03-24	Inspección - En buen estado
06-03-24	Verificación intermedia - Cumple
09-04-24	Inspección - En buen estado
09-05-24	Inspección - En buen estado
09-05-24	Verificación intermedia - Cumple
03-06-24	Inspección - En buen estado
05-07-24	Inspección - En buen estado
13-08-24	Inspección - En buen estado
13-08-24	Verificación intermedia – Cumple
10-09-24	Inspección - En buen estado
03-10-24	Inspección - En buen estado
06-11-24	Verificación intermedia – Cumple
07-11-24	Inspección - En buen estado
04-12-24	Inspección - En buen estado