JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Funza - Cundinamarca, 2 de junio de 2022.

Señores:
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María
Funza

Durante el día 17 de mayo del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.
- Inventario de equipos para calibración.

EQUIPOS:

Para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en el hogar, presentaron la totalidad de 22 equipos, correspondientes al área de ENFERMERÍA y TERAPIA FÍSICA.

REPORTES:

AREA	EQUIPOS	DETALLE	CORRECTIVO / PROX VISITA
Terapia Fisica	Bascula Piso Electronica	Moresco – CM19011	
	Masajeador de Pie	Homedics – 297515008	
	Ultrasonido	White Swan – 0008763	
	Ultrasonido	Silver Fox – 0067423	
Enfermería	Balanza Analoga	Bonlari – 130 kg	
	Balanza Digital	Nekar – 150 kg	
	Fonendoscopio Doble	Nacional – Morado	Cambio de campana adulto
	Fonendoscopio Doble	Prestige – Verde	Membrana adulto prox. Vista
	Fonendoscopio Doble	Prestige – Azul Celeste	Membrana adulto prox. Visita
	Fonendoscopio Sencillo	Nacional – Azul Celeste	
	Fonendoscopio Sencillo	Honsun – Morado	
	Nevera Vertical	Challenger – 040073100429	
	Oxímetro de Pulso	Choicemmed – 202769956661	

Enfermeria	Oxímetro de Pulso	Choicemmed – 202769958468	
	Oximetro de Pulso	Choicemmed – 193556501728	
	Tensiómetro Aneroide	Sphygmomanometer – Adulto	
	Tensiómetro Aneroide	GMD – Adulto	
	Tensiómetro Digital	GMD – BA4851200601980D	
	Tensiometro Digital	Alfa Safe – 1810093324	
	Tensiometro Digital	Alfa Safe – 1810093327	Brazalete Adulto prox. Visita
	Termometro Max y Min	Kex Germany – RT803E	
	Termohigrometro	HTC2 – 210415845085	

CALIBRACIÓN:

Los equipos listados a continuación, son equipos que se encuentran en uso, que anteriormente fueron calibrados y que actualmente requieren calibración


- Bascula de Piso Digital (1)
- Bascula de Piso Mecánica (1)
- Termómetro de Max y Min (1)
- Termohigrómetro Digital (1)
- ***TOTAL EQUIPOS: (4)***

Se entrega reporte adicional con la especificación de los equipos a calibrar para solicitar cotización y prestación del servicio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Equipos - Mantenimiento:





JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451














JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación física, que fue entregada al Hogar, el cual fue almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,



_____

Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería