

Funza - Cundinamarca, 2 de junio de 2022.

Señores:

**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**  
**Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María**  
**Funza**

Durante el día 17 de mayo del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.
- Inventario de equipos para calibración.

#### **EQUIPOS:**

Para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en el hogar, presentaron la totalidad de 22 equipos, correspondientes al área de ENFERMERÍA y TERAPIA FÍSICA.

#### **REPORTES:**

| AREA           | EQUIPOS                  | DETALLE                   | CORRECTIVO / PROX VISITA     |
|----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Terapia Física | Bascula Piso Electronica | Moresco – CM19011         |                              |
|                | Masajeador de Pie        | Homedics – 297515008      |                              |
|                | Ultrasonido              | White Swan – 0008763      |                              |
|                | Ultrasonido              | Silver Fox – 0067423      |                              |
| Enfermería     | Balanza Analoga          | Bonlari – 130 kg          |                              |
|                | Balanza Digital          | Nekar – 150 kg            |                              |
|                | Fonendoscopio Doble      | Nacional – Morado         | Cambio de campana adulto     |
|                | Fonendoscopio Doble      | Prestige – Verde          | Membrana adulto prox. Vista  |
|                | Fonendoscopio Doble      | Prestige – Azul Celeste   | Membrana adulto prox. Visita |
|                | Fonendoscopio Sencillo   | Nacional – Azul Celeste   |                              |
|                | Fonendoscopio Sencillo   | Honsun – Morado           |                              |
|                | Nevera Vertical          | Challenger – 040073100429 |                              |
|                | Oxímetro de Pulso        | Choicemmed – 202769956661 |                              |

|            |                      |                           |                               |
|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Enfermeria | Oxímetro de Pulso    | Choicemmed – 202769958468 |                               |
|            | Oximetro de Pulso    | Choicemmed – 193556501728 |                               |
|            | Tensiómetro Aneroide | Sphygmomanometer – Adulto |                               |
|            | Tensiómetro Aneroide | GMD – Adulto              |                               |
|            | Tensiómetro Digital  | GMD – BA4851200601980D    |                               |
|            | Tensiometro Digital  | Alfa Safe – 1810093324    |                               |
|            | Tensiometro Digital  | Alfa Safe – 1810093327    | Brazalete Adulto prox. Visita |
|            | Termometro Max y Min | Kex Germany – RT803E      |                               |
|            | Termohigrometro      | HTC2 – 210415845085       |                               |

## CALIBRACIÓN:


Los equipos listados a continuación, son equipos que se encuentran en uso, que anteriormente fueron calibrados y que actualmente requieren calibración

- Bascula de Piso Digital (1)
- Bascula de Piso Mecánica (1)
- Termómetro de Max y Min (1)
- Termohigrómetro Digital (1)
- **TOTAL EQUIPOS: (4)**

Se entrega reporte adicional con la especificación de los equipos a calibrar para solicitar cotización y prestación del servicio.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### Equipos - Mantenimiento:





Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación física, que fue entregada al Hogar, el cual fue almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,



---

Ing. Johana Rodríguez Romero  
Departamento de Ingeniería