

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BALANZA DE PISO MECANICA	MODELO:	130 KG
MARCA:	BONLARI	INVENTARIO:	M013
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☐	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☒
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio. Ajuste a cero. Test con patrón

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA

22

MES

12

AÑO

2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BALANZA DE PISO DIGITAL

MODELO: 2008C / 150KG

MARCA: NEKAR

INVENTARIO: N/A

SERIE: S/S

UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☐

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

BATERIA CR 2032 3V

1

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	FONENDOSCOPIO DOBLE	MODELO:	MORADO
MARCA:	NACIONAL	INVENTARIO:	M083
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☐	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA

22

MES

12

AÑO

2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO DOBLE

MODELO: HS30C - VERDE

MARCA: PRESTIGE

INVENTARIO: M017

SERIE: S/S

UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☐

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☐

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	FONENDOSCOPIO DOBLE	MODELO:	AZUL
MARCA:	PRESTIGE	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☐	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA

22

MES

12

AÑO

2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO SENCILLO

MODELO: ADULTO / AZUL

MARCA: GENERICO

INVENTARIO: M016

SERIE: S/S

UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☐

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☐

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	FONENDOSCOPIO SENCILLO	MODELO:	HS30B - MORADO
MARCA:	HONSUN	INVENTARIO:	M015
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☐	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: NEVERA VERTICAL	MODELO: CR150
MARCA: CHALLENGER	INVENTARIO: M023
SERIE: 40073100429	UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☒	VERIFICACION TECLADO	☐	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☒	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	OXIMETRO DE PULSO	MODELO:	MD300C29
MARCA:	CHICEMMED	INVENTARIO:	M028
SERIE:	202769956661	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☒	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO

MODELO: MD300C29

MARCA: CHICEMMED

INVENTARIO: N/A

SERIE: 202769958468

UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☒

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☒

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☒

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	OXIMETRO DE PULSO	MODELO:	MD300C11
MARCA:	OXIWATCH	INVENTARIO:	M019
SERIE:	193556501728	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☒	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA

22

MES

12

AÑO

2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE

MODELO: ADULTO

MARCA: SPHYMOMANOMETER

INVENTARIO: M031

SERIE: S/S

UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☒

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☐

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☒

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☒

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☐

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☐

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☒

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Se realiza ajuste a cero del manometro. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO



REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE MODELO: ADULTO
MARCA: GMD INVENTARIO: M032
SERIE: S/S UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☒
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☐	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☒	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☒
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Se realiza ajuste a cero del manometro. Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. 

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIOMETRO DIGITAL	MODELO: BPM-1491C
MARCA: GMD	INVENTARIO: M030
SERIE: BA4851200601980D	UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☒
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☒	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☒	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TENSIOMETRO DIGITAL	MODELO:	PG-800B11
MARCA:	ALFA SAFE	INVENTARIO:	M022
SERIE:	1810093324	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☒
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☒	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☒	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
BRAZALETE ADULTO	1
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TENSIOMETRO DIGITAL	MODELO:	PG-800B11
MARCA:	ALFA SAFE	INVENTARIO:	M021
SERIE:	181003327	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☒
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☒	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☒	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
BRAZALETE ADULTO	1
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE MAX Y MIN	MODELO:	RT-803E
MARCA:	KEX GERMANY	INVENTARIO:	M024
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JH
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	MODELO:	HTC2
MARCA:	DIGITAL TYH	INVENTARIO:	M025
SERIE:	210415845085	UBICACIÓN:	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA

22

MES

12

AÑO

2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LAMPARA CUELLO DE CISNE

MODELO: PL901

MARCA: QUARZ LAMPEN HANAU

INVENTARIO: M018

SERIE: S/S

UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

VISITA CORTESIA ☐

TRASLADO DE EQUIPO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

ACTUALIZACION ☐

INSTALACION/ENTREGA ☐

GARANTIA ☐

CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐

VERIFICACION IMPRESIÓN ☐

PRUEBA DE FUGAS ☐

VERIFICACION SPO2 ☐

VERIFICAION TRADUCTORES ☐

PRUEBA SIMULADOR ☐

VERIFICACION NIBP ☐

VERIFICACION KVA Y MAS ☐

PRESION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TEMPERATURA ☐

VERIFICACION TECLADO ☐

LUBRICACION ☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐

VERIFICACION CONECTORES ☐

CALIBRACION ☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐

VERIFICACION ACCESORIOS ☐

REPARACION ☐

VERIFICACION RED ELECTRICA ☒

MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐

INSPECCION FISICA ☒

VERIFICACION CON BATERIA ☐

MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐

LIMPIEZA GENERAL ☒

VERIFICACION PALETAS ☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐

AJUSTES ☐

VERIFICACION CO2 ☐

MANTENIMIENTO GENERAL ☒

TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

BOMBILLO LED 100W

1

CBLE DE PODER

1

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Requiere repuestos para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO


REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA DE PISO ELECTRONICA	MODELO:	300KG
MARCA:	MORESCO	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	CM19011	UBICACIÓN:	TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BICICLETA ESTATICA	MODELO:	2325-1202
MARCA:	GIMONDI	INVENTARIO:	M002
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☒
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☒	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BICICLETA ESTATICA DE REMO **MODELO:** N/A
MARCA: SUNBAKER **INVENTARIO:** M001
SERIE: S/S **UBICACIÓN:** TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ VISITA CORTESIA ☐ TRASLADO DE EQUIPO ☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ ACTUALIZACION ☐ INSTALACION/ENTREGA ☐
GARANTIA ☐ CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐	VERIFICACION IMPRESIÓN ☐	PRUEBA DE FUGAS ☐
VERIFICACION SPO2 ☐	VERIFICAION TRADUCTORES ☐	PRUEBA SIMULADOR ☐
VERIFICACION NIBP ☐	VERIFICACION KVA Y MAS ☐	PRESION TEMPERATURA ☐
VERIFICACION TEMPERATURA ☐	VERIFICACION TECLADO ☐	LUBRICACION ☒
VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐	VERIFICACION CONECTORES ☐	CALIBRACION ☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐	VERIFICACION ACCESORIOS ☐	REPARACION ☐
VERIFICACION RED ELECTRICA ☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐	INSPECCION FISICA ☒
VERIFICACION CON BATERIA ☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐	LIMPIEZA GENERAL ☒
VERIFICACION PALETAS ☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐	AJUSTES ☐
VERIFICACION CO2 ☐	MANTENIMIENTO GENERAL ☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. [Signature]
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	CAMINADORA DE BANDA	MODELO:	SX14-20
MARCA:	FORMA FOCUS	INVENTARIO:	M004
SERIE:	8C960015	UBICACIÓN:	TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☒
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☒	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. R.
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ELIPTICA **MODELO:** N/A
MARCA: EVOLUTION **INVENTARIO:** M005
SERIE: S/S **UBICACIÓN:** TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ VISITA CORTESIA ☐ TRASLADO DE EQUIPO ☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ ACTUALIZACION ☐ INSTALACION/ENTREGA ☐
GARANTIA ☐ CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐	VERIFICACION IMPRESIÓN ☐	PRUEBA DE FUGAS ☐
VERIFICACION SPO2 ☐	VERIFICAION TRADUCTORES ☐	PRUEBA SIMULADOR ☐
VERIFICACION NIBP ☐	VERIFICACION KVA Y MAS ☐	PRESION TEMPERATURA ☐
VERIFICACION TEMPERATURA ☐	VERIFICACION TECLADO ☒	LUBRICACION ☒
VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐	VERIFICACION CONECTORES ☒	CALIBRACION ☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐	VERIFICACION ACCESORIOS ☐	REPARACION ☐
VERIFICACION RED ELECTRICA ☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐	INSPECCION FISICA ☒
VERIFICACION CON BATERIA ☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐	LIMPIEZA GENERAL ☒
VERIFICACION PALETAS ☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐	AJUSTES ☐
VERIFICACION CO2 ☐	MANTENIMIENTO GENERAL ☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	MASAJEADOR PARA PIES	MODELO:	FMV-400H
MARCA:	HOMEDICS	INVENTARIO:	N/A
SERIE:	297515008	UBICACIÓN:	TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☐	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☐	LUBRICACION	☒
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☐	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JF
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA

DÍA

22

MES

12

AÑO

2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ULTRASONIDO

MODELO: WS800

MARCA: WHITE SWAN

INVENTARIO: M011

SERIE: 0008763

UBICACIÓN: TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

VISITA CORTESIA

☐

TRASLADO DE EQUIPO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

ACTUALIZACION

☐

INSTALACION/ENTREGA

☐

GARANTIA

☐

CAPACITACION

☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG

☐

VERIFICACION IMPRESIÓN

☐

PRUEBA DE FUGAS

☐

VERIFICACION SPO2

☐

VERIFICAION TRADUCTORES

☒

PRUEBA SIMULADOR

☐

VERIFICACION NIBP

☐

VERIFICACION KVA Y MAS

☐

PRESION TEMPERATURA

☐

VERIFICACION TEMPERATURA

☐

VERIFICACION TECLADO

☒

LUBRICACION

☐

VERIFICAICON AIRE/SKIN

☐

VERIFICACION CONECTORES

☐

CALIBRACION

☐

VERIFICACION CARGA Y DESCARGA

☐

VERIFICACION ACCESORIOS

☒

REPARACION

☐

VERIFICACION RED ELECTRICA

☒

MANTENIMIENTO NEUMATICO

☐

INSPECCION FISICA

☒

VERIFICACION CON BATERIA

☐

MANTENIMIENTO ELECTRICO

☐

LIMPIEZA GENERAL

☒

VERIFICACION PALETAS

☐

MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO

☐

AJUSTES

☐

VERIFICACION CO2

☐

MANTENIMIENTO GENERAL

☐

TEST DE FUNCIONAMIENTO

☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CANT.

//

//

//

//

//

//

//

//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. 

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	ULTRASONIDO	MODELO:	F801A
MARCA:	SILVER FOX	INVENTARIO:	M012
SERIE:	0067423	UBICACIÓN:	TERAPIA FISICA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	VISITA CORTESIA	☐	TRASLADO DE EQUIPO	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	ACTUALIZACION	☐	INSTALACION/ENTREGA	☐
GARANTIA	☐	CAPACITACION	☐		

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG	☐	VERIFICACION IMPRESIÓN	☐	PRUEBA DE FUGAS	☐
VERIFICACION SPO2	☐	VERIFICAION TRADUCTORES	☒	PRUEBA SIMULADOR	☐
VERIFICACION NIBP	☐	VERIFICACION KVA Y MAS	☐	PRESION TEMPERATURA	☐
VERIFICACION TEMPERATURA	☐	VERIFICACION TECLADO	☒	LUBRICACION	☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN	☐	VERIFICACION CONECTORES	☐	CALIBRACION	☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA	☐	VERIFICACION ACCESORIOS	☒	REPARACION	☐
VERIFICACION RED ELECTRICA	☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO	☐	INSPECCION FISICA	☒
VERIFICACION CON BATERIA	☐	MANTENIMIENTO ELECTRICO	☐	LIMPIEZA GENERAL	☒
VERIFICACION PALETAS	☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO	☐	AJUSTES	☐
VERIFICACION CO2	☐	MANTENIMIENTO GENERAL	☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO	☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. Jf

REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: GRAMERA DIGITAL **MODELO:** 9210
MARCA: BERNALO **INVENTARIO:** N/A
SERIE: S/S **UBICACIÓN:** NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ VISITA CORTESIA ☐ TRASLADO DE EQUIPO ☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ ACTUALIZACION ☐ INSTALACION/ENTREGA ☐
GARANTIA ☐ CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐	VERIFICACION IMPRESIÓN ☐	PRUEBA DE FUGAS ☐
VERIFICACION SPO2 ☐	VERIFICAION TRADUCTORES ☐	PRUEBA SIMULADOR ☐
VERIFICACION NIBP ☐	VERIFICACION KVA Y MAS ☐	PRESION TEMPERATURA ☐
VERIFICACION TEMPERATURA ☐	VERIFICACION TECLADO ☒	LUBRICACION ☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐	VERIFICACION CONECTORES ☐	CALIBRACION ☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐	VERIFICACION ACCESORIOS ☐	REPARACION ☐
VERIFICACION RED ELECTRICA ☐	MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐	INSPECCION FISICA ☒
VERIFICACION CON BATERIA ☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐	LIMPIEZA GENERAL ☒
VERIFICACION PALETAS ☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐	AJUSTES ☐
VERIFICACION CO2 ☐	MANTENIMIENTO GENERAL ☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JH
REALIZO

RECIBE

CIUDAD: FUNZA

ENTIDAD: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	12	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BASCULA DE PISO ELECTRONICA **MODELO:** LOGITIC-S / 150 KG
MARCA: BBG COLOMBIA SAS **INVENTARIO:** N/A
SERIE: **UBICACIÓN:** NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ VISITA CORTESIA ☐ TRASLADO DE EQUIPO ☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ ACTUALIZACION ☐ INSTALACION/ENTREGA ☐
GARANTIA ☐ CAPACITACION ☐

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG ☐	VERIFICACION IMPRESIÓN ☐	PRUEBA DE FUGAS ☐
VERIFICACION SPO2 ☐	VERIFICAION TRADUCTORES ☐	PRUEBA SIMULADOR ☐
VERIFICACION NIBP ☐	VERIFICACION KVA Y MAS ☐	PRESION TEMPERATURA ☐
VERIFICACION TEMPERATURA ☐	VERIFICACION TECLADO ☒	LUBRICACION ☐
VERIFICAICON AIRE/SKIN ☐	VERIFICACION CONECTORES ☐	CALIBRACION ☐
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA ☐	VERIFICACION ACCESORIOS ☐	REPARACION ☐
VERIFICACION RED ELECTRICA ☒	MANTENIMIENTO NEUMATICO ☐	INSPECCION FISICA ☒
VERIFICACION CON BATERIA ☒	MANTENIMIENTO ELECTRICO ☐	LIMPIEZA GENERAL ☒
VERIFICACION PALETAS ☐	MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO ☐	AJUSTES ☐
VERIFICACION CO2 ☐	MANTENIMIENTO GENERAL ☐	TEST DE FUNCIONAMIENTO ☒

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	CANT.
//	//
//	//
//	//
//	//

OBSERVACIONES

Apto para su uso en el servicio.

☒ EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R. JH
REALIZO

RECIBE