



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUMENTO MEDICO USADO PARA LA MEDION DE LA PRESION ARTERIAL

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: HONSUN
1.2 MODELO: HS20D- ADULTO
1.3 SERIE: 126583
1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BRAZALETE 2 VIA ADULTO	N/A	N/A	N/A
PERA	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: Nantong Co Ltd DIRECCION: Rm.C Piso 22, Edificio Zhiyuan, No. 768 Xietu Road Shanghai, China
TELEFONO: + 86-21-63056696 CORREO:

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: MECANICO
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A 4.9 OTRO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUMENTO MEDICO USADO PARA LA MEDION DE LA PRESION ARTERIAL

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: B&C
1.2 MODELO: 3100 - ADULTO
1.3 SERIE: N/A
1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BRAZALETE 2 VIA ADULTO	N/A	N/A	N/A
PERA	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: MECANICO
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A 4.9 OTRO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TENSIOMETRO DIGITAL



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUMENTO MEDICO USADO PARA LA MEDION DE LA PRESION ARTERIAL

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: ALFA SAFE
1.2 MODELO: PG-800B11
1.3 SERIE: 1810093324
1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☐

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BRAZALETE	INDEX	ADULTO	N/A
ADAPTADOR CA	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 7 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: ALFASAFE DIRECCION: AlfaTrading: Calle 23 No. 116-31 Parque Ind. Puerto Central
TELEFONO: (57) 1 428 3966 CORREO: servicioalcliente@alfatrading.com.co

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☒ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 120 V 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): 3W
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): 60 Hz
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: 450 gr (Sin bateria) 4.9 OTRO: BATERIA "AA" 6V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☒ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☒ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TENSIOMETRO DIGITAL



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUMENTO MEDICO USADO PARA LA MEDION DE LA PRESION ARTERIAL

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: ALFA SAFE
1.2 MODELO: PG-800B11
1.3 SERIE: 1810093327
1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☐

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BRAZALETE	INDEX	ADULTO	N/A
ADAPTADOR CA	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 7 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: ALFASAFE DIRECCION: AlfaTrading: Calle 23 No. 116-31 Parque Ind. Puerto Central
TELEFONO: (57) 1 428 3966 CORREO: servicioalcliente@alfatrading.com.co

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☒ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 120 V 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): 3W
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): 60 Hz
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: 450 gr (Sin bateria) 4.9 OTRO: BATERIA "AA" 6V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☒ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☒ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: FONENDOSCOPIO SENCILLO



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

FONENDOSCOPIO EQUIPO QUE DISPONE DE UNA MEMBRANA CIRCULAR QUE SE PONE SOBRE EL PECHO O LA ESPALDA DEL PACIENTE Y TRANSMITE EL SONIDO AL AIRE QUE HAY EN LA CÁPSULA CÓNICA EN LA QUE VA MONTADA; LA CÁPSULA CONCENTRA EL SONIDO CARDIACO O RESPIRATORIO DE FORMA QUE SEA MEJOR ESCUCHADO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: HONSUN 1.2 MODELO: HS30B - ADULTO (MORADO)
1.3 SERIE: N/A 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
OLIVAS	GENERICO	N/A	N/A
MEMBRANAS	GENERICO	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: Nantong Co Ltd DIRECCION: Rm.C Piso 22, Edificio Zhiyuan, No. 768 Xietu Road Shangai, China
TELEFONO: + 86-21-63056696 CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: SONIDO ☐
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☐ NO ☒ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: N/A

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: FONENDOSCOPIO SENCILLO	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	FONENDOSCOPIO EQUIPO QUE DISPONE DE UNA MEMBRANA CIRCULAR QUE SE PONE SOBRE EL PECHO O LA ESPALDA DEL PACIENTE Y TRANSMITE EL SONIDO AL AIRE QUE HAY EN LA CÁPSULA CÓNICA EN LA QUE VA MONTADA; LA CÁPSULA CONCENTRA EL SONIDO CARDIACO O RESPIRATORIO DE FORMA QUE SEA MEJOR ESCUCHADO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: GENERICO 1.2 MODELO: ADULTO (AZUL)
1.3 SERIE: S/A 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
OLIVAS	GENERICO	N/A	N/A
MEMBRANAS	GENERICO	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: \$10.000 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: SONIDO
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☐ NO ☒ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: N/A

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

DISPOSITIVO BIOMÉDICO QUE MIDE, RECOGE Y MUESTRA INFORMACIÓN DE LA CANTIDAD DE OXIGENO PRESENTE EN LA SANGRE, PULSACIONES POR MINUTO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: DRIVE TM
1.2 MODELO: MQ3000 - DIGITAL
1.3 SERIE: (21) 8N1810016786
1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒ //

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: DRIVE MEDICAL DIRECCION: //
TELEFONO: (877) 224-0946 CORREO: consumerSupport@drivemedical.com

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 3V 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): 5° C - 40° C 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): 80%
4.8 PESO: 51 g 4.9 OTRO: BATERIA "AA" 3V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

DISPOSITIVO BIOMÉDICO QUE MIDE, RECOGE Y MUESTRA INFORMACIÓN DE LA CANTIDAD DE OXIGENO PRESENTE EN LA SANGRE, PULSACIONES POR MINUTO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: BCI TECH
1.2 MODELO: 3301 DIGITAL
1.3 SERIE: N/A
1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒ //

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: BCI TECH DIRECCION: 5200 Upper Metro Place, Suite 200, Dublin, OH 43017, U.S.A.
TELEFONO: +1 (800) 258 5361 CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V):
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): 0° C - 55° C 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): 15 - 95%
4.8 PESO: 385 g 4.9 OTRO: BATERIA "A" 1.5V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

DISPOSITIVO BIOMÉDICO QUE MIDE, RECOGE Y MUESTRA INFORMACIÓN DE LA CANTIDAD DE OXIGENO PRESENTE EN LA SANGRE, PULSACIONES POR MINUTO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: DRIVE TM
1.2 MODELO: MQ3000 - DIGITAL
1.3 SERIE: (21) 8N1810016786
1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒ //

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: DRIVE MEDICAL DIRECCION: //
TELEFONO: (877) 224-0946 CORREO: consumerSupport@drivemedical.com

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 3V 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): 5° C - 40° C 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): 80%
4.8 PESO: 51 g 4.9 OTRO: BATERIA "AA" 3V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: FONENDOSCOPIO DOBLE



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

FONENDOSCOPIO EQUIPO QUE DISPONE DE UNA MEMBRANA CIRCULAR QUE SE PONE SOBRE EL PECHO O LA ESPALDA DEL PACIENTE Y TRANSMITE EL SONIDO AL AIRE QUE HAY EN LA CÁPSULA CÓNICA EN LA QUE VA MONTADA; LA CÁPSULA CONCENTRA EL SONIDO CARDIACO O RESPIRATORIO DE FORMA QUE SEA MEJOR ESCUCHADO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: PRESTIGE 1.2 MODELO: HS30C - VERDE
1.3 SERIE: S/A 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
OLIVAS	GENERICO	N/A	N/A
MEMBRANAS	GENERICO	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: 3.3 FECHA DE COMPRA:
3.4 VENC. GARANTÍA: 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN:
3.6 COSTO: 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: DIRECCION:
TELEFONO: CORREO:
3.8 FABRICANTE: PRESTIGE MEDICAL DIRECCION: NORTHRIDGE CA 91324
TELEFONO: 1-800-762-3333 CORREO: <https://www.prestigemedical.com/Contact.aspx>

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: SONIDO ☐
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☐ NO ☒ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: N/A

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: BALANZA DE PISO MECANICA



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

LAS BALANZAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR Y MEDIR CANTIDADES DE LA MASA CORPORAL.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: BONLARI 1.2 MODELO: 130 KG
1.3 SERIE: N/A 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒ //

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☐ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO:
3.8 FABRICANTE: BONLARI DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: MECANICA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%):
4.8 PESO: 1 Kg 4.9 OTRO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENICION ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: FONENDOSCOPIO DOBLE



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

FONENDOSCOPIO EQUIPO QUE DISPONE DE UNA MEMBRANA CIRCULAR QUE SE PONE SOBRE EL PECHO O LA ESPALDA DEL PACIENTE Y TRANSMITE EL SONIDO AL AIRE QUE HAY EN LA CÁPSULA CÓNICA EN LA QUE VA MONTADA; LA CÁPSULA CONCENTRA EL SONIDO CARDIACO O RESPIRATORIO DE FORMA QUE SEA MEJOR ESCUCHADO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: PRESTIGE 1.2 MODELO: HS30C - AZUL
1.3 SERIE: S/A 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
OLIVAS	GENERICO	N/A	N/A
MEMBRANAS	GENERICO	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: PRESTIGE MEDICAL DIRECCION: NORTHBRIDGE CA 91324
TELEFONO: 1-800-762-3333 CORREO: <https://www.prestigemedical.com/Contact.aspx>

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: SONIDO ☐
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☐ NO ☒ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: N/A

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

DISPOSITIVO BIOMEDICO QUE MIDE LA TEMPERATURA CORPORAL.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: ALFA SAFE 1.2 MODELO: DT-11A
1.3 SERIE: S/S 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☒ PC ☐ NR ☐ 2017DM-0016887

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: ALFA SAFE DIRECCION: AlfaTrading: Calle 23 No. 116-31 Parque Ind. Puerto Central
TELEFONO: (57) 1 428 3966 CORREO: servicioalcliente@alfatrading.com.co

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): -25° C - +55° C 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: 4.9 OTRO: BATERIA "AAA" 1,5V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

DISPOSITIVO BIOMEDICO QUE MIDE LA TEMPERATURA CORPORAL.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: ALFA SAFE 1.2 MODELO: DT-11A
1.3 SERIE: S/S 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☒ PC ☐ NR ☐ 2017DM-0016887

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: ALFA SAFE DIRECCION: AlfaTrading: Calle 23 No. 116-31 Parque Ind. Puerto Central
TELEFONO: (57) 1 428 3966 CORREO: servicioalcliente@alfatrading.com.co

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): -25° C - +55° C 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: 4.9 OTRO: BATERIA "AAA" 1,5V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TERMOMETRO DE MAX Y MIN



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPO QUE MIDE LA DETERMINACIÓN CONJUNTA DE LA TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA DE REFRIGERACION.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: STEREN 1.2 MODELO: TER 100 - DIGITAL
1.3 SERIE: S/S 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒ //

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
SENSOR	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: STEREN S.A.S DIRECCION: CI 140 # 12B-25, Ed Castellana Empresarial Of 103, Bogotá
TELEFONO: (571) 7443200 CORREO: //
3.8 FABRICANTE: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): -10° C - +70° C 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: 152 g 4.9 OTRO: BATERIA "AAA" 1,5V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☒ IIA ☐ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TERMOHIGROMETRO



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPO QUE MIDE LA DETERMINACIÓN CONJUNTA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y DE LA HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: KIMCHSXXV 1.2 MODELO: KT 906 - DIGITAL
1.3 SERIE: S/S 1.3 EQUIPO: FIJO ☐ MOVIL ☒
1.4 RS ☐ PC ☐ NR ☒ //

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
SENSOR	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA ☒ COMODATO ☐ ALQUILER ☐ OTRO:
3.2 DOCUMENTO: // 3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: // 3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: // 3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //
3.8 FABRICANTE: // DIRECCION: //
TELEFONO: // CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA ☐ AIRE ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ VAPOR ☐ DV PETROLEO ☐ OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A 4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A 4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): -10° C - +50° C 4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A 4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): 20% - 90%
4.8 PESO: 100 g 4.9 OTRO: BATERIA "AA" 1,5V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO ☒ PREVENCIÓN ☐ REHABILITACION ☐ ANALISIS DE LABORATORIO ☐ TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA ☐
5.3 MANUAL: OPERACIÓN ☐ MANTENIMIENTO ☐ PARTES ☐ DESPIECE ☐
5.4 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI ☒ NO ☐ PERIODICIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA