

Funza - Cundinamarca, 22 de diciembre de 2022.

Señores:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María
Funza

Durante el día 22 de diciembre del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.

EQUIPOS:

	ÁREAS		
	TERAPIA FÍSICA	ENFERMERÍA	NUTRICIÓN
EQUIPOS	8	19	2
	TOTAL EQUIPOS: 29		

REPORTES:

AREA	EQUIPOS	DETALLE	CORRECTIVO / PROX VISITA
Terapia Física	Bascula Piso Electronica	Moresco – CM19011	
	Bicicleta Estatica	Gimondi – 2325/1202	
	Bicicleta Remo	Sunbaker	
	Caminadora de Banda	Forma Focus – SX1420	
	Elíptica	Evolution	
	Masajeador de Pies	Homedics – 297515008	
	Ultrasonido	White Swan – 0008763	
	Ultrasonido	Silver Fox – 0067423	
Enfermería	Balanza Analoga	Bonlari – 130 kg	
	Balanza Digital	Nekar – 150 kg	
	Fonendoscopio Doble	Nacional – Morado	
	Fonendoscopio Doble	Prestige – Verde	
	Fonendoscopio Doble	Prestige – Azul Celeste	

Enfermeria	Fonendoscopio Sencillo	Nacional – Azul Celeste	
	Fonendoscopio Sencillo	Honsun – Morado	
	Nevera Vertical	Challenger – 040073100429	
	Oxímetro de Pulso	Choicemmed – 202769956661	
	Oxímetro de Pulso	Choicemmed – 202769958468	
	Oxímetro de Pulso	Choicemmed – 193556501728	
	Tensiómetro Aneroida	Sphygmomanometer – Adulto	
	Tensiómetro Aneroida	GMD – Adulto	
	Tensiómetro Digital	GMD – BA4851200601980D	
	Tensiómetro Digital	Alfa Safe – 1810093324	Brazalete Adulto prox. Visita
	Tensiómetro Digital	Alfa Safe – 1810093327	Brazalete Adulto prox. Visita
	Termómetro Max y Min	Kex Germany – RT803E	
	Termohigrometro	HTC2 – 210415845085	
	Lámpara Cuello Cisne	Quarz Lampen – PL901	Bombillo y Cable AC prox. Visita
Nutricion	Báscula Piso Electronica	BBG Colombia – Logistic-s	
	Gramera Digital	Bernal - 9210	

Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación física, que fue entregada al Hogar, el cual fue almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,


Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería