JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Funza - Cundinamarca, 10 de junio de 2023.

Señores:
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María
Funza

Durante el día 10 de junio del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.
- Inventario de equipos para calibración.

EQUIPOS:

Para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en el hogar, presentaron la totalidad de 31 equipos, correspondientes al área de ENFERMERÍA y TERAPIA FÍSICA.

REPORTES:

AREA	EQUIPOS	DETALLE	CORRECTIVO / PROX VISITA
Terapia Fisica	Bascula Piso Electronica	Moresco – CM19011	
	Masajeador de Pie	Homedics – 297515008	
	Ultrasonido	White Swan – 0008763	
	Ultrasonido	Silver Fox – 0067423	
	Bicicleta estatica	Gimondi – S/S	
	Bicicleta de remo	Sunbaker – S/S	
	Caminadora de banda	Forma focus – 8C960015	
	Eliptica	Evolution – S/S	
Enfermería	Balanza Analoga	Bonlari – 130 kg	
	Balanza Digital	Nekar – 150 kg	
	Balanza Digital	BBG Colombia	
	Fonendoscopio Doble	Nacional – Morado	
	Fonendoscopio Doble	Prestige – Verde	

	Fonendoscopio Doble	Prestige – Azul Celeste	
	Fonendoscopio Sencillo	Nacional – Azul Celeste	
	Fonendoscopio Sencillo	Honsun – Morado	
	Gramera Digital	Bernalo - S/S	
	Nevera Vertical	Challenger – 040073100429	
	Oxímetro de Pulso	Choicemmed – 202769956661	
	Oxímetro de Pulso	Valcri-	
	Oximetro de Pulso	BCI – A05040582	Requiere bateria.
	Tensiómetro Aneroide	Sphygmomanometer – Adulto	Queda fuera de servicio por fuga en el brazalete
	Tensiómetro Aneroide	GMD – Adulto	
	Tensiómetro Digital	GMD – BA4851200601980D	Ajuste de bomba interna, presentaba error 3.
	Tensiómetro Digital	GMD-	
	Tensiometro Digital	Alfa safe – 1810093324	
	Tensiometro Digital	Alfa Safe – 1810093327	
	Tensiometro Digital	Urion – BKF18755	Equipo fuera de servicio por daño de tarjeta
	Tensiometro Digital	Urion	Equipo fuera de servicio por daño de tarjeta
	Termometro Max y Min	Kex Germany – RT803E	
	Termohigrometro	HTC2 – 210415845085	

CALIBRACIÓN:

Los equipos listados a continuación, son equipos que se encuentran en uso, que anteriormente fueron calibrados y que actualmente requieren calibración

- Bascula de Piso Digital (1)
- Bascula de Piso Mecánica (1)
- Termómetro de Max y Min (1)
- Termohigrómetro Digital (1)
- ***TOTAL EQUIPOS: (4)***

Se entrega reporte adicional con la especificación de los equipos a calibrar para solicitar cotización y prestación del servicio.

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Equipos - Mantenimiento:

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451







Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación física, que fue entregada al Hogar, el cual fue almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

JOHANNA R.

Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería